

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	15:47:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO ¿¿¿¿EL PERSONAL REQUERIDO DEBERA CONTAR CON LAS RESPECTIVAS LICENCIAS INDIVIDUALES VIGENTES, CARGADOS POR EL INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR PARA MANIPULAR EL EQUIPO CON FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES (RADIODIAGNOSTICO) Solicitar una licencia emitida por el INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR AL INGENIERO QUE OTORGARA LA CAPACITACION, NO DEBERIA SER NECESARIO, NI COMO DOCUMENTO OBLIGATORIO PARA PRESENTAR EN LA EXPERIRNECIA DEL PERSONAL CLAVE, YA QUE SOLO EL PERSONAL QUE TRABAJA A DIARIO PARA REALIZAR EXAMENES DE DIAGNOSTICO (RAYOS X, TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS) EN EL AREA DE SALUD deben de obtener este permiso ya que es de obligación para el Personal de Salud de las Entidades Públicas y privadas. Este equipo YAG LASER no es un equipo de Diagnóstico sino de Procedimiento Quirúrgico Por lo que solicitamos al Comité de Selección retirar esta licencia en la presentación de oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII 3.2 Literal: C.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE b), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN EFECTO ACLARA QUE PROCEDERÁ A SUPRIMIR EL EXTREMOS SOLICITADO PARA EL PERSONAL CLAVE, QUEDANDO DE LA QUE SE REQUERIRA UN 01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO: Electrónico ó Biomédico o Mecánico o Eléctrico o Mecatrónica ó Eléctrico; con 02 años de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos OFTALMOLOGICOS, computados a partir de la fecha de expedición del grado de Bachiller.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

A03:
DICE: AMPLITUD DE PULSO, 3 O 5 NS.

SE SOLICITA SE ACEPTE: AMPLITUD DE PULSO 4 NS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN EFECTO PRECISA QUE A FIN DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SE AMPLIARA LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DE A03: AMPLITUD DE PULSO DE ENTRE 3 Y 5 NS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

A04:
DICE: REPETECION DE PULSO 3 HZ-SUPERIOR Y 1.5 HZ MODO CONTINUO.

SE SOLICITA SE ACEPTE: REPETECION DE PULSO 3 HZ O SUPERIOR Y/O 1.5 HZ MODO CONTINUO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRÁ LA ESPECIFICACIÓN A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDIMIENTO Y/O CALIDAD EL EQUIPO DESNATURALIZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A05:
DICE: SALIDA DE ENERGIA, 0.5 A 30.0 MJ/PULSO O MAS AMPLIO.

SE SOLICITA SE ACEPTE: SALIDA DE ENERGIA, 0.3 A 100.0 MJ/PULSO O MAS AMPLIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE A FIN DE FOMENTAR LA PLURALIDAD E POSTORES MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

A07:

DICE: TAMAÑO DE SPOT, 8 UM A 10 UM.

SE SOLICITA SE ACEPTE: TAMAÑO DE SPOT, 8 UM O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE A FIN DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SE ACEPTARA TAMAÑO DE SPOT, 8 UM O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

A09:

DICE: PUNTO DE FOCALIZACION 0-500 UN ANTERIOR Y POSTERIOR.

SE SOLICITA SE ACEPTE: DESPLAZAMIENTO ANTERIOR Y POSTERIOR 0,+/- 10 A 500 UM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRÁ LA ESPECIFICACIÓN A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDIMIENTO Y/O CALIDAD EL EQUIPO DESNATURALIZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

A10:
DICE: HAZ GUIA (AIMING BEAM) DE 365 NM, INTENSIDAD AJUSTABLE.

SE SOLICITA SE ACEPTE: HAZ GUIA (AIMING BEAM) DE 635 NM, INTENSIDAD AJUSTABLE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIOMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

B01:
DICE: PODER DE SALIDA DE OFF DE PUNTERO, 0.5 A 2.4 UW.

SE SOLICITA SE ACEPTE: PODER DE SALIDA DE OFF DE PUNTERO, < 1 MW.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIONAMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

B03:
DICE: ROTACION DE PUNTERO LASER DE 360°.

SE SOLICITA SE ACEPTE: ROTACION DE PUNTERO LASER INCIDE EN LUZ DE HENDIDURA QUE ROTA +/-90°.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIOMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

C03:
DICE: CON AJUSTE DIOPTRICO +/-8D.

SE SOLICITA SE ACEPTE: CON AJUSTE DIOPTRICO +/-5D.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIOMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

C04:
DICE: DISTANCIA INTERPUPILAR 50 MM ¿ 78 MM.

SE SOLICITA SE ACEPTE: DISTANCIA INTERPUPILAR 55 MM ¿ 88 MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIONIMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

C05:
DICE: ILUMINACION LUZ LED.

SE SOLICITA SE ACEPTE: ILUMINACION DE LAMPARA DE FIJACION LED.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIOMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 13
Consulta/Observación:
C06:
DICE: MAGNIFICACIONES; AMPLIACION 6X, 10X, 16X, 25X Y 40X O CINCO MAGNIFICACIONES.

SE SOLICITA SE ACEPTE: MAGNIFICACIONES; AMPLIACION 10X, 16X Y 25X O 3 MAGNIFICACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIONIMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

D01:
DICE: CON PANTALLA LCD TOUCH SCREEN A COLOR, SLT NAVI.

SE SOLICITA SE ACEPTE: CON PANTALLA LCD CON BOTONES DE NAVEGACION.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIONAMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

D06:
DICE: SALIDA DE ENERGIA 0.2 A 3.0 MJ/PULSO CONTINUAMENTE VARIABLE.

SE SOLICITA SE ACEPTE: SALIDA DE ENERGIA 0.3 A 2.6 MJ/PULSO CONTINUAMENTE VARIABLE.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3Literal: 3.1Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIONIMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

D09:
DICE: HAZ GUIA, PUNTERO LASER 635NM/OFF, 0.04 A 0.3MW INTENSIDAD AJUSTABLE.

SE SOLICITA SE ACEPTE: HAZ GUIA, PUNTERO LASER 635NM/OFF, <1 MW INTENSIDAD AJUSTABLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIONAMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

E02:
DICE: 01 TARJETA SD.

SE SOLICITA SE ACEPTE: 01 TARJETA SD Y/O CONTADOR DE DISPAROS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIONAMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

E09:
DICE: 01 LUPA TIPO VITREOLISYS.

SE SOLICITA SE ACEPTE: 01 LUPA TIPO VITREOLISYS (OPCIONAL) DEBIDO A QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO SE SOLICITA ESTE TIPO DE TRATAMIENTO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE MANTENDRA LA ESPECIFICACION A FIN DE NO DISMINUIR EL RENDICIOMIENTO Y/O CALDIAD EL EQUIPO DESNATURALZANDO EL OBJETO CONTRACTUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	16:49:23

Observación: Nro. 19
Consulta/Observación:
EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE
DICE:
EL PERSONAL REQUERIDO DEBERA CONTAR CON LAS RESPECTIVAS LICENCIAS INDIVIDUALES VIGENTES, CARGADOS POR EL INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR PARA MANIPULAR EL EQUIPO CON FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES (RADIODIAGNOSTICO). ESTAS LICENCIAS Y CURRICULOS VITAE DEL PERSONAL SERAN ADJUNTADAS EN LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.

OBSERVACION: NUESTRO EQUIPO NO REQUIERE DE ESTA LICENCIA YA QUE ES DE USO MEDICO CON CAVIDADES LASERES CONVENCIONALES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN EFECTO ACLARA QUE PROCEDERA A SUPRIMIR EL EXTREMOS SOLICITADO PARAEL PERSONAL CLAVE, QUEDANDO DE LA QUE SE REQUERIRA UN 01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO: Electrónico ó Biomédico o Mecánico o Eléctrico o Mecatrónica ó Eléctrico; con 02 años de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos OFTALMOLOGICOS, computados a partir de la fecha de expedición del grado de Bachiller.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null