

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/07/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA HOSPITALARIA						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA PARA EL HNDM CUI N° 2530162- HNDM						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	155 - ADQUISICION DE EQUIPOS						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	66						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 086-2023-OGTH-HNDM		Fecha de recepción		22/05/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
	Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
	Fecha de la cuarta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
	Fecha de la quinta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X	NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		—	NO		x	
	Documento de aprobación de la estandarización			—	Fecha de aprobación	—	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		—	NO		x	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			—	Fecha de inicio de vigencia	—	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	MEMORANDUM N° 1962-EQ-PRG-OL-2023-HNDM	27/06/2023			
EMPRESA CARDIO PERFUSION: SOLICITA QUE SEÑAL DE SALIDA HD Y DIGITAL SDI O DVI, COMO MINIMO, SOLICITA AJUSTE DE MINIMO COLOR ROJO, VERDE Y AZUL EN 8 PASOS COMO MINIMO, Y EL AJUSTE DE BRILLO (DE -4A + 4 COMO MINIMO), SOLICITA QUE PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES EL SISTEMA DE AJUSTE DE BRILLO SEA MANUAL, O AUTOMATICO, SOLICITA CONSIDERAR ENTRADAS, HDMI,S-VIDEO, COMPOSITE 3G-SDI Y SALIDAS SDI O DVI COMO MINIMO.							
2	1	1	MEMORANDUM N° 1989-EQ-PRG-OL-2023-HNDM	28/06/2023			

EMPRESA: TECNASA, SOLICITA A01 SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN INDEPENDIENTE O INTEGRADO A LA FUENTE DE LUZ, SOLICITA A02 SEÑALES DE SALIDA TIPO Y/C, RGB Y DIGITAL DE TIPO HD-SDI Y/O DVI COMO MINIMO, SOLICITA A04 FUNCION DE AMPLIACION, CONGELAR IMAGENES ENDOSCOPIAS(FREEZE) COMO MINIMO, A05 AJUSTE DE COLOR ROJO/AZUL EN OCHO NIVELES DE AJUSTE COMO MINIMO (DE -4A +4)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N° 2023-OGTH-HNDM	05/07/2023			

PARA EETT. A01, SE MODIFICARA A SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN INDEPENDIENTE O INTEGRADO A LA FUENTE DE LUZ, A EETT A02, SE MODIFICARA A SEÑAL DE SALIDA DE TIPO HDTV O Y/RGB Y DIGITAL DE TIPO HD-SDI O DVI O SDI COMO MINIMO, EETT A04, SE MODIFICARA A FUNCION DE AMPLIACION DE IMAGEN CONGELAR IMAGENES ENDOSCOPIAS COMO MINIMO, EETT A05 SE MODIFICARA AJUSTE DE COLOR ROJO/AZUL COMO MINIMO

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	INFORME N° 559-2023-OGTH-HNDM

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07/07/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
	CARDIO PERFUSION - TECNASA			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
	FUJIFILM LG JAPON - PENTAX - JAPON			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO x
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO
	SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADA			

4	<p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>MANUEL EUGENIO CARRERO GAMBOA Equipo de Programación Oficina de Logística</p> <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>Econ. JAVIER JOEL DIAZ CARRILLO Jefe de la Oficina de Logística</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
---	--