

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUCAY
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-MDY-OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION, para el proyecto ¿MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD, DEL PUESTO DE SALUD YUCAY NIVEL I-1, DISTRITO DE YUCAY - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO¿ CUI 2499147.

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:08:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitan: "PANTALLA LCD MULTICOLOR DE VISUALIZACIÓN DIGITAL DE FÁCIL MANEJO". Entendemos que la entidad requiere adquirir un equipo de alta tecnología, debemos aclarar que existen pantallas de tipo LCD monocromáticas de alto contraste que permite la facil manibrabilidad del equipo y no contribuye en la calidad de la esterilización del material, por lo que solicitamos acepten: PANTALLA LCD MULTICOLOR O MONOCROMÁTICA DE ALTO CONTRASTE DE VISUALIZACIÓN DIGITAL DE FÁCIL MANEJO"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-212 Literal: B02 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, considerando que se requiere un equipo de alta tecnología y que sea amigable con una visualización en diferentes colores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null