

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SENSOR BIS PARA EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 13/10/2023

Hora de envío : 19:15:45

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

##### DIMENSIONES:

¿ 20.8 CM X 2.8CM

Teniendo en cuenta que cada fabricante y distribuidor autorizado debe realizar actualizaciones de su tecnología y documentos de presentación que establezcan un cumplimiento con las normas de manufacturación y estándares de calidad internacionales, se solicita al comité consultar con el área usuaria la posibilidad de modificar para esta característica las dimensiones del sensor, puesto que, en la actualidad el sensor en mención paso a ser de 28 cm x 2.8 cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 24

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones remite al Area Usuaría , Departamento de Farmacia, el pliego de consultas y observaciones. El cual ACOGE PARCIALMENTE la observación y se modifica en las Bases Integradas, quedando lo siguiente:

##### CARACTERISTICAS

\*DIMENSIONES: 20.8 A 28 CM X 2.8 CM

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por integración de bases se modifica:

##### CARACTERISTICAS

\*DIMENSIONES: 20.8 A 28 CM X 2.8 CM

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SENSOR BIS PARA EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	13/10/2023
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	19:15:45

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

h) Certificado de Protocolo de Análisis

Se solicita al comité se sirva considerar el formato y la información contenida en el certificado de análisis emitido por el fabricante para su liberación y posterior comercialización, considerando que son los formatos ingresados en el expediente para obtención del registro sanitario.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** h    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organo Encargado de las Contrataciones remite al Area Usuaría , Departamento de Farmacia, el pliego de consultas y observaciones. El cual ACOGE PARCIALMENTE la observación y se modifica en las Bases Integradas, quedando lo siguiente:

h) Certificado de Protocolo de Análisis

(...) Se considera el formato y la información contenida en el certificado de análisis emitido por el fabricante para su liberación y posterior comercialización.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Por integración de bases se incluye:

h) Certificado de Protocolo de Análisis

(...) Se considera el formato y la información contenida en el certificado de análisis emitido por el fabricante para su liberación y posterior comercialización.