

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

Ruc/código : 20504312403

Fecha de envío : 11/07/2024

Nombre o Razón social : NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

Hora de envío : 20:40:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como parte de las especificaciones técnicas el producto ¿Línea para bomba de infusión con volutrol¿ requieren que el envase inmediato del Producto sea individual. Al respecto, debe tener en cuenta que algunos fabricantes de las ¿Línea para bomba de infusión con volutrol¿ [Producto] comercializan el Producto como KIT, es decir, en un envase individual viene el volutrol (bureta graduada) y en otro envase individual vienen las líneas, es decir, se cumple con la especificación técnica mencionada al inicio pero en envases separados.

Ahora bien, dado que la forma como viene presentado un producto no altera el funcionamiento del mismo, y con la finalidad de generar un escenario de competencia, ¿podría confirmar que aceptará la oferta del Producto con forma de presentación en KIT, es decir, que la bureta y las líneas vengan en envases individuales y por separado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: -

Literal: -

Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta ya que se cumple con la funcionalidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-ESSALUD/RATU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	11/07/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	20:40:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Como parte de las especificaciones técnicas del equipo se requiere que cuente con dos (2) canales; sin embargo, existen equipos con un solo canal y esta condición no incide en la función del equipo. En atención a ello, y con la finalidad de eliminar el direccionamiento a la única marca con 2 canales, ¿podría confirmar que es posible ofertar un equipo con un solo canal?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 64
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta debido que si nos provee bombas de infusión con un solo canal, se requiere que se nos entregue en sesión de uso el doble de bombas de infusión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-2-2024-ESSALUD/RATU-1
1
Bien
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	11/07/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	20:40:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Teniendo en cuenta el volumen de compra, la cantidad justificada de bombas en cesión es de 36 unidades. ¿podría confirmar que el postor entregará en cesión de uso 36 unidades de las bombas de infusion?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se confirma que el postor entregara en sesión de uso 36 bombas de dos (02) canales cada una

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null