

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código : 20563090805

Nombre o Razón social : BIOASSAY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/12/2024

Hora de envío : 11:05:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 23 de las bases administrativas, en el numeral 2.5. Perfeccionamiento del Contrato, indican que el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Trámite Documentario de la Red Asistencial de Pasco, sito en Casa de Piedra s/n - La Esperanza - Chaupimarca - Pasco, en el horario de 08:00 a 1700 horas.

Teniendo en consideración que hay postores que se encuentran en distintos departamentos del país, se solicita poder incluir adicionalmente que el postor ganador de la buena pro pueda presentar los documentos para perfeccionar el contrato por medio de la mesa de partes virtual de la Entidad ya que de esta manera se cumpliría con el principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato y se cumpliría correctamente con el objeto de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación.

Se pueden presentar adicionalmente en la mesa de partes virtual de la Entidad, para lo cual remitir a la bandeja de la mesa partes digital de la Red Asistencial Pasco - EsSalud: ladislao.rivera@essalud.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.5. 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

"(..)

Asimismo, se puede remitir a la bandeja de la mesa de partes digital de la Red Asistencial Pasco - EsSalud: ladislao.rivera@essalud.gob.pe"

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:36:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

PÁGINA 42. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO.

En las ¿ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO¿ indican que una de las características del analizador sea ¿Lector de código de barras para reactivos y tubos primarios¿.

Se sabe que la lectura por RFID emplea una tecnología donde la información del reactivo (lote, fecha de vencimiento, cantidad de pruebas disponibles) son leídas y registradas en el analizador de manera automática.

Se solicita al comité AGREGAR la lectura de los reactivos por RFID, en base al Principio Principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato y se cumpliría correctamente con el objeto de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** -- **Literal:** -- **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación.

Ceñirse al requerimiento solicitado por el Área Usuaría y a las especificaciones técnicas establecidas por la Institución en su Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica EsSalud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:46:40

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
Se solicita que las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REACTIVOS Y EQUIPO, sean mas visibles para los postores, ya que al ser imágenes, no son notorias en su totalidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: -- Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observación.
Se adjuntan las Especificaciones Técnicas más visibles de los Reactivos y Equipo en cesión de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adjuntan Especificaciones Técnicas más visibles de los reactivos y equipo en cesión de uso.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	15:08:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Las caracterisiticas tecnicas de los reactivos en la pagina 38 y 39 son ilegibles
Solicitamos amablemente al comite pueda colocar una imagen de mejor calidad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntan las Especificaciones Técnicas más visibles de los Reactivos y Equipo en cesión de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntan Especificaciones Técnicas más visibles de los reactivos y equipo en cesión de uso

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases paginas 15 y 34 indican la cantidad de reactivos para control de calidad (sin costo para la institución), Consultamos si los reactivos (pruebas) solicitadas se entregaran junto con la cuarta entrega o sirvance indicar cuando se entregaran.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: | Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara.
Las pruebas de control de calidad interno se entregarán en la primera entrega, de manera adicional a las pruebas efectivas requeridas para dicha entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases paginas 15 y 34 indican la cantidad de reactivos para control de calidad (sin costo para la institución), entendemos que corresponden a la entrega de pruebas que debe entregar el postor que resulte ganador para completar las pruebas efectivaspor lo que no debera entregar mas pruebas adicionales. consultamos is nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: | Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara.
La entrega de las pruebas de control de calidad interno, se realizarán de manera adicional a las pruebas efectivas requeridas, los que serán entregados junto con la primera entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases paginas 15 y 34 indican la cantidad de reactivos para control de calidad (sin costo para la institución) consultamos si el lugar de entrega debe ser el almacen o el servicio de banco de sangre.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: I Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara.
La entrega de las pruebas de control de calidad, se realizarán junto con la primera entrega, en el Almacén Central de la Red Asistencial Pasco - EsSalud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCare DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el numeral refererido se alcanza a leer las característica del equipo a. La tecnología y operatividad de los equipos en cesion en uso entregados por el proveedor, deben estar acorde con el alto nivel de resolucion tecnica que garantice confiabilidad y calidad de las resultados de las pruebas de laboratorio procesadas, asi como la oportunidad y eficacia del servicio prestado. De lo indicado por la entidad se entiende que los consumibles, controles y calibradores, deben estra listo para su uso. Consultamos si nuestro entender el correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.2.3 Literal: a Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara.
Los reactivos, consumibles, controles y calibradores deben de estar listos para uso inmediato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el numeral refererido se alcanza a leer las característica del equipo a. La tecnología y operatividad de los equipos en cesion en uso entregados por el proveedor, deben estar acorde con el alto nivel de resolucion tecnica que garantice confiabilidad y calidad de las resultados de las pruebas de laboratorio procesadas, asi como la oportunidad y eficacia del servicio prestado. Teniendo en cuenta que los exámenes de banco pueden requerirse en cualquier momento para una emergencia, por lo que entendemos que la solucion de lavado una vez preparado debe estar lista para su uso. Consultamos si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.2.3 Literal: III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara.
Los reactivos, consumibles, controles y calibradores deben de estar listos para uso inmediato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el numeral refererido se alcanza a leer las característica del equipo a. La tecnología y operatividad de los equipos en cesion en uso entregados por el proveedor, deben estar acorde con el alto nivel de resolucion tecnica que garantice confiabilidad y calidad de las resultados de las pruebas de laboratorio procesadas, asi como la oportunidad y eficacia del servicio prestado. T

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.2.3 Literal: III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se entiende la consulta o está incompleto, pero sí se reafirma la necesidad de confiabilidad, calidad, oportunidad y eficacia del servicio prestado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Del programa de evaluacion de evaluacion externa de la calidad y/o de tercera opinion interlaboratorial. Teniendo en cuenta que solicita como minimo el 80% de la totalidad de los analitos ofertados que resulten adjudicados, Que los 7 marcadores son lo s7 analitos, que el 80% serian solo 6 analitos por lo que no se estaria cubriendo la totalidad de las pruebas, Consultamos si se trato de un error tipografico y el control de caldid externo obligatoriamente debe cubrir los 7 mercadores solicitados en el proceso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: III Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se requiere aplicación sobre el 100% de los marcadores serológicos (analitos) solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"(¿) se considerará el 100% de la totalidad de analitos ofertados (¿)"

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Del programa de evaluacion de evaluacion externa de la calidad y/o de tercera opinion interlaboratorial. Teniendo en cuenta que para que se eficiente y valido se requiere un grupo par de por lo menos 15 participantes dentro del pais, Consultamo si la entidad solicita este numero de participantes como minimo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: III Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se establece que el Programa de Evaluación Externa de la calidad y/o de tercera opinión inter laboratorial establezca un mínimo de 15 participantes nacionales.
Que sea grupo par de 15 participantes dentro del país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se establece que el Programa de Evaluación Externa de la calidad y/o de tercera opinión inter laboratorial establezca un mínimo de 15 participantes nacionales."

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

De PLAZOS DE ENTREGA, de laprimera entregan solicitan que deben realizarse como maximo siete (7) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de notificado la orden de compra, asi mismo el equipo en seion de uso será instalado. Teniendo en cuenta por la temporada en la que se debe instalar el equipo es epoca de lluvia y que en esta epoca es muy comun el cierre de carreteras por nevada, Que regiones aledañas a Cerro de Pasco han solicitado 20 dias calendario para la instalación. Consultamos si se trato de un error tipografico y el plazo para la primera entrga debe ser de 20 dais calendario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: III Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se modifica entrega de 20 días calendario para la primera entrega.
Se adaptarán la bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" (...) Primera entrega: Debe realizarse como máximo a los veinte (20) días calendario, contado a partir del día siguiente de notificado la Orden de Compra, (...) "

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas de los 7 marcadores, que teniendo en cuenta que estos son solicitados para banco de sangre, que de la especificidad solicitada, se entiende que están son para donantes de banco de sangre, que esta especificidad debe estar indicada en inserto del producto y no en una declaración jurada pues el inserto es un documento validado por autoridad competente, Consultamos si la especificidad es para donantes de banco de sangre indicado en el inserto del producto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara.
Los datos de sensibilidad y especificidad aplicados en población donante de sangre deben de ser evidenciados con el inserto, folletería, manual, en ningún caso con declaración jurada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null