

**ACTA ADMISIBILIDAD Y DECLARATORIA DE DESIERTO**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 70-2023-ESSALUD/CEABE-1**

En Jesús María, a los 06 días del mes de junio del año 2024, en los ambientes de la Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud, sito en Jr. Domingo Cueto N° 120, 5to piso, distrito de Jesús María, el Comité de Selección, a cargo de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **LICITACIÓN PÚBLICA N° 70-2023-ESSALUD/CEABE-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **"CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES: PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA MEDIUM (CODIGO SAP N° 020402203)"**; inicia con las actividades de revisión de las ofertas del procedimiento de selección.

Como acto inicial, el Comité de Selección inicia con la verificación de los documentos para la admisibilidad de las ofertas del procedimiento de selección **LICITACIÓN PÚBLICA N° 70-2023-ESSALUD/CEABE-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **"CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES: PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA MEDIUM (CODIGO SAP N° 020402203)"**; de acuerdo a lo establecido en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre el procedimiento de Selección.

**1. REGISTRO DE PARTICIPANTES**

De acuerdo al cronograma establecido para procedimiento de selección, se registraron a través del sistema electrónico de la plataforma del SEACE en la fecha y hora señaladas, los siguientes participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20508372206	ENDO MEDICA INVERSIONES S.A.C.	2024-01-15 12:12:37.0	Válido
2	20603602928	IMPLANTCAST CORPORATION S.A.C.	2023-12-19 08:47:50.0	Válido
3	20607919331	DREMED PERU S.A.C.	2024-01-12 15:05:44.0	Válido
4	20609782685	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	2023-12-27 10:07:50.0	Válido

**2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

Con fecha 18 de marzo de 2024, se concluyó con la etapa de presentación de ofertas del referido procedimiento de selección en la plataforma de SEACE, por lo que luego de ello se procedió a la verificación en el SEACE, obteniendo el siguiente resumen de las ofertas presentadas:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la oferta	Estado	Multas/Acciones
1	20508372206	ENDO MEDICA INVERSIONES S.A.C.	18/03/2024	23:04:00	20508372206	18/03/2024	23:04:25	Enviado	Valido	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

**3. ETAPA DE ADMISIÓN DE OFERTA**

A continuación, el Comité de Selección, procede a la verificación de las ofertas presentadas, con la finalidad de determinar si cumple con la acreditación de la documentación solicitada en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección y de conformidad con lo establecido en el numeral 73.2 del Art. 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con la revisión efectuada según ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS (Anexo 1), se obtuvo el siguiente resultado:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración  
 de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA N° 70-2023-ESSALUD/CEABE-1 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVO MÉDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES: PROTESIS REVISIÓN DE RODILLA MEDIUM (CODIGO SAP 020402203) <sup>1</sup>													
N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	ADmisIÓN DE LA OFERTA Documentación de presentación obligatoria								
					a) Declaración emitida por el proveedor	b) Documento que acredite la inscripción en el Registro de Proveedores de ESSALUD (Anexo N° 2)	c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo II de la presente sección (Anexo N° 3)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo II de la presente sección (Anexo N° 3)	e) Documentación adicional que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas: - Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CEPM) - Certificado de Buenas Prácticas de Administración (CBPA) - Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente. - Certificado de Análisis del dispositivo médico (Protocolo de Análisis) - Metodología analítica - Manual de Instrucciones de Uso o Presente - Resultados de los ensayos mediante acreditado.	f) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas	g) Promesa de comprobante de pago de impuestos legalizados (Anexo N° 5)	h) Elenco de la oferta en SEDES (Anexo N° 6)	Resultado (Admitida / No admitida)
1	PROTESIS REVISIÓN DE RODILLA MEDIUM	50	2050937206	ENDO MEDICA INVERSIONES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA

**ÍTEM N° 01**  
**PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA MEDIUM**  
 (\*) De la revisión y evaluación de la documentación presentada por el postor ENDO MEDICA INVERSIONES S.A.C., se verifica que para la característica "Material" en el Certificado de Análisis del dispositivo médico (Protocolo de Análisis) se señala que señala para la característica Material: "Aleación Cobalto - Cromo - Molibdeno" sin embargo la Entidad solicita entre otros "Componente femoral: cromo-cobalto o titanio". Por lo tanto su oferta es considerada como NO ADMITIDA.

Ficha técnica Especificación técnica <sup>1</sup>	Producto ofertado según Protocolo de análisis
Material: Componente femoral: cromo – cobalto o titanio	Material: Componente femoral: Aleación cobalto – cromo – <b>molibdeno</b> / Aleación titanio

En ese sentido, luego de lo detallado líneas arriba, el Comité de Selección da por aprobado los resultados de la admisibilidad, y **LA DECLARATORIA DEL DESIERTO** de acuerdo al ANEXO 1 del procedimiento de selección.

  
 \_\_\_\_\_  
 Pedro Aguirre Chávez  
 Presidente Titular

  
 \_\_\_\_\_  
 Luz Diyanira Molina Yangali  
 Segundo Miembro Titular

  
 \_\_\_\_\_  
 Rudy Maricela Julca Villarroel  
 Primer Miembro Titular

<sup>1</sup> El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) es el ente encargado de brindar las Fichas Técnicas en EsSalud (Directiva N° 01-IETSI-ESSALUD-2018 Directiva que regula los petitorios de dispositivos médicos y equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas de Essalud) que cubren la necesidad del área usuaria.



ANEXO 1

ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 70-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVO MÉDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES: PROTESIS REVISIÓN DE RODILLA MEDIUM (CODIGO SAP 020402203)"

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA						Resultado (Admitida / No admitida)								
					Documentación de presentación obligatoria														
1	PROTESIS REVISIÓN DE RODILLA MEDIUM	50	20508972206	ENDO MEDICA INVERSIONES S.A.C	a) Declaración jurada de cumplimiento de los datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Documentación adicional que sirva para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)</li> <li>- Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).</li> <li>- Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente.</li> <li>- Certificado de Análisis del dispositivo médico (Protocolo de Análisis) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodología analítica</li> <li>- Manual de Instrucciones de Uso o Inserto</li> <li>- Rotulado de los envases mediano e inmediato</li> </ul> </li> </ul>	f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES. (Anexo N° 6)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA

ITEM N° 01

PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA MEDIUM

(\* De la revisión y evaluación de la documentación presentada por el postor ENDO MEDICA INVERSIONES S.A.C. se verifica que para la característica "Material" en el Certificado de Análisis del dispositivo médico ( Protocolo de Análisis) se observa que señala para la característica Material: "Aleación Cobalto - Cromo - Molibdeno" sin embargo la Entidad solicita entre otros "Componente femoral : cromo-cobalto o titanio ". Por lo tanto su oferta se considera como NO ADMITIDA.

  
 PEDRO AGUIRRE CHAVEZ  
 PRESIDENTE TITULAR

  
 RUDY MARIELA JUICA VILLARROEL  
 PRIMER MIEMBRO TITULAR

  
 LUZ DYANIRA MOLINA YANGALI  
 SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

