

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE OCLUSION PERCUTANEO PARA DEFECTO DE DUCTUS ARTERIOVENOSO POR PACIENTE PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HEMODINAMICA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20608084810	Fecha de envío :	28/03/2023
Nombre o Razón social :	ORIENTE MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:01:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con respecto a lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos del capítulo III, del literal B) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA).

En el párrafo que señala: Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además deberá presentar el certificado BPA de la empresa que presta servicio de almacenamiento, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes (Documento de arrendamiento que garantice que está haciendo uso de sus almacenes).

Ante dicho párrafo precisamos que algunos postores contratan el servicio de arrendamiento con un tercero, solo para el caso de almacenar y mantener productos refrigerados, como medicamentos o material médico que requiera estar refrigerado, es por ello que colocar el contrato de arrendamiento que puede contener entre 50 a 100 hojas, ocasiona que la oferta que subirá al SEACE, sea más pesada al momento de cargar, en ese sentido solo para el caso de postores que solo arrienden el servicio de almacenamiento por refrigerado, solo se debería presentar una carta aclaratoria de la empresa que le presta el servicio afirmando lo cierto de aquello, esto bajo el principio de presunción de veracidad. Dicha carta es un documento válido que genera certeza y validez al comité.

Es por ello que solicitamos que, solo en el caso de arrendamientos con un tercero que preste el servicio de almacenamiento de refrigerados, nótese que la convocatoria de los materiales médicos del presente procedimiento de selección no requiere dicha condición, es por ello que, solo para el presente caso será suficiente con la presentación de una declaración jurada o carta de la empresa que presta el servicio de alquiler para comprobar el servicio de arrendamiento, afirmando que solo alquila los almacenes para productos que requieren la condición de refrigeración. Es correcto invocamos el principio de presunción de veracidad y simplicidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** b) **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA REALIZADA AL ÁREA USUARIA, SEÑALAMOS QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO-SEACE, TIENE CAPACIDAD PARA ALMACENAR LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN LAS OFERTAS A PRESENTAR.

ASIMISMO, DEBEMOS INDICAR QUE LOS POSTORES, SON LOS RESPONSABLES DE LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR EN SUS OFERTAS.

POR LO TANTO, LOS POSTORES DEBERÁN ACREDITAR LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE OCLUSION PERCUTANEO PARA DEFECTO DE DUCTUS ARTERIOVENOSO POR PACIENTE PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HEMODINAMICA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	13:59:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto al plazo de entrega, se puede dilucidar que está programado para la primera entrega hasta los 10 días calendarios contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Es preciso indicar al comité que su entidad no recibe en sus almacenes bienes sin emisión de orden de compra, en ese sentido colocar solo el contrato no guarda razonabilidad con la entrega.

Solicitamos que se indique taxativamente que el plazo de entrega pueda ser de las siguientes opciones:

Hasta los 10 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra

Hasta los 10 días calendarios contados a partir del día siguiente suscrito el contrato, dentro de dicho plazo se realizará la notificación de la orden de compra.

Confirmar si será a partir de la notificación de la orden de compra o a la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LO EXPUESTO POR EL AREA USUARIA ESTE COLEGIADO PRECISA QUE, que el plazo de entrega es contado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE OCLUSION PERCUTANEO PARA DEFECTO DE DUCTUS ARTERIOVENOSO POR PACIENTE PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HEMODINAMICA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGROYEN

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	13:59:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el literal e)

Se solicita original o copia simple de la folletería/manual de instrucciones de uso.

Solicitamos al comité precisar con exactitud si se deben presentar ambos o solo uno de ellos

-Folletería.

-Manual de instrucciones de uso.

¿Confirmar ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: e) **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LO EXPUESTO POR EL AREA USUARIA ESTE COLEGIADO PRECISA QUE, SE PRESENTARAN AMBOS DOCUMENTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE OCLUSION PERCUTANEO PARA DEFECTO DE DUCTUS ARTERIOVENOSO POR PACIENTE PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HEMODINAMICA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	13:59:45

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se puede dilucidar dentro del numeral 9, vigencia mínima del producto.
En el párrafo del numeral 9.2, de manera excepcional se solicita el formato 1, siempre y cuando algún producto al ingreso del almacén NO cumpla con la vigencia mínima solicitada de 18 meses.
Se indica que se requerirá para el perfeccionamiento del contrato.
Este formato 1 por canje de vencimiento, NO APLICA para los postores que oferten productos con vigencia iguales o mayores a 18 meses en concordancia a la literalidad de las bases y la vigencia mínima solicitada, este argumento ya fue materia de un recurso de apelación, resuelto por el tribunal de contrataciones del estado, por el mismo caso en su propia entidad: RESOLUCION 1859-2022-TCE-S1 (fecha 27/06/2022).

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 9.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RESOLUCION 1859-2022-TCE-S1 (fecha 27/06/2022).

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LO EXPUESTO POR EL AREA USUARIA ESTE COLEGIADO PRECISA QUE, lo señalado solo debiera ser aplicado de manera ecepcional cuando se cumpla la condicion del numeral 9.2 del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE OCLUSION PERCUTANEO PARA DEFECTO DE DUCTUS ARTERIOVENOSO POR PACIENTE PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HEMODINAMICA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	13:59:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto al formato 4 y formato 1 cartas de Canjes, no se puede dilucidar en cuantos días se efectuará el canje, el mismo será a discrecionalidad de cada postor o caso contrario solicitamos designar un plazo por parte de la entidad, bajo transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** Formato 1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LO EXPUESTO POR EL AREA USUARIA ESTE COLEGIADO PRECISA QUE, EL PLAZO SERA DE 15 DIAS CALENDARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE OCLUSION PERCUTANEO PARA DEFECTO DE DUCTUS ARTERIOVENOSO POR PACIENTE PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HEMODINAMICA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	13:59:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el Formato 3 se menciona que la Ficha Técnica solo aplica para las Características, Material, Dimensiones y Medidas. ACLARAR Y CONFIRMAR si sustentara solo esos subtítulos (Características, Material y Dimensiones) Es correcto

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** Formato 3 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LO EXPUESTO POR EL AREA USUARIA ESTE COLEGIADO PRECISA QUE, SE DEBERA SUSTENTAR LAS CARACTERISTICAS, MATERIAL, DIMENSIONES Y MEDIDAS TAL Y COMO LO INDICA EL FORMATO 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE OCLUSION PERCUTANEO PARA DEFECTO DE DUCTUS ARTERIOVENOSO POR PACIENTE PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HEMODINAMICA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	13:59:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SET DE OCLUSION PERCUTANEO PARA DEFECTO DE DUCTUS ARTERIOVENOSO
MATERIAL: MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL FIJADO CON HILO DE POLIESTER.
¿ SOLICITO AL COMITÉ NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRO SET DE OCLUSIÓN PERCUTÁNEO QUE CUENTA CON UNA MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA DE CERAMICA, FIJADO CON HULIS DE NYLON. DETALLANDO QUE ES UN AVANCE TECNOLÓGICO EN EL DISEÑO, MEJORANDO LA BIOCOMPATIBILIDAD DEL DISPOSITIVO, ADEMÁS DE ACELERAR EL CRECIMIENTO DE LA CÉLULA ENDOTELIAL EN LA SUPERFICIE DEL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LO EXPUESTO POR EL AREA USUARIA ESTE COLEGIADO PRECISA QUE, SE ACEPTARA MATERIAL MALLA DE NITINOL CON CUBIERTA DE CERAMICA, FIJADO CON HILOS DE NYLON, DEBIDO A LA NUEVA TECNOLOGIA UTIIZADA EN SU PRODUCCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null