

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN
Nomenclatura :	LP-SM-11-2024-HGJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item I 1.1 solicitan TROCAR DE PUNTA ROMA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PEDIATRICA 3.5MM DE DIAMETRO X 70MM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 3.5mm, Longitud de camiseta 60-70mm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 1.1 ítem 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Se ha requerido en las bases dimensión de Diámetro 3.5 mm y para la Longitud de camiseta propuesta por el participante, éste es quirúrgicamente aceptable por el área usuaria, por lo tanto, se aceptará Longitud de Camiseta de 60 - 70 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud de Camiseta: 60 - 70 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item I 1.2 solicitan ELECTRODO MONOPOLAR TIPO GANCHO 3MM X 34CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 3- 3.5mm, Longitud 290-360mm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 1.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Se aceptará diámetro de 3 - 3.5 mm, sin embargo, no se aceptará Longitud 290-360 mm, debido a que este rango es muy inferior al requerido en las bases, y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem I 1.2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Diámetro: 3 - 3.5 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro del Item I 1.4 solicitan PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 3.5MM X 33CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 3 - 3.5mm, Longitud 290 - 330mm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 1.4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Se ha requerido en las bases dimensión de Diámetro 3 - 3.5 mm, asimismo para la dimensión de la Longitud propuesta por el participante, éste es quirúrgicamente aceptable por el área usuaria, por lo tanto, se aceptará Longitud: 290 - 330 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Longitud: 290 - 330 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item I 1.5 solicitan PINZA DE LAPAROSCOPIA 3MM DE DIAMETRO T/DISECCION C/MORDAZAS CURVADAS DERECHA, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 3 - 3.5mm, Longitud 200-250mm para una mayor pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 1.5 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Se aceptará diámetro de 3 - 3.5 mm, sin embargo, no se aceptará Longitud 200-250 mm debido a que este rango es muy inferior a lo requerido en las bases. Sin embargo, en concordancia con lo absuelto en la consulta n°33, se aceptará dimensión de Longitud: 250 - 280 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Diámetro: 3 - 3.5 mm

Longitud: 250 - 280 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro del ítem I 1.7 solicitan PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 3MM X 33MM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 3 -3.5mm, Longitud 290-330mm para una mayor pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 1.7 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE:
Se aceptará Diámetro 3-3.5 mm y Longitud: 290-330 mm, ya que dichas dimensiones son quirúrgicamente aceptables por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Diámetro: 3 - 3.5 mm
Longitud: 290 - 330 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item I 1.8 solicitan PINZA GRASPER 3.5MM X 24CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 3 -3.5mm, Longitud 200-250mm para una mayor pluralidad de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 1.8 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

En las bases se ha requerido la dimensión de Diámetro 3 - 3.5 mm y con respecto a la dimensión de la longitud propuesta por su representada, ésta dimensión es muy inferior a lo requerido en las bases y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 1. 1.8, por lo tanto no se acepta su propuesta. Sin embargo es preciso indicar que en concordancia con lo absuelto en la consulta n°36, se aceptará las dimensiones de: Diámetro 3 - 3.5 mm y Longitud: 240 - 280 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item I 1.9 solicitan PINZA DE LAPAROSCOPIA 3MM CON BISTURI RETRACTIL - PILOROMIOTOMO, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 3 -3.5mm, Longitud 290-330mm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 1.9 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
El requerimiento ha sido establecido por el área usuaria, por lo que se aceptará las dimensiones de Diámetro 3 - 3.5 mm y Longitud: 290-330 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 290 - 330 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item 2 2.1 solicitan TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5.5MM DE DIAMETRO, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud de camiseta 95 - 110mm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.1 ítem 2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

El requerimiento ha sido establecido por el área usuaria, por lo que se aceptará Diámetro 5-5.5 mm y Longitud de camiseta: 95-110 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Diámetro 5 - 5.5 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item 2 2.2 solicitan CANULA DE IRRIGACION/ ASPIRACION PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 36CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 330 - 360mm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará la dimensión de Longitud: 330 - 360 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 330 - 360 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item 2 2.4 solicitan PINZA DE LAPAROSCOPIA 5MM DE DIAMETRO TIPO BABCOCK ATRAUMATICA DE 45CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud420 - 450mm para una mayor pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará dimensión de Longitud: 420 - 450 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 420 - 450 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item 2 2.5 solicitan TIJERA LAPAROSCOPICA QUIRURGICA 5MM X 33CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 31 - 33 cm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.5 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará dimensión de Longitud: 31 - 33 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 31 - 33 cm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro del ítem 2.2.6 solicitan TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 45CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 420 - 450mm para una mayor pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.6 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE:
Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará dimensión de Longitud: 420 - 450 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Longitud: 420 - 450 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro del ítem 2.2.8 solicitan TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 33CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 310 - 330mm para una mayor pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.8 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE:
Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará dimensión de Longitud: 310 - 330 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Longitud: 310 - 330 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item 2 2.10 solicitan PINZA MARYLAND 45CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 420 - 450mm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.10 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará dimensión de Longitud: 420 - 450 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 420 - 450 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro del ítem 2.2.13 solicitan PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 22CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 220 - 310mm para una mayor pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.13 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
El rango de la dimensión de la Longitud propuesto por su representada es muy superior al rango de la Longitud requerida, asimismo, quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 2.2.13. Por lo tanto, se mantiene las dimensiones requeridas en las bases, siendo el Diámetro 5-5.5 mm y Longitud: 220-250 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del ítem 2.2.14 solicitan PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 33CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 310 - 330mm para una mayor pluralidad de postores

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.14 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará dimensión de Longitud: 310 - 330 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 310 - 330 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del ítem 2.2.15 solicitan ELECTRODO DE GANCHO MONOPOLAR 5 MM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 330 - 370mm para una mayor pluralidad de postes

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.15 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará dimensión de Longitud: 330 - 370 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 330 - 370 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del ítem 2.16 solicitan PINZA ELECTRODO MONOPOLAR REUSABLE CON PUNTA DE BOLA 5MM PARA LAPAROSCOPIA, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 200 - 330mm para una mayor pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.16 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

El rango de la dimensión de la Longitud propuesto por su representada es muy superior al rango de la Longitud requerida, asimismo, quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 2. 2.16. Por lo tanto, se mantiene las dimensiones requeridas en las bases, siendo el Diámetro 5-5.5 mm y Longitud: 200-210 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item 2 2.17 solicitan PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 33CM CON CREMALLERA, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 31 - 33 Cm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.17 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará la dimensión de Longitud: 31 - 33 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 31 - 33 cm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro del ítem 2.2.18 solicitan PINZA DE AGARRE CLAW PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 33CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 310 - 330mm para una mayor pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.18 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE:
Para el bien, se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará la dimensión de Longitud: 310 - 330 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Longitud: 310 - 330 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item 2 2.19 solicitan PINZA DE AGARRE 45CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 420 - 450mm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.19 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Para el bien, se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará la dimensión de Longitud: 420 - 450 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 420 - 450 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:40:18

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro del Item 2 2.21 solicitan PINZA DE AGARRE Y TRACCION TIPO CLINCH 5MM X 45CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de: Diámetro 5 -5.5mm, Longitud 42 - 45 Cm para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III - 5.2 Literal: 2.21 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará la dimensión de Longitud: 42 - 45 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 42 - 45 cm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:08:51

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

CONSULTA: ITEM 2
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21
En virtud, al principio de libertad de concurrencia, de acuerdo al Art. N° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos en el punto de características, donde solicitan dice: Con grabado laser: La marca, CE, lote, procedencia, código QR, código de producto y tipo de acero, algunos de estos punto se consideren opcional, ya que no todos los fabricantes tienen el mismo sistema de identificación de sus dispositivos médicos, la normativa no exige que todos los dispositivos deben cumplir con estas grabaciones a laser en el material; por lo tanto solicitamos que se modifique dicho punto y se consideren: Con grabado laser: La marca, CE, lote, procedencia, código QR (opcional), código de producto y tipo de acero; fomentando con ello una mayor participación de postores en el presente proceso de selección.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3Literal: 3.1Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
La codificación permite la trazabilidad del material dando una seguridad al personal y al paciente, por lo tanto no se acepta su solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:08:51

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

CONSULTA: ITEM 2

2.2

En virtud, al principio de libertad de concurrencia, de acuerdo al Art. N° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos en el punto de tipo y dimensiones, donde solicitan dice: Longitud: 360mm, se amplíe el rango de longitud de material, ya que al poner una sola medida hace referencia a una sola casa comercial en específico; por lo tanto solicitamos que se modifique dicho punto y se consideren: LONGITUD: 310 - 360mm; fomentando con ello una mayor participacion de postores en el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El rango de la dimensión de la Longitud propuesto por su representada es muy inferior al rango de la Longitud requerido en las bases, y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 2 2.2, por lo tanto no se acepta su solicitud con dicha dimensión. Sin embargo, en concordancia con lo absuelto en la observación n°9 y consulta n°42, se aceptará dimensiones de la Longitud: 330 - 360 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 330 - 360 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:08:51

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

CONSULTA: ITEM 2

2.13

En virtud, al principio de libertad de concurrencia, de acuerdo al Art. N° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos en el punto de tipo y dimensiones, donde solicitan dice: Longitud: 220 - 250mm, se amplié el rango de longitud del material, ya que en el mercado nacional la mayoría de pinzas de 5mm, superan los 33cm de longitud de trabajo, la mayoría de las pinzas que tienen longitud de trabajo de menor a 30cm, son pinza pediátricas de 3mm, al poner una medida corta limita la participación de mas postores; por lo tanto solicitamos que se modifique dicho punto y se consideren: LONGITUD: 220 - 330mm; fomentando con ello una mayor participación de postores en el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El rango de la dimensión de la Longitud propuesto por su representada es muy superior al rango de la Longitud requerida, y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 2. 2.13. Por lo tanto, no se acepta su consulta, y se precisa que se mantiene la dimensión de longitud requerida en las bases, siendo Longitud: 220-250 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:08:51

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

CONSULTA: ITEM 2

2.16

En virtud, al principio de libertad de concurrencia, de acuerdo al Art. N° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos en el punto de tipo y dimensiones, donde solicitan dice: Longitud: 200 - 210mm, se amplíe el rango de longitud del material, ya que en el mercado nacional la mayoría de pinzas de 5mm, superan los 33cm de longitud de trabajo, la mayoría de los electrodos que tienen longitud de trabajo de menor a 30cm, son electrodos pediátricas de 3mm, al poner una medida corta limita la participación de mas postores; por lo tanto solicitamos que se modifique dicho punto y se consideren: LONGITUD: 200 - 330mm; fomentando con ello una mayor participación de postores en el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El rango de la dimensión de la Longitud propuesto por su representada es muy superior al rango de la Longitud requerida, y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 2. 2.16. Por lo tanto, no se acepta su consulta, y se precisa que se mantiene las dimensión de la longitud requerida en las bases, siendo Longitud: 200-210 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:08:51

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

CONSULTA: ITEM 2

2.15

En virtud, al principio de libertad de concurrencia, de acuerdo al Art. N° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos en el punto de tipo y dimensiones, donde solicitan dice: Longitud: 360 - 370mm, se amplié el rango de longitud de material, ya que al poner una sola medida hace referencia a una sola casa comercial en específico; por lo tanto solicitamos que se modifique dicho punto y se consideren: LONGITUD: 330 - 370mm; fomentando con ello una mayor participación de postores en el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

En concordancia con lo absuelto en la observación n°17 y consulta 43, se aceptará dimensión de Longitud: 330 - 370 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 330 - 370 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:08:51

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

CONSULTA: ITEM 3

3.1

En virtud, al principio de libertad de concurrencia, de acuerdo al Art. N° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos en el punto de tipo y dimensiones, donde solicitan dice: Longitud: 102-110mm, se amplié el rango de longitud de material, ya que al poner una sola medida hace referencia a una sola casa comercial en específico; por lo tanto solicitamos que se modifique dicho punto y se consideren: LONGITUD: 100 - 110mm; fomentando con ello una mayor participación de postores en el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El requerimiento ha sido establecido por el área usuaria, sin embargo se aceptará dimensión de Longitud de camiseta: 100 - 110 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud de camiseta: 100 - 110 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:08:51

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

CONSULTA: ITEM 3

3.2

En virtud, al principio de libertad de concurrencia, de acuerdo al Art. N° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos en el punto de tipo y dimensiones, donde solicitan dice: Longitud: 105-110mm, se amplié el rango de longitud de material, ya que al poner una sola medida hace referencia a una sola casa comercial en específico; por lo tanto solicitamos que se modifique dicho punto y se consideren: LONGITUD: 100 - 110mm; fomentando con ello una mayor participación de postores en el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El requerimiento ha sido establecido por el área usuaria, sin embargo se aceptará dimensión de Longitud de camiseta: 100 - 110 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud de camiseta: 100 - 110 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Electrodo MonopolarTipo Gancho 3 Mm X 34 Cm
3MM X 340-360 MM

Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte:
3MM X 295-360 MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El rango de la dimensión de la Longitud propuesto por su representada es muy inferior al rango de la Longitud requerido en las bases, y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 1 .1.2, Por lo tanto, no se acepta su consulta, y se precisa que se mantiene la dimensión de la longitud requerida en las bases, siendo Longitud: 340-360 mm, asimismo en concordancia con lo absuelto en la observación n° 2, se aceptará la dimensión del Diámetro: 3 - 3.5 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Diámetro: 3 - 3.5 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Electrodo De Coagulacion-Diseccion "L" 3.5 Mm X 20 Cm Para Laparoscopia
Diametro 2.8-3.5 mm longiitud 200 mm
Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte
2.8-3.5MM X 200-295 MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
El rango de la dimensión de la Longitud propuesto por su representada es muy superior al rango de la Longitud requerida, y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 1. 1.3. Por lo tanto, no se acepta su consulta, y se precisa que se mantiene las dimensiones requeridas en las bases, siendo el Diámetro 2.8 - 3.5 mm y Longitud: 200 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Pinza Grasper Para Laparoscopia 3.5 Mm X 33 Cm
Diametro 3-3.5 mm longiitud 330 mm
Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte
Diametro 3.0MM-3.5 MM X 280-330 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
El rango de la dimensión de la Longitud propuesto por su representada es muy inferior al rango de la Longitud requerida en las bases y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 1. 1.4. Por lo tanto, no se acepta su consulta, sin embargo, en concordancia con lo absuelto en la observación nº3, se aceptará la dimensión de: Diámetro: 3 - 3.5 mm y Longitud: 290 - 330 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 290 - 330 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Pinza De Laparoscopia 3mm De Diámetro T/Disec c ión C/ Mordazas Curvadas Derecha
Diametro 3 mm longiitud 250 mm

Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte
Diametro 3.0MM X 250-280 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.5 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

La dimensión de la longitud propuesta por su representada es quirúrgicamente aceptable por el área usuaria, asimismo, en concordancia con lo absuelto en la observación n°4, se aceptará las dimensiones de: Diámetro: 3 - 3.5 mm y Longitud: 250 - 280 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Diámetro: 3 - 3.5 mm
Longitud: 250 - 280 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Pinza Maryland 3 Mm X 30 Cm
Diametro 3.0MM-3.5 MM Longitud 290-330 MM
Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte
Diametro 3.0MM-3.5 MM X 280-330 MM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
El requerimiento ha sido establecido por el área usuaria, estableciendo rangos de dimensiones aceptables. Por lo tanto, no se acepta su consulta, debido a que el rango propuesto por su representada para la dimensión de la longitud es inferior a lo requerido en las bases, y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 1. 1.6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Pinza Grasper Para Laparoscopia 3 Mm X 33 Cm
DIAMETRO 3MM XLongitud 330 MM
Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte
DIAMETRO 3MM X280-330 MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.7 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
La dimensión de la longitud propuesta por su representada es muy inferior a la dimensión requerida, y quirurgicamente afectaría el fin del ítem 1. 1.7. Por lo tanto, no se acepta su consulta con dichas dimensiones. Sin embargo es preciso indicar que en concordancia con lo absuelto en la observación n°5, se aceptará las dimensiones de: Diámetro 3 - 3.5 mm y Longitud: 290 - 330 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Diámetro: 3 - 3.5 mm
Longitud: 290 - 330 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Pinza Grasper 3.5 Mm X 24 Cm

Diametro 3-3.5 MM X 240-250 mm

Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte:

Diametro 3-3.5 MM X 240-280 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.8 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 3 - 3.5 mm, asimismo, se aceptará la dimensión de Longitud: 240 - 280 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 240 - 280 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Pinza De Laparoscopia 3 Mm Con Bisturí Retráctii-Piloromiotomo
Diametro 3 -3.5 MM X 330 mm

Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte:

Diametro 3 -3.5 MM X-280 -330 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.9 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

La dimensión de la longitud propuesta por su representada es muy inferior a la dimensión requerida. Por lo tanto, no se acepta su consulta con dichas dimensiones. Sin embargo es preciso indicar que en concordancia con lo absuelto en la observación n°7, se aceptará las dimensiones de: Diámetro 3 - 3.5 mm y Longitud: 290 - 330 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 290 - 330 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Pinza De Laparoscopia 3 Mm Con Bisturí Retráctii-Piloromiotomo considerando la descripción sicional "Con Bisturí Retráctii-Piloromiotomo" solicitamos sea retirado ya que esta descripción no corresponde al instrumental solicitado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.9 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Se aceptará que el producto cumpla con las características descritas en el ítem 1. 1.9 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Contenedor De Aluminio Para Esterilización De Instrumental Quirúrgico 13.8 Cm X 27.2 Cm X 60 Cm certificado por la FDA y CE , el solicitar ambos certificado es incongruente , ya que FDA corresponde si el producto es americano e el Certificado CE es para productos de procedencia aleman , por lo que solicitamos respetuosamente , modificar siendo:
debe ser CERTIFICADO FDA ó CE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.4 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Que, a fin de fomentar la mayor participación de postores en el procedimiento de selección, se requiere Certificado por la FDA y/o CE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificado por la FDA y/o CE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:29:10

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Contenedor De Aluminio Para Esterilización De Instrumental Quirúrgico
solicitan para la cesta : Diimensiones 54x24x16.5 cm
solicito respetuosamente incluir :cesta : Diimensiones 54x24-25.5 cm x 10-16.5 cm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.4 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
El requerimiento ha sido establecido por el área usuaria, por lo que deberá ceñirse a lo requerido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:41:37

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Trocar De Punta Roma Para Cirugía Laparoscópica De 3.5 Mm De Diámetro X 70 Mm

Punzon:

Solicitan para esta parte " Retractil "

Amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia solicitamos respetuosamente se considere "con o sin Retractil

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: 1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Para el uso y seguridad de los pacientes, el sistema retráctil brinda mayor seguridad. Por lo tanto no se acepta su consulta, debiendo ceñirse a lo requerido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:56:26

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

CANULA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN PARA LAPARASCOPIA 5mm X 36 Cm

Diametro 5-5.5 MM X 360 mm

Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte:

Diametro 5-5.5 MM X 330-360 mm

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 2.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Para el bien, se encuentra establecido en las bases, dimensión de Diámetro 5 - 5.5, asimismo, en concordancia con lo absuelto en la observación n°9 y consulta n°24, se aceptará Longitud: 330 - 360 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 330 - 360 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:56:26

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Electrodo De Gancho Monopolar 5 Mm
Diametro 5-5.5 MM X 360-370 MM
Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte
Diametro 5-5.5 MM X 330-370 MM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2.15 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Para el bien, se ha requerido en las bases la dimensión de Diámetro 5 - 5.5 mm, asimismo, se aceptará dimensión de Longitud: 330 - 370 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 330 - 370 mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-11-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LAPARASCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:56:26

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Pinza electrodo monopolar reusable con punta bola 5 mm para laproscopia
Diametro 5-5.5 MM X 200-210 MM
Las medidas entre las principales marcas (alemanas) que se encuentran en el mercado difieren entre sí, en nombre sin embargo esta mínima diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada, por lo que amparándonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia y brindando al hospital un producto de calidad solicitamos respetuosamente se acepte
Diametro 5-5.5 MM X 200-330 MM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2.16 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
El rango de la dimensión de la Longitud propuesto por su representada es muy superior al rango de la Longitud requerida, y quirúrgicamente afectaría el fin del ítem 2. 2.16. Por lo tanto, no se acepta su consulta, y se precisa que se mantiene la dimensión de la longitud requerida en las bases, siendo Longitud: 200-210 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null