

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES DE LA RED PRESTACIONAL REBAGLIATI - UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICION DE CINCO (05) SISTEMAS DE FLAT PANEL PARA EQUIPOS DE RAYOS X ESTACIONARIO DE LA RED PRESTACIONAL REBAGLIATI - RPR".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AE 2 SERVICIOS DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIONES CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD A LOS ASEGURADOS					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1656					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Nota N° 1930-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	Fecha de recepción	19/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	26/06/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X-
		Fecha de la tercera versión	1/08/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	-	-	-	1	Correo electronico	12/06/2024
El proveedor ELVIMEDIC GROUP S.A.C. formula la siguiente OBSERVACION: "La capacidad de las baterías usualmente se miden por el tiempo de duración de ellas y no por la cantidad de imágenes que reciben, por lo que solicitamos ampliar el punto N° 9, capacidad de la batería cargada >= 200 imágenes o >= horas de duración".							
-	1	-	-	-	1	Correo electronico	12/06/2024
el proveedor DIGITAL XRAY S.A.C. formula la siguiente OBSERVACION: "Por favor tomar en cuenta la observación que indicamos en nuestra cotización porque en los procesos de selección que la Red Rebagliati convocó el año pasado consideraron en el caso de batería removibles (tres) y en el caso de baterías incorporadas (dos) con una autonomía de 15 horas con su cable de carga y estas baterías pueden ser removibles para su reemplazo cuando lo requieran".							
-	1	-	-	-	1	Correo electronico	1/07/2024
ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C. formula la siguiente CONSULTA: "Si aceptarían flat panel con solo las opciones Print, Send y Worklist. Nuestra propuesta sería el flat panel marca IRAY modelo MARS1717V, el cual cuenta con las opciones Dicom Impresión (print), Almacenamiento (Send) y lista de trabajo (Worklist), pero no cuenta con las opciones MPPS ni Consultar/Recuperar (Query/Retrieve) que solicita el área usuaria. EsSalud a nivel nacional cuenta en la actualidad con el sistema PACS DICOM 3.0 con las opciones impresión (print) y almacenamiento (send). Las opciones MPPS y Consultar/Recuperar (Query/Retrieve) que solicita el área usuaria, no son usadas en el estado actualmente por no contar con Sistemas worklist.".							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1				1	Nota N° 3031-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	26/06/2024
Con la finalidad de garantizar la mayor participación de los postores se ha acogido las observaciones emitidas por los participantes DIGITAL XRAY S.A.C. y ELVIMEDIC GROUP S.A.C. , por lo que las Especificaciones Técnicas han sido modificadas							
-	1	-	-	-	1	Nota N° 3031-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	26/06/2024
Con la finalidad de garantizar la mayor participación de los postores se ha acogido las observaciones emitidas por los participantes DIGITAL XRAY S.A.C. y ELVIMEDIC GROUP S.A.C. , por lo que las Especificaciones Técnicas han sido modificadas							
-	1	-	-	-	1	Nota N° 3526-OFIHy SG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	1/08/2024
No se acoge la consulta realizada por la empresa Especialistas Médicos S.A.C. en relación a la característica "B08: Compatibilidad DICOM 3.0", ya que se evidencia en el estudio de mercado, que existe pluralidad de postores.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	A08: Baterías removibles o incorporadas externo. En caso de baterías incorporadas (02 baterías), incluir el cable de carga para el uso de detector durante la carga, sin embargo, estas baterías deberán ser removibles para su reemplazo cuando se requiera. Autonomía de al menos 15 horas con las 02 baterías.						
	A09: Capacidad de la Batería cargada 220 imágenes o mayor, y/o, 06 horas o mayor. (Nota N° 3031-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024)						
-	A09: Tiempo de recarga de batería 03 horas o menor. (Nota N° 3526-OFIHy SG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024)						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/08/2024	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI				NO	
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO	
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO	
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>EsSalud RED PRESTACIONAL REBAGLIATI</p> <p>.....</p> <p>CPC EVA LUZ HERRERA YATACO Jefe de la Unidad de Programación</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>RED PRESTACIONAL REBAGLIATI</p> <p>.....</p> <p>CPC. Carlos Augusto Núñez Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y Contratación</p> </div> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

