

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-SANIPES-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:37:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO INVERTIDO CON CAMARA FOTOGRAFICA  
SE SOLICITA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

El postor debe presentar en su oferta la información técnica del equipo ofertado, a través de documentos emitidos por el fabricante tales como brochures y/o fichas técnicas y/o folleto o cualquier otro documento similar, distintos a declaraciones juradas, que acrediten el cumplimiento de las características técnicas mínimas solicitadas en los numerales 1,2, y 3 de la Descripción técnica de las presentes EETT. En el caso que las características técnicas no se encuentren acreditadas en los documentos previstos en el párrafo anterior, se aceptará documento emitido y suscrito por el fabricante que señale el cumplimiento de la característica técnica.

Debido a que mucha de la informacion tecnica disponible por el proveedor se encuentra disponible en idioma ingles, tendría a bien el area encargada confirmar que aceptará para el sustento técnico documentacion original en idioma ingles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 17  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la consulta del postor actualizando la EETT en el literal P: REQUISITOS DEL POSTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

P. REQUISITOS DEL POSTOR

Documentos para la admisión de la oferta

El postor debe presentar en su oferta la información técnica del equipo ofertado, a través de documentos emitidos por el fabricante tales como brochures y/o fichas técnicas y/o folleto o cualquier otro documento similar, distintos a declaraciones juradas, que acrediten el cumplimiento de las características técnicas mínimas solicitadas en los numerales 1,2, y 3 de la Descripción técnica de las presentes EETT.

¿ Se precisa que la información técnica (brochures y/o fichas técnicas y/o folletos) será recibida en idioma español o inglés

En el caso que las características técnicas no se encuentren acreditadas en los documentos previstos en el párrafo anterior, se aceptará documento emitido y suscrito por el fabricante que señale el cumplimiento de la característica técnica..

Entidad convocante :	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA		
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-SANIPES-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"		

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:37:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:  
MIMICROSCOPIO INVERTIDO CON CAMARA FOTOGRAFICA  
SE SOLICITA

Debido a que no es posible encontrar manuales o brochures para los accesorios solicitados, tendra a bien el area usuaria aceptar declaracion jurada de distribuidor para el sustento de los accesorios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor debido a que se detalla lo solicitado en el literal P: REQUISITOS DEL POSTOR, El postor debe presentar en su oferta la información técnica del equipo ofertado, lo cual aclaramos que corresponde a los puntos J.1 al J.3 de las Especificaciones Técnicas, punto 3.1, capítulo III. Por lo cual, deviene innecesario lo consultado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:37:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:  
MICROSCOPIO INVERTIDO CON CAMARA FOTOGRAFICA  
SE SOLICITA  
Con lente de Bertrand  
El lente de bertand es un dispositivo optivo utilizado para el centrado de las lentes del microscopio, en ese sentido  
tendiendo en cuenta su funcion, tendra a bien el area usuaria confirmar que requiere un lente de centrado para alineacion  
de elementos opticos del microscopio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se confirma al postor que se requiere un lente Bertrand para alineación de elementos ópticos del microscopio.  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:37:50

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

MICROSCOPIO INVERTIDO CON CAMARA FOTOGRAFICA  
SE SOLICITA

E. Con lampara LED para luz transmitida (lente ojo de mosca) con horas de vida de acuerdo a la marca

Considerando que se requiere que el microscopio pueda ser utilizado para aplicaciones en DIC y luz polarizada, se recomendaria que la fuente de iluminacion transmitida sea de una potencia de 100W, con ello la potencia de iluminacion seria lo recomendado sobre todo para los objetivos de mayor aumento.

Por tanto, tendra a bien el area encargada aceptar:

E Con Lampara LED para luz transmitida o fuente de luz de 100W para observación en luz polarizada y DIC con horas de vida de acuerdo a la marca

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta la recomendación dada por el postor. Se requiere que el equipo ofertado tenga iluminación transmitida LED, por ser una tecnología más reciente y avanzada, que ofrece una mayor eficiencia enegértica, mayor tiempo de duración, mayor luminosidad y una luz blanca que no requiere uso de filtros, a comparación de la luz halógena.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:37:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO INVERTIDO CON CAMARA FOTOGRAFICA

SE SOLICITA

CAMARA DE MICROSCOPIA

Tiempo de exposicion de 100 us a 120 s o un rango mayor

Con la finalidad de confirmar el cumplimiento, tendra a bien el area usuaria confirmar si el tiempo de exposicion de 28 us a 120 S se encuentra dentro del rango solicitado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al postor que el tiempo de exposición de 100 us a 120 s es un rango mayor al solicitado. Por lo tanto, cumple con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:37:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Solicitan En Experiencia del Postor: Se consideran bienes similares a los siguientes: Microscopio Invertido con Camara fotografica y/o Equipos de Microscopia

Solicitamos al Comité de Selección si podrán considerar en La experiencia del Postor como Bienes similares a Microscopio Binocular, Microscopia Fluorescencia, Microscopios Trinocular, Microscopios en general y de esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Ya que Todos los Proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, debiendo evitarse exigencias y formalidades innecesarias. Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que al indicar como bienes similares a "Equipos de Microscopía", engloba al Microscopio Binocular, Microscopia Fluorescencia, Microscopios Trinocular, a Microscopios en general. Por lo tanto, se promueve la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:37:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección informe donde se realizara la Capacitación e instalación del equipo de la presente convocatoria

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que en el literal J, menciona la ubicación del equipo: LABORATORIO DE BIOENSAYO Y MICROSCOPIA el cual su dirección es en la sede Callao, situado en la Av. Carretera a Ventanilla Km 5.2. Asimismo en el literal K la capacitación será en el mismo Laboratorio de Bioensayo y Microscopia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:37:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección A fin de que el postor adjudicado con la Buena Pro pueda realizar la entrega formal comunique si la entrega de los bienes del presente proceso se realizara en Almacén Central de vuestra entidad o se entregara directamente en el Laboratorio asignado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que la entrega del equipo será en el Almacén Central, y posteriormente trasladado por el postor al Laboratorio de Bioensayo y Microscopía del SANIPES para su instalación y puesta en funcionamiento.

Se precisa que ambas áreas se ubican en la sede Callao, situado también en la Av. Carretera a Ventanilla Km 5.2.;

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA		
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-SANIPES-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"		

Ruc/código :	10706594928	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ TORRES PERCY PAUL BRYAN	Hora de envío :	23:23:40

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Se prodia ampliar las espectficaciones tecnicas a equipos mas modernos que podrian cumplir con la finalidad publica de la adquisicion

Este sistema de microscopía invertida es ideal para observar células vivas en micro laboratorios de investigación. Es el modelo perfecto para universidades, consultorios médicos, departamento de prevención de epidemias y laboratorios de cría de ganado, etc.

Características :

Un microscopio invertido de cultura de tejidos de grado profesional asequible!

Ofreciendo características de contraste de fase

Perfecto para clínicas, veterinarios, doctores e investigadores para ver cultivos de tejidos biológicos vivos y examinar especímenes en líquido

Siete ajustes de aumento, 40X, 100X, 200X, 250X, 400X, 500X 1000X

Distancia de trabajo grande campo brillante y contraste de fase Objetivos del plan

Dos pares de oculares de ojo alto y extremo ancho

Sistema óptico completamente recubierto con alta resolución

Puerto de fotografía vertical para capacidad fotográfica / de video

Condensador móvil NA 0.3

Ajuste de dioptrías en ocular

Escenario mecánico 3-D de doble capa extra grande con acabado resistente a las manchas

Perillas de control de movimiento de la etapa coaxial de posición baja

Enfoque coaxial grueso grueso con control de tensión

Sistema de iluminación halógena incorporado de 30 vatios con brillo variable

Luz superior con filtros

Elementos de vidrio ópticos completos

Lentes de vidrio molido precisas

Todos los componentes mecánicos de metal

Distancia interpupilar ajustable

Marco resistente de aleación de fundición con acabado de esmalte resistente a las manchas

Fabricado bajo el estándar de control de calidad ISO 9001

Especificaciones:

Cabeza: cabeza trinocular libre compensada inclinada 45°

Ocular: WH10X / 20mm y WH25X extreme widefield

Objetivo: Plan de larga distancia de trabajo (LWDPL), 4X / 0.1 WD .25mm, 10X / 0.25 Contraste de fase WD .11mm, LWDPL20X, 20X / 0.4 Contraste de fase WD .6mm y 40X / 0.6WD 3.8mm

Distancia interpupilar: 2 "-3" (50 mm-75 mm)

Etapla mecánica: dos capas; tamaño: 9.53 "x6.77" (242x172 mm); rango de desplazamiento: 4.53 "x2.59" (115x75 mm)

Etapla central: 4.33 "(110 mm) de diámetro

Condensador: NA 0.3 Abbe con diafragma de iris, distancia de trabajo: 3 "(75 mm)

Enfoque: sistema de enfoque fino coaxial grueso con control de tensión; valor de escala de enfoque fino 0.000079 "(0.002 mm)

Placa deslizante de contraste de fase: centro de la placa de anillo de contraste de fase ajustable

Telescopio de centrado: incluido

Filtro: azul, verde, amarillo y vidrio froster

Iluminación: bombilla halógena 12V / 30W

Fuente de alimentación: 110V / 60Hz (envíe un correo electrónico para la versión de 220V / 50Hz)

Lista de empaque :

Una cabeza sin compensación triocular

Marco de cuerpo de un microscopio invertido con iluminación

Cuatro objetivos del plan de larga distancia de trabajo, 4X, 10X, 20X 40X

Un par de oculares PLAN WH10X

Un par de oculares Extreme WH25X

Entidad convocante :	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-SANIPES-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Una casa de luz superior	
Una bombilla halógena de 30W	
Una cubierta de polvo	
Filtros de color	
Cable de alimentación	
Manual de usuario	Descargar
Una cámara digital de alta resistencia de 10 megapíxeles con cable USB	
Un CD con software, controlador e instrucciones paso a paso	
Peso del envío: 55 lbs (24.94 kilos)	
Pixel de cámara	10MP
Especializado	Invertido
Solicitud	Clínica, Veterinaria, Laboratorio, Enseñanza / Formación
Potencia de aumento	40X a 1000X
Óptica	Acromática
Vista de campo	Extreme Widefield
Tipo de cabeza	Trinocular
Objetivo de poder	4X, 10X, 20X, 40X
Tamaño objetivo	20 mm
Potencia ocular	10X, 25X
Tamaño del ocular	30 mm
Sensor de cámara	CMOS
Lente de reducción	0.5X
Escenario	Otro
Tipo de luz	Halógeno
Potencia de la luz	30W
Forma de luz	Incorporado
Cantidad de bombillas	1
Etapas DIV	1.00mm
Fuente de alimentación	110 V, 220 V
Nombre de la marca	AmScope
Color	Blanco

Acápites de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: Capitulo 3	Literal: 3.1	Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Concurrencia de postores y trato justo e igualitario y la vigencia tecnológica				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
Se aclara al postor que el equipo ofertado presenta características técnicas inferiores a las características técnicas mínimas solicitadas, respecto al número de aplicaciones de microscopía, al tipo de iluminación, al número y apertura numérica de los objetivos, al número del campo ocular, a la apertura numérica del condensador, al tipo de la cámara y al software, entre otros. Por lo tanto, no se acoge la propuesta del postor.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	10706594928	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ TORRES PERCY PAUL BRYAN	Hora de envío :	23:23:40

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Aclarar los plazos des sus tres actividades, ponen 90 dias en general pero no hay plazo para la entrega de instalacion y capacitacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: k Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Requerimiento debe ser claro y preciso

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se procede actualizar la EETT aclararando los plazos de la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especificaciones técnicas  
J. DESCRIPCION TECNICA  
Plazo de entrega

Dice:  
Hasta los noventa (90) dias calendario contabilizado a partir del dia siguiente de culminado la entrega, la intalacion y puesta de funcionamiento.

Debe decir:

Hasta noventa y nueve (99) días calendario, plazo que se contabilizará desde el siguiente día de perfeccionado el contrato como se detalla a continuación:

- ¿ Hasta 90 días calendario para la entrega, instalación, puesta en funcionamiento.
- ¿ Hasta 4 días calendario para la capacitación, contabilizado a partir del día siguiente de terminada la instalación y puesta en funcionamiento.
- ¿ Hasta 5 días calendario para la entrega de documentos detallados en el Literal K, contabilizado a partir del día siguiente de culminada la capacitación.

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	10706594928	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ TORRES PERCY PAUL BRYAN	Hora de envío :	23:23:40

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Penalidad por falta de entrega de documentos pero no indican el plazo en la cual deben presentar los documentos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: T Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Requerimiento claro y preciso

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se procede actualizar la EETT aclarando los plazos de la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especificaciones técnicas  
J. DESCRIPCION TECNICA  
Plazo de entrega

Dice:  
Hasta los noventa (90) días calendario contabilizado a partir del día siguiente de culminado la entrega, la intalacion y puesta de funcionamiento.

Debe decir:

Hasta noventa y nueve (99) días calendario, plazo que se contabilizará desde el siguiente día de perfeccionado el contrato como se detalla a continuación:

- ¿ Hasta 90 días calendario para la entrega, instalación, puesta en funcionamiento.
- ¿ Hasta 4 días calendario para la capacitación, contabilizado a partir del día siguiente de terminada la instalación y puesta en funcionamiento.
- ¿ Hasta 5 días calendario para la entrega de documentos detallados en el Literal K, contabilizado a partir del día siguiente de culminada la capacitación.

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de microscopio invertido con cámara fotográfica para el PIP "Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima"

Ruc/código :	20541720287	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	UNION TECNOLOGICA DEL NORTE S.A.C.	Hora de envío :	23:48:42

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se entiende como "experiencia del postor en la especialidad" también la venta de partes y accesorios para microscopia?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo indicado por el postor y se aclarará que en "experiencia del postor en la especialidad" también se incluye la venta de partes y accesorios para mciroscopía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especificaciones Técnicas

V. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Dice:

Se consideran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS DE MICROSCOPIA

Debe decir:

EQUIPOS DE MICROSCOPIA Y/O VENTA PARTES Y ACCESORIOS PARA MICROSCOPIA