

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 27/10/2023

Hora de envío : 19:48:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicita: Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas, ciertas características como el tamaño de pantalla, tamaño de equipo, etc son propios de cada modelo que los postores ofertan, y cada casa comercial tiene un propio modelo de analizador hematológico con medidas distintas, solicitar una característica tan específica como pantalla de 10.4 pulgadas hace pensar a los postores que el usuario realizó las especificaciones técnicas con una marca/modelo de analizador en mente, y esto indicaría un direccionamiento del proceso de selección, lo cual atenta contra los incisos a y b del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, AMPLIAR el requerimiento a pantalla que el postor ofrezca según el modelo de equipo ofertado, para tener una mejor impresión de los resultados y ampliar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA: Se suprime Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas, se agrega "Pantalla táctil de 9.5 a 11.5 pulgadas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA: Se suprime Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas, se agrega "Pantalla táctil de 9.5 a 11.5 pulgadas"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 27/10/2023

Hora de envío : 19:48:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicita: Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas, esta característica es muy específica, y dado que la presencia o ausencia de una pantalla incorporada al equipo no afecta al buen procesamiento de resultados, solicitamos al comité especial, AMPLIAR el requerimiento a pantalla táctil o computadora con monitor para poder permitir la participación de los demás postores.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE AMPLIA EL REQUERIMIENTO A " PANTALLA TÁCTIL A COLOR O COMPUTADORA CON MONITOR".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE AMPLIA EL REQUERIMIENTO A " PANTALLA TÁCTIL A COLOR O COMPUTADORA CON MONITOR".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:48:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicita: Pantalla táctil profundidad/ancho/alto 400mm/320mm/410mm , ciertas características como el tamaño de pantalla, tamaño de equipo, etc son propios de cada modelo que los postores ofertan, y cada casa comercial tiene un propio modelo de analizador hematológico con medidas distintas, solicitar una característica tan específica como medidas de equipo hace pensar a los postores que el usuario realizo las especificaciones técnicas con una marca/modelo de analizador en mente, y esto indicaría un direccionamiento del proceso de selección, lo cual atenta contra los incisos a y b del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, AMPLIAR el requerimiento medidas propias de cada postor según equipo ofertado para tener una mejor impresión de los resultados y ampliar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA LAS DIMENSIONES SEGÚN EL SIGUIENTE RANGO: profundidad/ancho/alto 400 mm (+-100mm)/320mm(+150mm)/410mm(+150mm).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA LAS DIMENSIONES SEGÚN EL SIGUIENTE RANGO: profundidad/ancho/alto 400 mm (+-100mm)/320mm(+150mm)/410mm(+150mm).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:48:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indica: Memoria hasta 200 000 resultados, en este punto es importante aclarar que este numero en particular es bastante elevado, y siendo una característica que no afecta al buen procesamiento de los resultados, solicitamos amablemente al comité especial, considere un rango de 9 000 resultados almacenados en adelante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO SE MANTIENE LO SOLICITADO, debe entenderse que en el requerimiento se indica la palabra "hasta"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO SE MANTIENE LO SOLICITADO, debe entenderse que en el requerimiento se indica la palabra "hasta"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan citometría de flujo dispersión láser de tres ángulos método colorante químico para el análisis diferencial de cinco partes al respecto solicitamos acerca también analizadores con citometría de flujo de luz óptica e impedancia. Esto con el fin de permitir nuestra participación de proceso de selección

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO SE MANTIENE LO SOLICITADO,el requerimiento es posible de cumplir con por una variedad de marcas ya que es universal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO SE MANTIENE LO SOLICITADO,el requerimiento es posible de cumplir con por una variedad de marcas ya que es universal.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación al número de parámetros solicitan 25 parámetros de, al respecto solicitamos hacerte también analizadores con 21 parámetro demoramos eso con el fin de permitir nuestra participación de proceso de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA EL NUMERO DE PARÁMETROS DE "25 PARAMETROS A MAS"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA EL NUMERO DE PARÁMETROS DE "25 PARAMETROS A MAS"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan tres histogramas wc rbc y plt al respecto solicitamos acepte dos histogramas más un dispersograma de leucocitos esto con el fin de permitir nuestra participación en el proceso de selección

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 51**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO CON: se suprime 3 histogramas: WBC, RBC y PLT se agrega "3 HISTOGRAMAS + 2 DISPERSOGRAMAS O 2 HISTOGRAMAS Y 2 DISPERSOGRAMAS"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO CON: se suprime 3 histogramas: WBC, RBC y PLT se agrega "3 HISTOGRAMAS + 2 DISPERSOGRAMAS O 2 HISTOGRAMAS Y 2 DISPERSOGRAMAS"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En relación a tres diagramas de dispersión para wc diferencial consultamos acepte también analizadores que oferten un dispersograma con diferenciación de cinco vestidos depositarios solicitamos acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO: se suprime 3 y se agrega "2 a mas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO: se suprime 3 y se agrega "2 a mas"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En relación al volumen de la muestra modo prediluido 20 ul solicitamos hacerte volúmenes menores de predicción esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA EL VOLUMEN DE MUESTRA EN MODO "PREDILUIDO DE 15 A 20 UL".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA EL VOLUMEN DE MUESTRA EN MODO "PREDILUIDO DE 15 A 20 UL".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En relación al modo de sangre entera 15 ul modo de sangre entera capital solicitamos acepta también volúmenes menores esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO SE MANTIENE LO SOLICITADO, Por qué en volúmenes menores puede existir alteración en resultados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO SE MANTIENE LO SOLICITADO, Por qué en volúmenes menores puede existir alteración en resultados

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En relación a la pantalla táctil tft de 10.4 pulgadas solicitamos cct también pantalla táctil de acuerdo al fabricante eso con el fin de permitir nuestra participación de procesos de selección

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA A "Pantalla táctil de 9.5 a 11.5 pulgadas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA A "Pantalla táctil de 9.5 a 11.5 pulgadas"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En relación a la capacidad de almacenamiento de datos solicitamos hacerte también analizadores con capacidad de 30,000 resultados incluyendo información numérica y gráfica esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO SE MANTIENE LO SOLICITADO, lo requerido es necesario para el buen funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO SE MANTIENE LO SOLICITADO, lo requerido es necesario para el buen funcionamiento del equipo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En relación a las medidas dimensiones y peso entendemos que cada fabricante establece sus propias medidas de acuerdo a sus características de fabricación por lo que solicitamos hacerte también que las medidas sean propios de fabricante esto con el fin de permitir nuestra participación de proceso de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA LAS DIMENSIONAES SEGÚN EL SIGUIENTE RANGO: profundidad/ancho/alto 400 mm (+-100mm)/320mm(+/-150mm)/410mm(+/-150mm).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA LAS DIMENSIONAES SEGÚN EL SIGUIENTE RANGO: profundidad/ancho/alto 400 mm (+-100mm)/320mm(+/-150mm)/410mm(+/-150mm).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En relación a los reactivos solicitan m52d guillent m52 DIF Liz y otros los cuales son reactivos específicos de una marca al respecto solicitamos hacerte también reactivos de acuerdo a cada fabricante esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA LO REQUERIDO:se suprime M-52D Diluent, M52DIFF lyse,M-52LH lyse, probe cleanser (limpiador de sondas), se agrega "3 REACTIVOS + 1 LIMPIADOR PARA SU MANTENIMIENTO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA LO REQUERIDO:se suprime M-52D Diluent, M52DIFF lyse,M-52LH lyse, probe cleanser (limpiador de sondas), se agrega "3 REACTIVOS + 1 LIMPIADOR PARA SU MANTENIMIENTO"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios.

Al respecto, cabe señalar que no se ha precisado a partir de qué momento se inicia el cómputo del plazo de entrega, situación que podría generar confusiones luego de haber suscrito el contrato.

En ese sentido, a fin de evitar incongruencias y ambigüedades en relación con el plazo de entrega, solicitamos al Comité de Selección que establezca el plazo de entrega de la siguiente manera:

LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTREGARÁN EN EL PLAZO DE 30 DÍAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. (Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 51 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA: se suprime 30 DIAS CALENDARIOS, se agrega ¿01 A 30 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO O NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN PARCIALMENTE LA CONSULTA POR ELLO SE MODIFICA: se suprime 30 DIAS CALENDARIOS, se agrega ¿01 A 30 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO O NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - SALUD UTES SANTIAGO DE CHUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRLL-GGR/GRSS-R-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 05 DIFF PARA EL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	23:34:01

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el literal e) de la página 17 de las Bases se da la indicación que solo de deberá acreditar documentalmente el extremo: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS del Cuadro de las Especificaciones Técnicas para la compra de equipo (página 50-51 de las Bases)

Al respecto, a fin de evitar incongruencias que repercutan en vicios de nulidad, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que todo lo demás señalado en el cuadro se dará por acreditado mediante la presentación del ANEXO 3 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Solicitamos efectuar dicha aclaración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO Se modifica: se agrega "todo lo demás señalado en el cuadro se dará por acreditado mediante la presentación del ANEXO 3"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGEN LA CONSULTA POR ELLO Se modifica: se agrega "todo lo demás señalado en el cuadro se dará por acreditado mediante la presentación del ANEXO 3"