

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante : | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO |
| Nomenclatura : | LP-SM-8-2024-HNDM-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20504312403 | Fecha de envío : | 27/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | Hora de envío : | 17:56:29 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como parte de las especificaciones técnicas el producto ¿Línea para bomba infusora con volutrol¿ (ítem 1) requieren que el producto cuente con empaque individual. Al respecto, debe tener en cuenta que algunos fabricantes de las ¿Línea para bomba de infusión con volutrol¿ lo comercializan como KIT, es decir, en un envase individual viene el volutrol (bureta graduada) y en otro envase individual vienen las líneas(estándar con porción de silicona), es decir, se cumple con la especificación técnica mencionada al inicio pero en envases separados.

Ahora bien, dado que la forma como viene presentado un producto no altera el funcionamiento del mismo, y con la finalidad de generar un escenario de competencia, ¿podría confirmar que aceptará la oferta del Producto con forma de presentación en KIT, es decir, que la bureta y las líneas (estándar con porción de silicona) vengan en envases individuales y por separado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

n-a

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado en la ficha tecnica con el fin de evitar manipulaciones y prevenir infecciones en la preparacion de productos farmaceuticos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20504312403 | Fecha de envío : | 27/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | Hora de envío : | 17:56:29 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el caso de la ¿Línea para bomba de infusión con volutrol¿ (ítem 1) incluyen las especificaciones técnicas referidas al MATERIAL y requieren la condición LIBRE DE DEHP.

Al respecto, téngase en cuenta que el DEHP es ampliamente utilizado por la industria de dispositivos médicos no existiendo a la fecha ninguna prohibición sobre su uso y muestra de ello es que la DIGEMID otorga autorización sanitaria para la comercialización del producto objeto de la convocatoria con DHEP motivo por el cual no existe justificación legal para plantear su discriminación en las bases.

En ese sentido, ¿podría permitir la oferta del volutrol con DEHP?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

n-a

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se solicita que el material sea libre de DEHP para prevenir posibles riesgos y eventos adversos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20504312403 | Fecha de envío : | 27/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | Hora de envío : | 17:56:29 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el caso de la ¿Línea para bomba de infusión con volutrol¿ (ítem 1), solicitan que la cámara graduada deba poseer un acceso libre de aguja. Sin embargo, al tratarse de un aspecto de diseño, algunos fabricantes optan por manufacturar la cámara graduada con puerto de agregados de medicamentos auto-sellable y ambos diseños cumplen con la misma finalidad. En ese sentido, y con la finalidad de permitir un escenario de competencia efectiva, solicitamos que permita la oferta de una cámara graduada libre de aguja o con puerto auto-sellable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

n-a

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado en la ficha tecnica debido ya que según norma esto evitaría accidentes laborales por objetos punzocortantes."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20504312403 | Fecha de envío : | 27/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | Hora de envío : | 17:56:29 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el caso de la ¿Línea para bomba de infusión con volutrol¿ (ítem 1), solicitan que la cámara graduada deba poseer un acceso libre de aguja. Sin embargo, al tratarse de un aspecto de diseño, algunos fabricantes optan por manufacturar la cámara graduada con puerto de agregados de medicamentos auto-sellable y ambos diseños cumplen con la misma finalidad. En ese sentido, y con la finalidad de permitir un escenario de competencia efectiva, solicitamos que permita la oferta de una cámara graduada libre de aguja o con puerto auto-sellable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

n-a

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado en la ficha tecnica debido ya que según norma esto evitaría accidentes laborales por objetos punzocortantes"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20504312403 | Fecha de envío : | 27/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | Hora de envío : | 17:56:29 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el caso de la ¿Línea para bomba de infusión con volutrol¿ (ítem 1), solicitan que la cámara graduada deba poseer un acceso libre de aguja. Sin embargo, al tratarse de un aspecto de diseño, algunos fabricantes optan por manufacturar la cámara graduada con puerto de agregados de medicamentos auto-sellable y ambos diseños cumplen con la misma finalidad. En ese sentido, y con la finalidad de permitir un escenario de competencia efectiva, solicitamos que permita la oferta de una cámara graduada libre de aguja o con puerto auto-sellable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

n-a

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado en la ficha tecnica debido ya que según norma esto evitaría accidentes laborales por objetos punzocortantes."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20504312403 | Fecha de envío : | 27/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | Hora de envío : | 17:56:29 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
¿Podría indicar si para la atención de segunda y siguientes entregas se requiere de la notificación previa de la orden de compra correspondiente?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: -- Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
n-a

Análisis respecto de la consulta u observación:
"Con MEMORANDO N°1941-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente: Se acoge la observacion respecto al plazo de ejecucion. Se modificará el Capítulo III: Del Requerimiento: 7.1 PLAZO DE EJECUCION:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.
CAPÍTULO III. NUMERAL 7.1 PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución del contrato será hasta culminar la entrega del mes 12 o hasta agotar el monto contratado, computado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Primera Entrega:
¿ Se entiende como primera entrega la correspondiente al mes uno, descrito en el anexo N°001 del cronograma general establecido.
¿ La primera entrega se efectuara dentro de los tres (03) días calendarios, contados a partir de notificada la orden de compra.

Entregas sucesivas:
¿ A partir del mes dos del cronograma, se considera como entregas sucesivas.
¿ Para las entregas sucesivas, a partir de la entrega del mes dos del cronograma el plazo de entrega será dentro de los 07 días calendarios de notificada la orden segun cronograma.

Pedido excepcional de entrega
¿ Durante la ejecución del contrato la entidad, podrá solicitar el adelanto de

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20504312403 | Fecha de envío : | 27/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | Hora de envío : | 17:56:29 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Las bases han previsto calificar la experiencia por un monto igual a S/ 1,000,000.00 y 900,000.00 (dependiendo del ítem) y para ello están considerando como bienes similares a el siguiente producto: LINEAS PARA BOMBAS INFUSORAS CON Y SIN VOLUTROL (es decir, se trata de bienes idénticos a los de la convocatoria).

En ese sentido, los bienes similares determinados en las bases resultan por demás restrictivo pues proveedores con vasta experiencia en venta de dispositivos médicos en general cuentan con la capacidad suficiente para comercializar el objeto de la convocatoria.

Con la finalidad de generar un escenario de competencia ¿podría confirmar que es posible acreditar la experiencia requerida material médico en general?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

n-a

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente: Se acoge la observacion respecto a la experiencia del postor. Se modificará el Capítulo III: Del Requerimiento, se establece:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. Experiencia del Postor en la especialidad:"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.
CAPÍTULO III. NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
Se consideran bienes similares a los Dispositivos Médicos e insumos en general de Uso Hospitalario "

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20381450377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | FRESENIUS KABI PERU S.A. | Hora de envío : | 13:25:32 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL

En relación a la Esterilización: Se solicita al comité confirmar que el método de esterilización será aceptado tal como se encuentra autorizado ante la entidad competente DIGEMID, que es la entidad a la cual se presentan los sustentos de las especificaciones de los dispositivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado en la ficha tecnica se especifica que se consideran todos los metodos de esterilizacion"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20381450377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | FRESENIUS KABI PERU S.A. | Hora de envío : | 13:25:32 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL

En relación a la Esterilización: Se solicita al comité confirmar que el método de esterilización será aceptado tal como se encuentra autorizado ante la entidad competente DIGEMID, que es la entidad a la cual se presentan los sustentos de las especificaciones de los dispositivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado en la ficha tecnica se especifica que se consideran todos los metodos de esterilizacion"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20381450377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | FRESENIUS KABI PERU S.A. | Hora de envío : | 13:25:32 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Plazo para la PRIMERA ENTREGA: Se debe precisar que el plazo se inicia a partir del día siguiente de notificada la orden de compra. Toda vez, que la finalidad de toda notificación aun siendo esta electrónica, es "garantizar que el contratista tenga conocimiento del contenido de las decisiones de la Entidad"; en ese sentido, se pronuncia la normativa de contrataciones, opiniones del OSCE (OPINIÓN N° 106-2018/DTN) la ley 27444, la normativa del gobierno Digital.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DS.082-2019-EF:ART. 2 INC.A y B)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1941-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente: Se acoge la observacion respecto al plazo de ejecucion. Se modificará el Capítulo III: Del Requerimiento: 7.1 PLAZO DE EJECUCION:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.

CAPÍTULO III. NUMERAL 7.1 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será hasta culminar la entrega del mes 12 o hasta agotar el monto contratado, computado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Primera Entrega:

¿ Se entiende como primera entrega la correspondiente al mes uno, descrito en el anexo N°001 del cronograma general establecido.

¿ La primera entrega se efectuara dentro de los tres (03) días calendarios, contados a partir de notificada la orden de compra.

Entregas sucesivas:

¿ A partir del mes dos del cronograma, se considera como entregas sucesivas.

¿ Para las entregas sucesivas, a partir de la entrega del mes dos del cronograma el plazo de entrega será dentro de los 07 días calendarios de notificada la orden segun cronograma.

Pedido excepcional de entrega

¿ Durante la ejecución del contrato la entidad, podrá solicitar el adelanto de

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20381450377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | FRESENIUS KABI PERU S.A. | Hora de envío : | 13:25:32 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el 7.2.1 Primera Entrega
Plazo para la PRIMERA ENTREGA: Se debe precisar que el plazo se inicia a partir del día siguiente de notificada la orden de compra y no desde que la entidad genera la orden de compra. Toda vez, que la finalidad de toda notificación aun siendo esta electrónica, es "garantizar que el contratista tenga conocimiento del contenido de las decisiones de la Entidad"; en ese sentido, se pronuncia la normativa de contrataciones, opiniones del OSCE (OPINIÓN N° 106-2018/DTN) la ley 27444, la normativa del gobierno Digital

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DS.082-2019-EF:ART. 2 INC.A y B)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1941-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente: Se acoge la observacion respecto al plazo de ejecucion. Se modificará el Capítulo III: Del Requerimiento: 7.1 PLAZO DE EJECUCION:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.

CAPÍTULO III. NUMERAL 7.1 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será hasta culminar la entrega del mes 12 o hasta agotar el monto contratado, computado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Primera Entrega:

¿ Se entiende como primera entrega la correspondiente al mes uno, descrito en el anexo N°001 del cronograma general establecido.

¿ La primera entrega se efectuara dentro de los tres (03) días calendarios, contados a partir de notificada la orden de compra.

Entregas sucesivas:

¿ A partir del mes dos del cronograma, se considera como entregas sucesivas.

¿ Para las entregas sucesivas, a partir de la entrega del mes dos del cronograma el plazo de entrega será dentro de los 07 días calendarios de notificada la orden segun cronograma.

Pedido excepcional de entrega

¿ Durante la ejecución del contrato la entidad, podrá solicitar el adelanto de

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20381450377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | FRESENIUS KABI PERU S.A. | Hora de envío : | 13:25:32 |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL

En lo que respecta a Material, indica lo siguiente segmento de bombeo de silicona calibrada o casete de monitoreo accionado a piston, solicitamos eliminar este extremo en tanto el el término calibrada no corresponde para este extremo de la especificacion tecnica

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DS.082-2019-EF:ART. 2 INC.C)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente: Se acoge parcialmente la observacion,

Respecto a las características de la ficha tecnica del requerimiento. Se modificará el Capítulo III: Del Requerimiento, se establece: FICHA TECNICA LINEA PARA BOMBA INDUSORA CON VOLUTROL, se modificara en ficha tecnica, punto 6 Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.
CAPÍTULO III. NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
FICHA TECNICA LINEA PARA BOMBA INDUSORA CON VOLUTROL,
Punto 6: Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material: ... Segmento para bombeo de silicona o casete de monitoreo accionado a piston."

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20381450377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | FRESENIUS KABI PERU S.A. | Hora de envío : | 13:25:32 |

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL

En lo que respecta a características, indica lo siguiente informar en el manual de usuario la exactitud de la bomba, Indicar que este extremo no corresponde colocar la exactitud de la bomba ya que eso forma parte de la especificacion tecnica del equipo y no del manual del usuario.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** Cap III **Literal:** 3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DS 082-2019-EF:ART. 2 INC.C)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente: Se acoge parcialmente la observacion,

Respecto a las características de la ficha tecnica del requerimiento. Se modificará el Capítulo III: Del Requerimiento, se establece: FICHA TECNICA LINEA PARA BOMBA INDUSORA SIN VOLUTROL, se modificara en ficha tecnica, punto 6 Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material Informar la exatitud de las bombas en la ficha técnica o manual del usuario del equipo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.

CAPÍTULO III. NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

FICHA TECNICA LINEA PARA BOMBA INDUSORA SIN VOLUTROL,

Punto 6: Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material: - Informar la exatitud de las bombas en la ficha técnica o manual del usuario del equipo."

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20381450377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | FRESENIUS KABI PERU S.A. | Hora de envío : | 13:25:32 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL

El numero de sets en uso por bomba de infusion por mes es de 10 unidades, por lo tanto la cantidad de bombas para la linea de infusion sin volutrol solicitadas deberian ajustarse a 275 bombas de infusion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:

No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado la cantidad de bombas están basadas a la necesidad de la institución."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20381450377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | FRESENIUS KABI PERU S.A. | Hora de envío : | 13:25:32 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

LIENA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL

El numero de sets en uso por bomba de infusion por mes es de 10 unidades, por lo tanto la cantidad de bombas solicitadas deberian ajustarse a 398 bombas de infusion

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:

No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado la cantidad de bombas están basadas a la necesidad de la institución."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la página 13 de las Bases se indica el siguiente objeto de la convocatoria:

ADQUISICIÓN DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES SPARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

En la página 1 de las Bases se indica el siguiente objeto de la convocatoria:

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES ADQUISICIÓN DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

Sin embargo, en la plataforma SEACE figura la siguiente descripción del objeto de la convocatoria:

ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

Teniendo en cuenta que el objeto de la convocatoria es utilizado para el llenado de los anexos y otras etapas de la contratación, solicitamos al Comité de Selección indique cual es el Objeto de la Convocatoria que se deberá utilizar para el llenado de los formatos y anexos a presentar en la oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la denominacion del objeto de la convocatoria es "ADQUISICIÓN DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM", la cual se corregira en las bases correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución, se corregira la denominacion del objeto de la convocatoria "ADQUISICIÓN DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM"

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la página 14 de las Bases Administrativas indican lo siguiente:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

(¿)

- Entregas sucesivas: a partir de la segunda entrega en adelante, la entrega será dentro de los primeros 15 días calendarios de cada mes.

Al respecto, agradecemos al comité de selección aclararnos lo siguiente:

- ¿Se nos notificará una orden de compra por cada entrega sucesiva?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1941-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente: Se acoge la observacion respecto al plazo de ejecucion. Se modificará el Capítulo III: Del Requerimiento: 7.1 PLAZO DE EJECUCION:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.

CAPÍTULO III. NUMERAL 7.1 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será hasta culminar la entrega del mes 12 o hasta agotar el monto contratado, computado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Primera Entrega:

¿ Se entiende como primera entrega la correspondiente al mes uno, descrito en el anexo N°001 del cronograma general establecido.

¿ La primera entrega se efectuara dentro de los tres (03) días calendarios, contados a partir de notificada la orden de compra.

Entregas sucesivas:

¿ A partir del mes dos del cronograma, se considera como entregas sucesivas.

¿ Para las entregas sucesivas, a partir de la entrega del mes dos del cronograma el plazo de entrega será dentro de los 07 días calendarios de notificada la orden segun cronograma.

Pedido excepcional de entrega

¿ Durante la ejecución del contrato la entidad, podrá solicitar el adelanto de

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la página 14 de las bases administrativas se precisa respecto al plazo de entrega:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

(i)

- Primera Entrega: dentro de los tres (03) días calendarios, contabilizados a partir de la notificación de la orden de compra.
- Entregas sucesivas: a partir de la segunda entrega en adelante, la entrega será dentro de los primeros 15 días calendarios de cada mes.

Dentro de las bases administrativas, señalan que el plazo de entrega sea en DÍAS CALENDARIOS, sin embargo, al indicar días calendarios también se estaría considerando los sábados y domingos en la atención del plazo de entrega, sabiendo que muchas instituciones no atienden en esos días.

Por lo tanto, solicitamos al comité de selección en caso el último día de entrega sea un feriado, sábado o domingo, se considere último día del plazo de entrega el 1er día hábil siguiente.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara respecto al plazo de entrega seran en días CALENDARIOS, sin embargo si en caso el último día de entrega sea un feriado, sábado o domingo, se considere último día del plazo de entrega el 1er día hábil siguiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la página 20 de las Bases Administrativas se indica siguiente:

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Logística del Hospital Nacional Dos de Mayo, sito en Av. Grau N° 1300 Parque Historia de la Medicina Peruana (Cdra. 13) ¿ Lima, de 08:00 a 16:00 horas.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Comité de selección nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona o área va dirigida nuestra carta con los requisitos para el perfeccionamiento del contrato?
- ¿Cuáles son los días de atención de la mesa de partes de trámite documentario de la Entidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara respecto a la presentacion de documentos para el PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO: el horario establecido es de lunes a viernes en horas de 8:00 am a 16:00 pm. se recepcionaran mediante una carta dirigido a la OFICINA DE LOGISTICA en la OFICINA DE LOGISTICA."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la página 24 de las Bases Administrativas se detalla lo solicitado con el cumplimiento del Certificado de Análisis, catálogo o folletería o manual de instrucciones de uso o inserto y CONDICIONAES DE ENTREGA, sin embargo, como se puede evidenciar, toda la hoja se encuentra ILEGIBLE, y es información de suma importancia que todo proveedor del Estado debe conocer si desea ser postor y presentar su oferta.

Advertimos vicio de nulidad, ya que se estaría transgrediendo el Artículo 2. inciso c) Principio de Transparencia, que debe regir toda contratación pública, al no contemplar las presentes bases administrativas, información clara ni coherente, que garantice la libertad de concurrencia.

Debido a observado solicitamos al Comité de selección se publique las Bases Integradas con información LEGIBLE (información clara y coherente).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. inciso c) Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara respecto a la presentacion de documentos tecnicos: se adjuntara la documentacion legible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la página 24 y 25 de las Bases Administrativas se señala lo siguiente con respecto al LOGOTIPO:

- Consignar la frase: ESTADO PERUANO
- Nombre de la entidad: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
- Numero de licitación: NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección ACLARAR si el LOGOTIPO que se deberá considerar para el inyectio de los productos solicitados es:

ESTADO PERUANO
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
Numero de licitación: (de acuerdo a la absolución de consultas y observaciones)

Lo anterior con el propósito de que no existan inconvenientes que puedan acarrear el rechazo de la mercadería al momento del ingreso en los almacenes, ocasionando al proveedor una multa injustificada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara, que el rotulado aplicará para los envases mediatos e inmediatos de acuerdo a lo solicitado en el punto 13: CONDICIONES DE ENTREGA: 13.1 LOGOTIPO de las especificaciones técnicas.
Estado Peruano
Hospital Nacional Dos de Mayo
LP N°08-2024-HNDM-1 "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En la página 25 de las Bases Administrativas se señala lo siguiente:

13.3 ACTO DE RECEPCIÓN

(i)

- Declaración jurada de carta y reposición por defectos o vicios ocultos, Declaración Jurada de carta de compromiso de canje por fecha de vencimiento, 03 copias.

Al respecto, verificamos que no se encuentra ningún formato sobre las declaraciones o cartas indicadas en las Bases Administrativas, por lo que solicitamos al Comité de Selección lo siguiente:

- Agregar en las Bases Integradas los modelos de las cartas y/o Declaraciones que se deberán presentar.

Lo anterior con el propósito de que no existan inconvenientes que puedan acarrear el rechazo de la mercadería al momento del ingreso en los almacenes, ocasionando al proveedor una multa injustificada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 13.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el canje por vencimiento de los productos solo procede cuando el producto entregado a la Institucion tenga una vigencia menor a la requerida en las bases, o cuando el producto haya sufrido alteracion de sus características físico químicas sin causa atribuible a la Institucion o cualquier otro defecto o vicio oculto antes de su fecha de expiracion o ante una No conformidad de un control de calidad: el postor ADJUDICADO se compromete a canjear en un plazo no mayor a 02 días calendarios y sin costo para la Institucion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta modelo de DJ por defectos o vicios oculto, carta de compromiso de canje por vencimiento

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la página 29 de las Bases Administrativas, en la FICHA TÉCNICA DEL ITEM N° 1 LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL se señala lo siguiente:

- El proveedor deberá internar bombas infusoras en cantidad 600 unidades calibradas, a los servicios usuarios en cesión de uso (comodato)
- Los equipos deberán ser compatibles con el producto que se oferte.
- Los equipos en comodato deberán ser internados a los 03 días calendario de firmado el contrato.
- Los equipos deberán ser instalados y puesto en marcha en su totalidad en un plazo no mayor a 07 días calendario de entregados a la institución.
- El proveedor deberá garantizar la sostenibilidad de todas las bombas, garantizando su correcto funcionamiento (cambio de piezas, limpieza, etc.) para lo que deberá realizar mantenimiento preventivo cada 02 meses a todos los equipos, previa coordinación con el área usuaria y el mantenimiento correctivo cuando el usuario lo requiera, en un máximo de 24 horas posteriores a la notificación del reporte a través de los medios de comunicación de servicio técnico que brinde el proveedor.

Al respecto, solicitamos al Comité de selección en virtud de salvaguardar el principio de pluralidad de postores, solicitamos se considere:

- Que los equipos en comodato sean internados hasta los 7 días calendario de firmado el contrato.
- Que los equipos deberán ser instalados y puesto en marcha en su totalidad en un plazo no mayor a 20 días calendario de entregados a la institución.
- Que el proveedor se compromete a realizar los mantenimientos preventivos cada 6 meses a todos los equipos.
- Que se realizará el mantenimiento correctivo cuando el usuario lo requiera, en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la notificación del reporte.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 FT Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, Se mantiene lo solicitado correspondiente a la necesidad de la institución."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En la página 32 de las Bases Administrativas, en la FICHA TÉCNICA DEL ITEM N° 2 LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL se señala lo siguiente:

- El proveedor deberá internar bombas infusoras en cantidad 400 unidades calibradas, a los servicios usuarios en cesión de uso (comodato)
- Los equipos deberán ser compatibles con el producto que se oferte.
- Los equipos en comodato deberán ser internados a los 03 días calendario de firmado el contrato.
- Los equipos deberán ser instalados y puesto en marcha en su totalidad en un plazo no mayor a 07 días calendario de entregados a la institución.
- El proveedor deberá garantizar la sostenibilidad de todas las bombas, garantizando su correcto funcionamiento (cambio de piezas, limpieza, etc.) para lo que deberá realizar mantenimiento preventivo cada 02 meses a todos los equipos, previa coordinación con el área usuaria y el mantenimiento correctivo cuando el usuario lo requiera, en un máximo de 24 horas posteriores a la notificación del reporte a través de los medios de comunicación de servicio técnico que brinde el proveedor.
-

Al respecto, solicitamos al Comité de selección en virtud de salvaguardar el principio de pluralidad de postores, solicitamos se considere:

- Que los equipos en comodato sean internados hasta los 7 días calendario de firmado el contrato.
- Que los equipos deberán ser instalados y puesto en marcha en su totalidad en un plazo no mayor a 20 días calendario de entregados a la institución.
- Que el proveedor se compromete a realizar los mantenimientos preventivos cada 6 meses a todos los equipos.
- Que se realizará el mantenimiento correctivo cuando el usuario lo requiera, en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la notificación del reporte.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 FT Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, Se mantiene lo solicitado correspondiente a la necesidad de la institución."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En la página 29 de las Bases Administrativas, en la FICHA TÉCNICA DEL ITEM N° 1 LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL se señala lo siguiente:

6.3 Características

(i)

- La cámara graduada debe poseer un acceso libre de aguja.

Al respecto, cada fabricante establece sus propios medidas, diseños, envase, embalaje y materiales a utilizar para sus productos, este diseño, medidas y materiales se realiza según rigurosos estudios de características, propiedades y beneficios de cada material y modelo seleccionados con el fin de que se obtenga la mejor performance de uso.

Por lo anterior, solicitamos al Comité de selección en virtud de salvaguardar el principio de pluralidad de postores, solicitamos se considere ampliar la característica referida e incluir lo siguiente:

- La cámara graduada debe poseer un acceso libre de aguja y/o entrada para la colocación de medicamentos con tapa de seguridad.

Considerando que lo solicitado se convierte en una alternativa que cumple con las regulaciones de seguridad y eficacia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 FT Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado en la ficha tecnica, ya que una mala manipulación de la tapa podría generar posibles riegos y eventos adversos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En la página 29 de las Bases Administrativas, en la FICHA TÉCNICA DEL ITEM N° 1 LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL se señala lo siguiente:

6.3 Características

(i)

- Toma en Y inferior para suministro de inyección libre de aguja.

Al respecto, cada fabricante establece sus propios medidas, diseños, envase, embalaje y materiales a utilizar para sus productos, este diseño, medidas y materiales se realiza según rigurosos estudios de características, propiedades y beneficios de cada material y modelo seleccionados con el fin de que se obtenga la mejor performance de uso.

Por lo anterior, solicitamos al Comité de selección en virtud de salvaguardar el principio de pluralidad de postores, solicitamos se considere ampliar la característica referida e incluir lo siguiente:

- Toma en Y inferior para suministro de inyección libre de aguja y/o puerto en Y con sistema de autosellado.

Considerando que lo solicitado se convierte en una alternativa que cumple con las regulaciones de seguridad y eficacia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 FT Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:

No se acoge la consulta, se mantiene lo solicitado en la especificación técnica lo solicitado corresponde a la necesidad de la institucion."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En la página 32 de las Bases Administrativas, en la FICHA TÉCNICA DEL ITEM N° 2 LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL se señala lo siguiente:

6.2 Características
(i)

- Toma en Y inferior para suministro de inyección libre de aguja.

Al respecto, cada fabricante establece sus propios medidas, diseños, envase, embalaje y materiales a utilizar para sus productos, este diseño, medidas y materiales se realiza según rigurosos estudios de características, propiedades y beneficios de cada material y modelo seleccionados con el fin de que se obtenga la mejor performance de uso.

Por lo anterior, solicitamos al Comité de selección en virtud de salvaguardar el principio de pluralidad de postores, solicitamos se considere ampliar la característica referida e incluir lo siguiente:
- Toma en Y inferior para suministro de inyección libre de aguja y/o puerto en Y con sistema de autosellado.

Considerando que lo solicitado se convierte en una alternativa que cumple con las regulaciones de seguridad y eficacia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 FT Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se mantiene lo solicitado en la especificación técnica lo solicitado corresponde a la necesidad de la institucion."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503662869 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | TAGUMEDICA S.A. | Hora de envío : | 16:43:35 |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En la página 34 de las Bases administrativas se solicita:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
(¿)

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:

- ITEM N° 1 - LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL: S/ 1¿000,000.00 (un millón con 00/100 soles).
- ITEM N° 2 - LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL: S/ 900,000.00 (Novecientos mil con 00/100 soles).

Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda (¿)

Se consideran como SIMILARES o IGUALES a los siguientes:

- LINEAS PARA BOMBAS INFUSORAS CON Y SIN VOLUTROL

Al respecto, el bien mencionado ES EXACTAMENTE EL MISMO REQUERIDO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, es decir, hasta ahora no se están precisando bienes ¿similares¿, cuya venta servirá para la acreditación de la experiencia, solo se están consignando bienes IGUALES.

En observancia del Principio de Competencia que rige las contrataciones del Estado, según el cual se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afectan la competencia; solicitamos al Comité de selección se sirva considerar como experiencia del postor a la VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES como: LINEAS PARA BOMBAS INFUSORAS CON Y SIN VOLUTROL O DISPOSITIVOS MÉDICOS EN GENERAL, para así fomentar la mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente: Se acoge la observacion respecto a la experiencia del postor. Se modificará el Capítulo III: Del Requerimiento, se establece:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. Experiencia del Postor en la especialidad:"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

6.2 Material...

Solicitamos se acepte tambien poliuretano, a fin de propiciar mayor paticipacion de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente;
Se acoge la observacion parcialmente, se modificara Fichas Tecnicas, punto 6 Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

. Esterilización...

Siendo que lo solicitado en este punto corresponde para productos de fabricación nacional.
Se solicita que para productos importados se acepte el cumplimiento de lo indicado en la ISO 10993-7 para los residuos de oxido de etileno

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acepta la consulta, En la ficha tecnica se especifica que se consideran todos los metodos de esterilizacion."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

. Segmento para bombeo de silicona calibrada.
Se solicita aclarar que el término calibrado esta referido a datos relacionados con las dimensiones del segmento de silicona.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente;
Se acoge parcialmente la observación, se modificara en ficha tecnica, punto 6 Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.
CAPÍTULO III. NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
FICHAS TECNICAS
Punto 6: Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material: Segmento para bombeo de silicona o casete de monitoreo accionado a piston "

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

.Que posea un mecanismo de bombeo donde detecte burbujas ...
Se solicita aclarar que la deteccion de burbujas funciona conjuntamente con la bomba de infusión.
En tal sentido se solicita adicionalmente aceptar también que la deteccion de burbujas se realice a través de sensores que trabajan con la línea de infusión instalada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente;
Se acoge parcialmente la observación, se modificara en ficha tecnica, punto 6 Caracteristicas Fisicas, 6.2 MATERIAL "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.
CAPÍTULO III. NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
FICHAS TECNICAS

Punto 6: Caracteristicas Fisicas, 6.2 MATERIAL, Que posea un mecanismo de bombeo donde detecte burbujas evitando el paso de aire al paciente o la deteccion de burbujas se realice a traves de sensores que trabajen con la linea de infusion instalada "

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

6.2 Material ...
Se solciita aceptar también el material poliuretano a fin de promover la mayor participacion de psotores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente;
Se acoge la observacion parcialmente, se modificara Fichas Tecnicas, punto 6 Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.
CAPÍTULO III. NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
FICHAS TECNICAS

Punto 6: Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material: Polietileno, poliuretano o PVC grado medico"

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

"Esterilización...

Siendo que lo solicitado en este punto corresponde para productos de fabricación nacional.
Se solicita que para productos importados se acepte el cumplimiento de lo indicado en la ISO 10993-7 para los residuos de oxido de etileno"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acepta la consulta, En la ficha tecnica se especifica que se consideran todos los metodos de esterilizacion."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

. Segmento para bombeo de silicona calibrada.

Se solicita aclarar que el termino calibrada esta referido a la precisión de las dimensiones del segmento de silicona

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente;

Se acoge parcialmente la observación, se modificara en ficha tecnica, punto 6 Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.

CAPÍTULO III. NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

FICHAS TECNICAS

Punto 6: Caracteristicas Fisicas, 6.2 Material: Segmento para bombeo de silicona o casete de monitoreo accionado a piston

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Camara de goteo flexible

Se solicita aceptar que la cámara de goteo cuente con un para flexible que permita el cebado de la linea sin dificultad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se mantiene lo solicitado en la especificación técnica, lo solicitado corresponde a la necesidad de la institución."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Que posea un mecanismo de bombeo donde detecte burbujas...

Se solicita aclarar que la deteccion de burbujas funciona conjuntamente con la bomba de infusión.

En tal sentido se solicita adicionalmente aceptar también que la deteccion de burbujas se realice a través de sensores que trabajan con la línea de infusión instalada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con MEMORANDO N°1899-DF-AE-HNDM el area usuaria y el área técnica especialista se pronuncian respecto a la presente observación, indica lo siguiente;

Se acoge parcialmente la observación, se modificara en ficha tecnica, punto 6 Caracteristicas Fisicas, 6.2 material"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las Bases Integradas se efectuaran los ajustes de acuerdo a lo señalado en el análisis de la presente absolución.

CAPÍTULO III. NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

FICHAS TECNICAS

Punto 6: Caracteristicas Fisicas, 6.2 material Que posea un mecanismo de bombeo donde detecte burbujas evitando el paso de aire al paciente o la deteccion de burbujas se realice a traves de sensores que trabajen con la linea de infusion instalada "

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20377339461 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | Hora de envío : | 20:22:19 |

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Conexion luer lock rotatorio

Se solicita aceptar que la línea sea luer lock, y rotatorio opcional a fin de permitir una mayor participacion de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:

No se acoge la consulta, lo solicitado corresponde a la necesidad de la institución. La conexión luer lock debe ser segura en el acoplamiento con el cateter"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20537758377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | ICU MEDICAL PERU S.R.L. | Hora de envío : | 23:35:26 |

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas de las líneas de infusión, en el numeral 6.3 solicitan mantenimiento preventivo cada 02 meses.

Solicitamos al Comité de Selección considerar mantenimiento preventivo anual alineado a las recomendaciones del fabricante y mantenimiento correctivo cada vez que falle el equipo. Sustentado con carta de fabricante que garantice las optimas condiciones de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se mantiene lo solicitado en la especificación técnica, lo solicitado corresponde a la necesidad de la institución."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL Y LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNDM

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20537758377 | Fecha de envío : | 28/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | ICU MEDICAL PERU S.R.L. | Hora de envío : | 23:35:26 |

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

- Primera Entrega: dentro de los tres (03) días calendarios, contabilizados a partir de la notificación de la orden de compra.

Solicitamos considerar un plazo de entrega de 05 días calendarios considerando que en muchas ocasiones las ordenes de compra son remitidas un viernes, no dando tiempo de acción al proveedor para cumplir con el plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la presente consulta, se indica lo siguiente:
No se acoge la consulta, se mantiene lo solicitado en la especificación técnica, lo solicitado corresponde a la necesidad de la institución."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null