

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR SIN VOLUTROL CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	12:58:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE HABILITACIÓN LEGAL: BPM: Se solicita al comité brindar su conformidad que se aceptan tanto para fabricantes nacionales como extranjeros documentos equivalentes al BPM, como el Certificado CE, ISO 13485, u otros alineados con la normativa vigente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE COMITE DE SELECCION ACEPTA LA CONSULTA FORMULADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE LLEGARA A ESTABLECER

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR SIN VOLUTROL CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	12:58:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Acreditación relacionada con el BPM: Se solicita al comité brindar su conformidad que se aceptan tanto para fabricantes nacionales como extranjeros documentos equivalentes al BPM, como el Certificado CE, ISO 13485, u otros alineados con la normativa vigente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE COMITE DE SELECCION ACEPTA LA CONSULTA FORMULADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ESTABLCEA LA CONSULTA ACEPTADA POR EL COMITE DE SELECCION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR SIN VOLUTROL CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	12:58:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita la al comité poder aclarar la cantidad de líneas que solicitarán a razón de los 32 equipos de infusión requeridos ya que en las bases refiere un requerimiento por 3000 und y en éste punto, indica 2700 und.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC. C

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION FORMULADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ESTABLE LO SIGUIENTE:

CANTIDAD REQUERIDA: 3,000 UNIDADES

CANTIDAD DE EQUIPOS: 32 UNIDADES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR SIN VOLUTROL CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	12:58:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En referencia a la vida útil solicitan un plazo de 24 meses. Se realiza la consulta al comité si puede entregar una carta de canje en caso de no cumplir con los 24 meses solicitados. Lo cual no altera la condiciones y calidad del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION NO ACEPTA LO SOLICITADO Y ACLARA QUE SU SOLICITUD ES APLICABLE SOLO AL INTERNAMIENTO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR SIN VOLUTROL CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	12:58:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de ejecución de la prestación se indica en la página 21 de las bases que el producto se entrega luego de notificada la Orden de Compra; sin embargo, en la página 12 se precisa que el plazo de entrega se computa al día siguiente de notificada la orden de compra. Solicitamos al comité precisar que el plazo de entrega es a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC. C

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DETERMINA LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

PLAZO DE ENTREGA: 05 Dias Calendarios, computado a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR SIN VOLUTROL CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:31:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Como parte de las especificaciones técnicas de la línea para bomba objeto de la convocatoria requieren que el conector tipo espiga cuente con DOS VÍAS.

Sin embargo, en el mercado se comercializa estas mismas lineas con conector tipo espiga con una sola entrada pues ello responde a una decisión de diseño de cada fabricante; sin embargo, esa diferencia no incide en la función del producto, es decir, ambas se emplean para los mismos fines.

En ese escenario y considerando que la determinación de las especificaciones técnicas no deben generar una barrera para la participación de postores ¿TAMBIÉN podría permitir la oferta de las líneas objeto de la convocatoria con una sola entrada?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION Y EL AREA USUARIA ACLARA LO SIGUIENTE RESPECTO A LA CONSULTA FORMULADA; EL AREA USUARIA DETERMINA LO SIGUIENTE: EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE CONTAR CON - CON CONECTOR TIPO ESPIGA U OTRO QUE POSEA DOS VÍAS, CON ENTRADA DE AIRE Y CUBIERTA DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LO MENCIONADO SE ESTABLECE EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR SIN VOLUTROL CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:31:26

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta el volumen de la compra, la cantidad justificada de bombas en cesión es de 38 unidades ¿podría confirmar que la cesión en uso abarca 32 unidades de las bombas de infusión?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LO SIGUIENTE; POR LA ADQUISICIÓN DE 3,000 UNIDADES DE LÍNEA EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR EN CESIÓN DE USO 32 EQUIPOS COMPATIBLES CON LA LÍNEA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LO MENCIONADO SE ESTABLECERA EN LAS BASES INTEGRDAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR SIN VOLUTROL CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:31:26

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El requerimiento solicitan experiencia del postor únicamente en Líneas para Bomba con volutrol por la cantidad de S/360,000.

Con la finalidad de no restringir la competencia y dado que no todos los postores poseen dicha experiencia se solicita ampliar la experiencia a dispositivos médicos en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAN LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIGNARA LO SIGUIENTE: DISPOSITIVOS MEDICOS EN GENERAL