

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2022-UNT/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 02 ESPECTRÓMETROS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA EL IOARR: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES; EN EL(LA) LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL DE LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, CON CUI NRO. 2470

Ruc/código :	20537409526	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	HERCITECH SAC	Hora de envío :	18:31:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Agradecere favor agregar que el rango solicitado para el Tiempo de Integracion esta comprendido desde 0.01 ms hasta 30s, para que quede bien claro que el equipo que solicitan debe ofrecer un tiempo de integracion comprendido dentro del rango solicitado.

Dice: Tiempo de Integracion: 0.01 ms a 30s

Debe Decir: comprendido desde 0.01 ms hasta 30s.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud a la respuesta del área usuaria mediante oficio, ACOGE LA OBSERVACIÓN. En amparo a lo provisto en el artículo 16º del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: ¿EL AREA USUARIA requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo RESPONSABLE DE FORMULAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1.1. ESPECTRÓMETRO PARA ANÁLISIS DE PLASMAS (1 UNIDAD)

Tiempo de Integración: 0.01 ms Hasta 30s