

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-62-2024-HRA/OEC-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:55:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la tabla de pág 23, parte final, se menciona base de concreto del compresor de aire, solicitamos se retire esto ya que el manual de fabricante indica que el equipo es simplemente apoyado y no requiere de una base de concreto especial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: a Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se descarta la actividad de construcción de base de concreto y anclaje de compresor de aire para los dos plantas generadoras de oxígeno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null