

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En los ítems: 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.84, 1.9, 1.92, 1.105, 1.106, 1.110 se indica como fluorocromo PROTEINA CLOROFILA PERIDINA-CIANINA 5.5.

En el mercado existen diversos tipos de fluorocromos conjugados a anticuerpos monoclonales bajo la metodología Citometría de flujo, los diferentes fabricantes tienen patentados los nombres comerciales de estos siendo equivalentes, es decir, los fluorocromos son estimulados por el mismo láser y se leen en el mismo canal de detección, cambiando solo el nombre comercial, por lo tanto, no altera el objeto de la convocatoria. Por ello, solicitamos de conformidad con el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia y el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el sistema nacional de contratación pública amablemente en coordinación con el área usuaria, considere al fluorocromo PerCP/Cyanine5.5 y PerCP-Cy5.5 como equivalente a PROTEINA CLOROFILA PERIDINA-CIANINA 5.5, ya que se trata de la denominación completa de fluorocromo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, considere al fluorocromo PerCP/Cyanine5.5 y PerCP-Cy5.5 como equivalente a PROTEINA CLOROFILA PERIDINA-CIANINA 5.5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, considere al fluorocromo PerCP/Cyanine5.5 y PerCP-Cy5.5 como equivalente a PROTEINA CLOROFILA PERIDINA-CIANINA 5.5.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYT BIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la página 42 al 45

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS en el punto, 5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES, en los ítems: 1.72, 1.73,1.74, 1.75, 1.76,1.77,1.77,1.78, 1.79,1.93, 1.98, 1.107 se indica como fluorocromo ALOFICOCIANINA H7

Consulta: Evidenciamos que se está solicitando el fluorocromo APC-H7 que es específico de una sola marca en el mercado. En el mercado existen fluorocromos propios de cada marca, pero homólogos o equivalentes entre sí, pues son excitados por un mismo láser y se leen en el mismo canal de detección. Tal es el caso de APC-H7, cuyos fluorocromos equivalentes son APC-Cy7 y APC-Cyanine7, estos tres son estimulados por el láser rojo y emiten a una longitud de onda cercana a 780 nm, detectándose en un mismo canal.

Por ello, solicitamos amablemente en coordinación con el área usuaria aceptar que el fluorocromo APC-H7 es equivalente a APC-Cy7 y APC-Cyanine7 para permitir la pluralidad de postores en este proceso, según el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia y el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el sistema nacional de contratación pública.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que el fluorocromo APC-H7 es equivalente a APC-Cy7 y APC-Cyanine7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria considera que el fluorocromo APC-H7 es equivalente a APC-Cy7 y APC-Cyanine7

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 36 al 45

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS en el punto, 5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES, en algunos ítems se indica como fluorocromo FICOERITRINA CIANINA 7

Consulta:

En el mercado existen diversos tipos de fluorocromos conjugados a anticuerpos monoclonales bajo la metodología Citometría de flujo, los diferentes fabricantes tienen patentados los nombres comerciales de estos siendo equivalentes, es decir, los fluorocromos son estimulados por el mismo láser y se leen en el mismo canal de detección, cambiando solo el nombre comercial, por lo tanto, no altera el objeto de la convocatoria o la naturaleza de los bienes. Por ello, solicitamos de conformidad con el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia y el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el sistema nacional de contratación pública amablemente en coordinación con el área usuaria, considere al fluorocromo PE/Cyanine7 y PE-Cy7 como equivalente a FICOERITRINA CIANINA 7, ya que se trata de la denominación completa de fluorocromo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, considere al fluorocromo PE/Cyanine7 y PE-Cy7 como equivalente a FICOERITRINA CIANINA 7.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, considere al fluorocromo PE/Cyanine7 y PE-Cy7 como equivalente a FICOERITRINA CIANINA 7.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la página 46

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS en el punto, 5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES, en el ítem 1.117, solicitan TUBO DE ORIENTACIÓN DE LECEMIA AGUDA (ALOT) X 10 DETERMINACIONES

Consulta: Evidenciamos que las especificaciones técnicas propuestas para el presente kit se refieren a una sola marca en el mercado en tal sentido solicitamos amablemente que en coordinación con el área usuaria se acepte los reactivos anticuerpos monoclonales por separado en presentación de 25 test en cantidad equivalente a lo solicitado o en su defecto independizar el presente ítem.

Para permitir la pluralidad de postores en este proceso, según el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia y el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el sistema nacional de contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, No acepta la presentación de anticuerpos individuales debido a que es la neseicdad del area usuaria y seguimos las recomendadas por el Consorcio Euroflow

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, No acepta la presentación de anticuerpos individuales debido a que es la neseicdad del area usuaria y seguimos las recomendadas por el Consorcio Euroflow

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYT BIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la página 46

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS en el punto, 5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES, en el ítem 1.118, solicitan TUBO DE ORIENTACIÓN LINFOIDE (LST) X 20 DETERMINACIONES

Consulta: Evidenciamos que las especificaciones técnicas propuestas para el presente kit se refieren a una sola marca en el mercado en tal sentido solicitamos amablemente que en coordinación con el área usuaria se acepte los reactivos anticuerpos monoclonales independientes en presentación de 25 test en cantidad equivalente a lo solicitado o en su defecto independizar el presente ítem.

Para permitir la pluralidad de postores en este proceso, según el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia y el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el sistema nacional de contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, No acepta la presentación de anticuerpos individuales debido a que es la neseicdad del area usuaria y seguimos las recomendadas por el Consorcio Euroflow

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, No acepta la presentación de anticuerpos individuales debido a que es la neseicdad del area usuaria y seguimos las recomendadas por el Consorcio Euroflow

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la página 46

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS en el punto, 5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES, en el ítem 1.120, solicitan TUBO COMPLEMENTARIO LINFOPROLIFERATIVO B X 20 DETERMINACIONES

Consulta: Evidenciamos que las especificaciones técnicas propuestas para el presente kit se refieren a una sola marca en el mercado en tal sentido solicitamos amablemente que en coordinación con el área usuaria se acepte los reactivos anticuerpos monoclonales independientes en presentación de 25 test en cantidad equivalente a lo solicitado o en su defecto independizar el presente ítem.

Para permitir la pluralidad de postores en este proceso, según el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia y el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el sistema nacional de contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, No acepta la presentación de anticuerpos individuales debido a que es la neseicdad del area usuaria y seguimos las recomendadas por el Consorcio Euroflow

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, No acepta la presentación de anticuerpos individuales debido a que es la neseicdad del area usuaria y seguimos las recomendadas por el Consorcio Euroflow

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 46

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS en el punto, 5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES, en el ítem 1.121, solicitan TUBO DE ORIENTACION PARA INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS X 20 DETERMINACIONES

Consulta: Evidenciamos que las especificaciones técnicas propuestas para el presente kit se refieren a una sola marca en el mercado en tal sentido solicitamos amablemente que en coordinación con el área usuaria se acepte los reactivos anticuerpos monoclonales independientes en presentación de 25 test en cantidad equivalente a lo solicitado o en su defecto independizar el presente ítem.

Para permitir la pluralidad de postores en este proceso, según el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia y el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el sistema nacional de contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, No acepta la presentación de anticuerpos individuales debido a que es la neseicdad del area usuaria y seguimos las recomendadas por el Consorcio Euroflow

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, No acepta la presentación de anticuerpos individuales debido a que es la neseicdad del area usuaria y seguimos las recomendadas por el Consorcio Euroflow

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la página 68, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO, en el punto 3. Características, menciona lo siguiente:

Softwares basados en Microsoft XP o similar.

Consulta: Las versiones más recientes de Windows ofrecen mayores niveles de seguridad, compatibilidad y rendimiento, lo cual garantiza un mejor desempeño del equipo en las pruebas y análisis a realizar, además de asegurar actualizaciones y soporte continuo.

Solicitamos amablemente aceptar: Windows 10 o superior.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, considerara opciones superiores a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, considerara opciones superiores a lo solicitado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYT BIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la página 68, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO

En el punto 3. Características, dice:

Electrónica digital: adquisición desde 25,000 cel./seg. o más de acuerdo de metodología de fabricante.

Consulta: Entendemos que, en un citómetro de flujo, las células se representan como eventos. Para garantizar la equivalencia en las especificaciones de los citómetros de flujo de diferentes marcas, solicitamos aceptar lo siguiente:

Electrónica digital: adquisición desde 25,000 eventos/seg. o más de acuerdo de metodología de fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, considera aceptar adquisición desde 25,000 cel./seg. o 25,000 eventos/seg. o más de acuerdo de metodología de fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, considera aceptar adquisición desde 25,000 cel./seg. o 25,000 eventos/seg. o más de acuerdo de metodología de fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la página 68, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO, En el punto 3. Características, menciona:

-Posibilidad de compensación Off-line

Consulta: Solicitamos aclarar si la posibilidad de compensación Off-line se refiere a que esta opción sea opcional, y si 'Off-line' hace referencia a la realización de la compensación post adquisición de los datos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, aclara que la compensación Off-line es opcional y se refiere a la agilización de los análisis y los informes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, aclara que la compensación Off-line es opcional y se refiere a la agilización de los análisis y los informes

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la página 68, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO, En el punto 3. Características, menciona:

Monitor 40¿LCD o más (o similar).

Consulta: Un monitor de 40' pulgadas puede resultar demasiado grande para el espacio de trabajo, además de que la resolución en pantallas de este tamaño podría no ser la más adecuada para la visualización precisa debido a la distorsión de las gráficas durante el análisis. Sin embargo, un monitor de 24' pulgadas o más ofrece un tamaño óptimo y una mejor relación entre tamaño y resolución, garantizando un entorno de trabajo cómodo y eficiente. En este sentido, solicitamos que se considere lo siguiente: "Monitor de 24' pulgadas o más."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, aclara el requerimiento se realiza de acuerdo a las necesidades del servicio, donde se requiere analizar múltiples ventanas a la vez, así mismo aclara que se aceptara constitución de pantalla de mayor resolución como LED y otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, aclara el requerimiento se realiza de acuerdo a las necesidades del servicio, donde se requiere analizar múltiples ventanas a la vez, así mismo aclara que se aceptara constitución de pantalla de mayor resolución como LED y otros.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYT BIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la página 69,

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO, punto 7 Consumibles controles, complementos y accesorios, se indica lo siguiente:

Todos los consumibles: calibradores, controles, complementos y accesorios deberás ser entregados en forma periódica (acompañado de la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las pruebas efectivas más las pruebas de control para el periodo de compra en cualquier inmediata. Solución de limpieza buffer, agua destilada presentación de 1000cc en cantidad suficiente para el procesamiento de las pruebas y demás que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del equipo ofertado.

Consulta: Entendemos que por consumibles controles, complementos y accesorios de refiere a:

CONSUMIBLES

- Solución fluido envolvente de acuerdo a recomendaciones del fabricante del citómetro ofertado
- Solución de lavado para citómetro de flujo de acuerdo a recomendaciones del fabricante del citómetro ofertado
- Solución detergente de acuerdo con recomendaciones del fabricante del citómetro ofertado
- Perlas de control de calidad diario de acuerdo con recomendaciones del fabricante del citómetro ofertado
- Perlas de compensación

INSUMOS

- Solución estabilizadora de antígenos celulares
- Solución fijadora A y Permeabilizante B
- Solución PBS
- Albumina
- Azida de Sodio
- Solución lisante con fijador
- Solución lisante con cloruro de amonio x 100mL
- Tubos de poliestireno de 12x75 compatibles con el equipo ofertado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

En cantidad suficiente para la realización completa de las pruebas efectivas más las pruebas de control para el periodo de compra. Solicitamos amablemente al área encargada aclarar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que se requiere todos los consumibles que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del equipo ofertado y para la realización completa de las pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que se requiere todos los consumibles que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del equipo ofertado y para la realización completa de las pruebas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la página 69, CAPITULO III REQUERIMIENTO

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO, punto 7 Consumibles controles, complementos y accesorios, se indica lo siguiente:

¿De ser necesario para el correcto funcionamiento del equipo, el proveedor instalará los equipos de aire acondicionado necesario y se encargará del mantenimiento preventivo del mismo.¿

Consulta: Entendemos que existen determinadas marcas de equipos que dependen de una temperatura ambiental para su correcto funcionamiento, sin embargo, nuestros equipos garantizan el correcto funcionamiento hasta 30°C de temperatura según metodología del fabricante y no sería necesario la instalación de un equipo aire acondicionado en la infraestructura del laboratorio. Solicitamos amablemente al área usuaria, confirmar si ya cuentan con un equipo de aire acondicionado propio de la Institución, caso contrario consideraremos la instalación del aire acondicionado como OPCIONAL si el área usuaria lo requiere.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, aclara que en el ambiente de citometria de fujo no cuenta con aire acondicionado propia de la institución; ademas existe otros equipos, computadoras, cabina flujo laminar los cuales incrementan la temperatura, ademas debemos de considerar la ubicacion del laboratorio de citometrias de flujo durante determinadas epocas del año la temperatura es alta por el cual se requiere que el equipo de citometria de flujo requiere el aire acondicionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, aclara que en el ambiente de citometria de fujo no cuenta con aire acondicionado propia de la institución; ademas existe otros equipos, computadoras, cabina flujo laminar los cuales incrementan la temperatura, ademas debemos de considerar la ubicacion del laboratorio de citometrias de flujo durante determinadas epocas del año la temperatura es alta por el cual se requiere que el equipo de citometria de flujo requiere el aire acondicionado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYT BIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la página 69, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO, para el punto 8. Soporte técnico, se indica lo siguiente:

¿Mantenimiento correctivo: Compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las primeras 24 horas. Atención de notificaciones de fallas durante las 24 horas y los 7 días de la semana.¿

¿Personal técnico en ingeniería electrónica, acreditado con Bachiller o título profesional certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 2 años¿.

Consulta: De acuerdo con los avances tecnológicos, los mantenimientos correctivos también se pueden dar de forma remota, esta herramienta permite la asistencia inmediata 24/ 7 al área usuaria, más aún en lugares de largas distancias que pueden ocasionar retraso por el tiempo de traslado del personal clave y no cumplir con el requerimiento solicitado por el área usuaria. En tal sentido, solicitamos amablemente que en el requerimiento se considere:

*Mantenimiento correctivo: compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las 48 primeras horas. Atención de notificaciones de fallas durante las 24 horas y los 7 días de la semana, de forma remota y presencial para el mantenimiento correctivo que incluya personal clave:

Un (1) ingeniero electrónico, sistemas o biomédico bachiller o titulado con mínimo de 4 años de experiencia en instalación, mantenimiento preventivo y correctivo en el equipo ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la consulta y se indica que la atención del mantenimiento correctivo de fallas presentadas es dentro de las primeras 24 horas podria ser de forma remota y/o presencial, sin embargo la resolucio del problema debe darse dentro de las primeras 24 horas siguientes de ser notificada el problema. El personal tecnico puede ser ingeniero electrónico, sistemas, o biomedico acreditado con bachiller o título profesional certificado por el fabricante, con experiencia minima de 2 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria acoge parcialmente la consulta y se indica que la atención del mantenimiento correctivo de fallas presentadas es dentro de las primeras 24 horas podria ser de forma remota y/o presencial, sin embargo la resolucio del problema debe darse dentro de las primeras 24 horas siguientes de ser notificada el problema. El personal tecnico puede ser ingeniero electrónico, sistemas, o biomedico acreditado con bachiller o título profesional certificado por el fabricante, con experiencia minima de 2 años.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la página 69, CAPITULO III REQUERIMIENTO

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO, punto 8. Soporte técnico, se indica lo siguiente:

¿**Manuales del equipo originales y en medio magnético (02 juegos), manual de uso en idioma inglés y español.

Consulta: Los manuales de uso de los equipos se encuentran en idioma original inglés. Entendemos que, al solicitarla en idioma español, se requiere de la traducción simple. Solicitamos amablemente confirmar si nuestra apreciación es correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que se solicita manuales de uso en idioma inglés y español con traduccion simple.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que se solicita manuales de uso en idioma inglés y español con traduccion simple.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la página 69, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO, punto 11. Condiciones adicionales al requerimiento, indica lo siguiente:

-Participación en un programa de control de calidad externo para neoplasias oncohematológicas de referencia acreditada y disponibilidad local.

Consulta: Dentro de las pruebas de proficiencia disponibles en el mercado se encuentran las que ofrece CAP (Colegio Americano de Patólogos), cuya programación es de 2 a envíos al año. Entendemos que se refiere al programa anual de FL3 Inmunofenotipo Leucemia/Linfoma y para garantizar la disponibilidad local, el proveedor se encargará del desaduanaje de estas. Solicitamos amablemente confirmar si nuestra apreciación es correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara la participación en un programa de control de calidad externo para neoplasias oncohematológicas de referencia acreditada y disponibilidad local, podria ser el ofertado por Colegio Americano de Patólogos(CAP), cuya programación es de 2 envíos al año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara la participación en un programa de control de calidad externo para neoplasias oncohematológicas de referencia acreditada y disponibilidad local, podria ser el ofertado por Colegio Americano de Patólogos(CAP), cuya programación es de 2 envíos al año.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la página 70, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO,

En la nota, menciona lo siguiente:

EL POSTOR GANADOR GARANTIZA LA CONEXION A SOFTWARE LIS HOSPITALARIO.

Consulta: Solicitamos amablemente asegurar que se nos otorguen los accesos necesarios a la red interna de la institución, así como los permisos a su base de datos y demás sistemas pertinentes, con el fin de poder realizar las conexiones requeridas de forma adecuada y segura.

Además, solicitamos que se nos permita el acceso remoto a las computadoras del hospital para poder llevar a cabo mantenimientos correctivos de manera inmediata, en caso de ser necesario. Esto nos permitirá ofrecer un servicio eficiente y minimizar el tiempo de inactividad de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que el postor ganador debe de realizar las coordinaciones correspondientes con el area del hospital y proveedor de LIS hospitalario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que el postor ganador debe de realizar las coordinaciones correspondientes con el area del hospital y proveedor de LIS hospitalario.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la página 70, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO

Para la CONSERVADORA DE REACTIVOS a ser entregada en calidad de cesión en uso dice:

MANTENIMIENTO: De acuerdo con el fabricante, compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las primeras 24 horas de notificado el inconveniente

Consulta: Extender el plazo de corrección de fallas a 48 horas permite diagnósticos más exhaustivos y garantiza reparaciones duraderas. Este tiempo adicional facilitará la logística de repuestos especializados y optimizará la movilización de personal técnico, asegurando una resolución más efectiva sin comprometer la calidad del servicio. En tal sentido, solicitamos amablemente lo siguiente:

MANTENIMIENTO: De acuerdo con el fabricante, compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las primeras 48 horas de notificado el inconveniente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acepta la consulta, es necesario el compromiso del postor ganador para la conservadora de los insumos y reactivos entregados, la correccion de fallas debe ser dentro de las primeras 24 horas de notificado el inconveniente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria no acepta la consulta, es necesario el compromiso del postor ganador para la conservadora de los insumos y reactivos entregados, la correccion de fallas debe ser dentro de las primeras 24 horas de notificado el inconveniente.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la página 70, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO

Para la CENTRIFUGAS DE TUBOS a ser entregada en calidad de cesión en uso dice:

MANTENIMIENTO: de acuerdo con el fabricante, compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las primeras 24 horas de notificado el inconveniente.

Consulta: Extender el plazo de corrección de fallas a 48 horas permite diagnósticos más exhaustivos y garantiza reparaciones duraderas. Este tiempo adicional facilitará la logística de repuestos especializados y optimizará la movilización de personal técnico, asegurando una resolución más efectiva sin comprometer la calidad del servicio. Solicitamos amablemente lo siguiente:

MANTENIMIENTO: De acuerdo con el fabricante, compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las primeras 48 horas de notificado el inconveniente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acepta la consulta, es necesario el compromiso del postor ganador la corrección de fallas de la centrifuga presentadas debe ser dentro de las primeras 24 horas de notificado el inconveniente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria no acepta la consulta, es necesario el compromiso del postor ganador la corrección de fallas de la centrifuga presentadas debe ser dentro de las primeras 24 horas de notificado el inconveniente.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la página 71, CAPITULO III REQUERIMIENTO

5.6 EMBALAJE Y ROTULADO, en el numeral 5.6.2 ROTULADO se menciona lo siguiente:

"Debe contener rotulo de la marca, fecha de expiración, lote, fecha de fabricación;

Consulta: Nuestros anticuerpos monoclonales cuentan con etiquetas rotuladas que miden aproximadamente 4 x 2 cm, las cuales contienen información esencial sobre el reactivo. Sin embargo, debido al espacio limitado en las etiquetas y la normativa de los fabricantes, no es posible incluir toda la información requerida de manera legible y completa en el rótulo. Aspectos como la marca, fecha de expiración, lote y fecha de fabricación varían según la presentación y la normativa de cada marca.

En este sentido, solicitamos amablemente la posibilidad de considerar estas características como opcionales para el rotulado directo del producto, siempre y cuando se adjunte un certificado de análisis que incluya toda la información relevante para garantizar la trazabilidad y el uso óptimo del reactivo como la fecha de expiración, lote y marca del producto ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.6 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que los rotulos deberan estar de acuerdo con las normas legales vigentes (DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario y por las continuas supervisiones por las instituciones fiscalizadoras como SUSALUD, CONTRALORIA, FISCALIA, DIGEMID, SIS, quienes verifica que cada producto contenga los datos minimos requeridos como son rotulo, marca, fecha de expiración, lote.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que los rotulos deberan estar de acuerdo con las normas legales vigentes (DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario y por las continuas supervisiones por las instituciones fiscalizadoras como SUSALUD, CONTRALORIA, FISCALIA, DIGEMID, SIS, quienes verifica que cada producto contenga los datos minimos requeridos como son rotulo, marca, fecha de expiración, lote.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la pág. 81, II) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, solo solicitan lo siguiente:

Capacidad legal: Habilitación.

Consulta: Observamos que en todo el documento de la LP-08-2024-HRHD no se indica la EXPERIENCIA AL POSTOR. En este sentido, solicitamos que se incluya la EXPERIENCIA AL POSTOR y se nos confirme como REQUISITOS lo siguiente:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado no menor al equivalente a UNA VEZ el valor estimado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria durante un periodo de OCHO (8) años a la fecha de presentación de las ofertas.

Se considerarán bienes similares al objeto de la convocatoria: Anticuerpos monoclonales de citometría de flujo y/o Reactivos de citometría de flujo y/o Equipos citómetros de flujo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: - Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area usuaria no acepta la inclusion del requisito de calificacion de experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Area usuaria no acepta la inclusion del requisito de calificacion de experiencia del postor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYT BIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En la pág. 81, II) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, solo solicitan lo siguiente:

Capacidad legal: Habilitación.

Consulta: Observamos que en todo el documento de la LP-08-2024-HRHD no se indica la EXPERIENCIA AL POSTOR. En este sentido, solicitamos que se nos confirme como acreditación lo siguiente:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación acredite documental y fehacientemente con boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: - Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area usuaria no acepta la inclusion del requisito de calificacion de experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Area usuaria no acepta la inclusion del requisito de calificacion de experiencia del postor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYT BIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS en el punto, 5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES, en algunos ítems se indica como fluorocromo solo V450 y en otros ítems V450/Pacific Blue

Consulta:

En el mercado existen diversos tipos de fluorocromos conjugados a anticuerpos monoclonales bajo la metodología Citometría de flujo, los diferentes fabricantes tienen patentados los nombres comerciales de estos siendo equivalentes, es decir, los fluorocromos son estimulados por el mismo láser y se leen en el mismo canal de detección, cambiando solo el nombre comercial, por lo tanto, no altera el objeto de la convocatoria o la naturaleza de los bienes. Por ello, solicitamos de conformidad con el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia y el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el sistema nacional de contratación pública. Por ellos solicitamos amablemente en coordinación con el área usuaria, homogenizar los fluorocromos V450 a V450/Pacific Blue para permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, aceptara la denominación de fluorocromos V450 o V450/Pacific Blue

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, aceptara la denominación de fluorocromos V450 o V450/Pacific Blue

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYT BIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las páginas 47 a 67, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS se indica: una cantidad determinada por ítem, además se indica:

-Se aceptará productos en presentación de 0.1 a 5mL, siempre y cuando garantice el cuadro de requerimiento, por lo cual el proveedor adjuntará el cuadro de equivalencias.

-Se aceptará productos con presentación de 50 y 100 determinaciones

Consulta: Evidenciamos que en el presente requerimiento si bien se indica la cantidad no se especifica la unidad de medida. Los anticuerpos monoclonales pueden tener unidades de medida en base a determinaciones o volumen total del frasco. En el mercado existen presentaciones en diversos volúmenes, ya que esto depende de la concentración y del título recomendado por test por cada fabricante. En este sentido, solicitamos amablemente en coordinación al área usuaria tomar en cuenta las cantidades requeridas en base a número de determinaciones o volumen equivalente para homogenizar y evitar confusiones en el cálculo del número de frascos a ofertar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL area usuaria aceptarán bienes con presentación de 0,5 ml a 2 ml, siempre y cuando garantice el cuadro del requerimiento, el proveedor adjuntará el cuadro de equivalencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL area usuaria aceptarán bienes con presentación de 0,5 ml a 2 ml, siempre y cuando garantice el cuadro del requerimiento, el proveedor adjuntará el cuadro de equivalencia.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En la página 46

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS en el punto, 5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES, en los ítems: 1.122 se solicita: KIT PARA RECuento DE LINFOCITOS CD4, CD8, CD3 X 50 DETERMINACIONES

Evidenciamos que dentro de los consumibles no se están solicitando controles internos para esta prueba. En tal sentido solicitamos amablemente al área usuaria si va requerir controles internos para recuento de linfocitos en 2 niveles además indicar el cronograma de entregas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara los controles internos a entregar como minimo dos niveles o según la metodologia del fabricante y de acuerdo al cronograma de entregas establecidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara los controles internos a entregar como minimo dos niveles o según la metodologia del fabricante y de acuerdo al cronograma de entregas establecidos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYTBIO S.A.C.	Hora de envío :	20:02:56

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En la página 70, CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO EN CESION EN USO, en el punto 11. Condiciones adicionales al requerimiento, indica lo siguiente:

03 llaves infinicyt , uso del software actualizados y sin restricciones para ingreso y registros de pacientes. Una de las llaves debe ser con licencia avanzada (incluye cálculo de datos, maduración y compass), 03 unidad de análisis, 03 análisis avanzadas.

-Base de datos de diagnóstico oncohematológico para 1000 casos.

Consulta: Cada software de citometría de flujo puede implementar diferentes algoritmos y métodos de análisis, lo que podría influir en la interpretación de los datos. Solicitar un solo software vendido por una sola marca comercial en el mercado nacional limita la oportunidad de ofrecer otras alternativas de softwares cuyos algoritmos de análisis son similares a Infinicyt.

En este sentido, solicitamos amablemente en coordinación con el área usuaria sírvase a permitir softwares propios del citómetro de flujo a ofertar que ofrece similares características a fin de permitir la pluralidad de postores en el presente proceso de conformidad con el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia y el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el sistema nacional de contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que muchos proveedores utilizan software Infinicyt validados por el consorcio euroflow para el analisis de datos en multiples instituciones no se podria realizar con un software cerrado a una determinada marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que muchos proveedores utilizan software Infinicyt validados por el consorcio euroflow para el analisis de datos en multiples instituciones no se podria realizar con un software cerrado a una determinada marca.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20601389925	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CYT BIO S.A.C.	Hora de envío :	20:08:23

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En la página 68, CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EQUIPO EN CESIÓN EN USO, en el punto 3. Características, se menciona lo siguiente:

Softwares basados en Microsoft XP o similar.

Consulta: Consideramos que solo especificar la versión de Windows no es suficiente para asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos. Para un desempeño adecuado en las tareas requeridas, es fundamental contar también con las versiones adecuadas de software de oficina.

Por lo tanto, solicitamos amablemente que el usuario especifique que licencias requerirá con lo que respecta a Microsoft Office y Windows y otras para garantizar un rendimiento óptimo de los equipos en uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que aceptara licencias compatibles con Microsoft Office, Windows y otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que aceptara licencias compatibles con Microsoft Office, Windows y otros.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Con relación al Ítem 1.4. se establece en las especificaciones técnicas ¿se aceptará productos con presentación de 0.1 a 5mL, siempre y cuando garantice el cuadro del requerimiento, para lo cual el proveedor adjuntará el cuadro de equivalencia¿.

Al respecto, solicitamos al Comité que confirme, de manera expresa que, dentro del rango antes establecido, se aceptarán bienes con presentación de 0,5 ml / 2 ml, siempre y cuando garantice el cuadro del requerimiento, para lo cual el proveedor adjuntará el cuadro de equivalencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2°, literal c (principio de transparencia)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL area usuaria acepta bienes con presentación de 0,5 ml a 2 ml, siempre y cuando garantice el cuadro del requerimiento, el proveedor adjuntará el cuadro de equivalencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL area usuaria acepta bienes con presentación de 0,5 ml a 2 ml, siempre y cuando garantice el cuadro del requerimiento, el proveedor adjuntará el cuadro de equivalencia.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Respecto del ítem 1.101. ¿Anticuerpo Monoclonal CD 43 ALOFICOCIANINA H7 X 5ml¿

Presumimos que esta afirmación constituye un error de tipeo (en referencia a solicitar 5mL en lugar de 0,5 mL), puesto que el volumen de 5 ml puede afectar la estabilidad de los flurocromos en su almacenamiento prolongado una vez abierto el frasco. En tal sentido, solicitamos corregir el error material advertido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficacia y Eficiencia -Artículo 2°, literal f

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL area usuaria acepta bienes con presentación de 0,5 ml a 2 ml, siempre y cuando garantice el cuadro del requerimiento, el proveedor adjuntará el cuadro de equivalencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL area usuaria acepta bienes con presentación de 0,5 ml a 2 ml, siempre y cuando garantice el cuadro del requerimiento, el proveedor adjuntará el cuadro de equivalencia.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

: Con relación al numeral 12) ¿Antigüedad del Equipo¿, teniendo en consideración la antigüedad del equipamiento ¿Citómetro de Flujo¿, se requiere tener a consideración el documento técnico del MINSA: ¿Lineamientos para la elaboración del plan multianual de mantenimiento de infraestructura y equipamiento en los establecimiento de salud¿, en el que se recomienda una vida media útil para los citómetros de flujo de 5 años.
En tal sentido, solicitamos la ampliación de 2 a 5 años de vida útil en su requerimiento, siempre y cuando este no sufra un desperfecto mayor que requiera su renovación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 12 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficacia y Eficiencia (Artículo 2º, literal f), y principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara debido a la complejidad del procesamiento de las pruebas de citometria de flujo y el alto impacto en la emision de resultados se requiere equipo de citometria de flujo de alta tecnologia y de ultima generación, se acepta equipos con antiguerdad de fabricación no mayor de 2 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara debido a la complejidad del procesamiento de las pruebas de citometria de flujo y el alto impacto en la emision de resultados se requiere equipo de citometria de flujo de alta tecnologia y de ultima generación, se acepta equipos con antiguerdad de fabricación no mayor de 2 años.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:
Con respecto a las 3 computadoras ¿ PC contempladas dentro de las características del citómetro de flujo, solicitamos modificar el término ¿similar¿ en la frase ¿Windows XP o similar¿, toda vez que Windows XP es un software desactualizado y, entendemos, que el propósito de la Entidad es contar con versiones mejores o superiores de dicho software. En tal sentido, consideramos que el término ¿similar¿ debería ser sustituido por el término ¿Superior¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 3 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Eficacia y Eficiencia (Artículo 2°, literal f). Principio de Vigencia Tecnológica (artí

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria, acoge la Observacion, Windows 10 o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El área usuaria, acoge la Observacion, Windows 10 o superior

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Con relación al numeral 10) ¿Capacitación¿ se requiere ¿Reporte de resultados, asimismo debe de brindar asesoría analítica permanente con personal idóneo¿.

Al respecto, solicitamos retirar esta especificación técnica, ya que el reporte de resultados y asesoría analítica es una facultad a cargo de ser ejercida por la Entidad debido a la naturaleza de los datos de pacientes que maneja en las intervenciones, los cuales son confidenciales y deben ser administrados de forma interna en el laboratorio de la Entidad. En caso de que no se acoja esta solicitud, solicitamos precisar cuál será el alcance de este servicio cuando el requerimiento se refiere a brindar ¿asesoría analítica permanente¿. Asimismo, solicitamos precisar que la palabra ¿permanente¿ corresponde al horario de atención de urgencias debidamente reportadas entre las 8am y 5pm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 10 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficacia y Eficiencia (Artículo 2º, literal f), principio de transparencia (artículo 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara debido a la complejidad del procesamiento de citometria de flujo y alto impacto que se emiten que se requiere que los proveedores cuente con areas de respaldo de forma permanete para la resolución de problemas que se presenten durante las fases procesamiento y analisis de resultados se aclara que en ningun momento se pone en riesgo la identidad del paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara debido a la complejidad del procesamiento de citometria de flujo y alto impacto que se emiten que se requiere que los proveedores cuente con areas de respaldo de forma permanete para la resolución de problemas que se presenten durante las fases procesamiento y analisis de resultados se aclara que en ningun momento se pone en riesgo la identidad del paciente.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Respecto al procesamiento de datos, detallado en las especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso, se establece que el ¿Hardware será de acuerdo a requerimiento del usuario final (computadoras, servidor y cableado)¿. En ese sentido, se solicita aclarar si el usuario final requiere de esta instalación. De ser así, debemos contemplar la disponibilidad de un espacio dentro del área de servidores del hospital y las facilidades de instalación. Para ello, se requiere de un plazo de 120 días de coordinación e instalación (puesto que, teniendo en cuenta el tipo de accesorios, el tiempo de su implementación no debe ser asimilado al tiempo de entrega de productos), sin afectar el reporte de resultados y la atención de pacientes objeto de esta contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 5 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que es error de tipeo, se refiere a la instalacion de computadoras y cableado dentro del area de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que es error de tipeo, se refiere a la instalacion de computadoras y cableado dentro del area de trabajo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Respecto a los accesorios del equipo, se establece la necesidad de contar con una fuente de poder de emergencia (UPS). No obstante, debido a las características energía, no resulta conveniente implementarlo. En atención a ello, solicitamos que se retire el requerimiento de fuente de poder de emergencia (UPS) para la conservadora de reactivos y centrífuga de tubos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 6 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara la necesidad de contar con fuente de poder de emergencia (UPS), para los equipos con la finalidad de mantener la integridad de los equipos y evitar que se afecten por desperfecto de electricidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara la necesidad de contar con fuente de poder de emergencia (UPS), para los equipos con la finalidad de mantener la integridad de los equipos y evitar que se afecten por desperfecto de electricidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Respecto a las especificaciones técnicas de la centrifuga de tubos como equipo en cesión en uso, solicitamos eliminar la descripción de las características de este equipo, toda vez que, de cumplirse con dicha descripción (capacidad, medida de tubos, etc.) no sería posible cumplir con la cantidad de tubos solicitados, pues teniendo en cuenta que estos productos son fabricados en el exterior e importados, los postores estarían asumiendo la responsabilidad de sus respectivos proveedores y, en tal sentido, ningún proveedor podría cumplir las EETT.

Sin embargo, con el finde dar soporte en los protocolos a implementar de la mejor manera posible este requerimiento, solicitamos reemplazar el contenido de la descripción por ¿centrifuga para realizar protocolo bulk lysis¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que en el mercado existe proveedores que pueden cumplir con la entrega del equipo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que en el mercado existe proveedores que pueden cumplir con la entrega del equipo solicitado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que el requerimiento de "Conexión a LIS" es una implementación de un servicio el cual requiere de coordinaciones, instalaciones y pruebas, solicitamos establecer un plazo de 150 días para la entrega de esta conexión al proveedor de LIS del hospital.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente el plazo de entrega para la conexión de LIS de 30 dias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria acepta parcialmente el plazo de entrega para la conexión de LIS de 30 dias.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

: Respecto a la entrega de la Conservadora de Reactivos y Centrífuga de tubos, solicitamos aceptar un plazo de entrega de 90 días, toda vez que estos insumos deben ser importados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente para la entrega de las conservadora de reactivos y centrífuga de tubos, se realiza en la segunda entrega del cronograma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria acepta parcialmente para la entrega de las conservadora de reactivos y centrífuga de tubos, se realiza en la segunda entrega del cronograma.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Respecto a los manuales solicitados en español e inglés para la entrega del equipo en cesión de uso , solicitamos amablemente el Comité pueda aclarar si los manuales del equipo se refiere a los que se entregan junto con la caja y accesorios del equipo o requieren otros adicionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 8 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara los manuales de equipos y acccesorios es en traducción simple entregados junto con los equipos y accesorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara los manuales de equipos y acccesorios es en traducción simple entregados junto con los equipos y accesorios.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Ruc/código :	20376181015	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	Hora de envío :	20:33:55

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Respecto del "hardware" solicitado para el equipo en cesión de uso solicitamos al Comité pueda aclarar las especificaciones técnicas del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara el harware se refiere a computadoras y cableado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara el harware se refiere a computadoras y cableado.