

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28.04.2023						
1.2 ÁREA USUARIA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA						
" DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICION ANUAL DE TUBO DE ASPIRACION TRANSPARENTE DE 5/16 x 7/16 x 2.5 M."						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
	Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 609-DEOG-N°672-DEEMSC-N°636-DEN-2023/INMP EXP. 23-15892-1			Fecha de recepción	24.07.2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	MEMO N°995-2023-DAAR-INMP	De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X		NO		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	NINGUNA			5	POR CORREO INSTITUCIONAL	08.08.2023
1) Numeral 5. CARACTERISTICAS DEL BIEN - Que respecto a la característica técnica "debe ser compuesto de pvc y de grado medico"; debemos de manifestar que esta no existe pvc y de grado médico , debiendo de ser pvc grado médico o polimero de grado médico.							
2) Numeral 5. CARACTERISTICAS DEL BIEN - Que no existe la condición biológica de atoxico en norma técnica internacional o nacional ni propia, debiendo suprimir esta.							
3) Que solicitan que sea apirógeno. con condiciones biológicas que no se aplica el producto, debido a que la pirogenicidad es para productos que se emplean para colocar soluciones y no para los que son de succión							
4) Que en las especificaciones técnicas de dimensiones establecen la longitud de 2m a 3m y lo requerido por la institución es de 2,5 m							
5) Que la entidad está usando el código siga 495700620050 cuando en realidad debe usar el código 495700620131 que fue usada en el proceso de la adjudicación simplificada N°033-2021-INMP y cuya denominación del bien difiere de la indicada en la presente solicitud de cotización.							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	0	MEMO N° 995-2023-DAAR-INMP	22.08.2023			
1) Se acepta la observación por error involuntario por consiguiente quedaría: "EL MATERIAL DEBE SER COMPUESTO DE PVC DE GRADO MEDICO". 2) No se acepta la observación porque los tubos de aspiración, entran en contacto con cavidades estériles, por lo que los productos no deben de presentar sustancias químicas que aumenten el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud. 3) Se acepta la observación y se suprime el término apirógeno, y quedaría así: CONDICIONES BIOLÓGICAS: ESTERIL Y ATOXICO 4) Se acepta parcialmente la observación. De requerirse ampliar la oferta se acepta la medida hasta de 3 m Por lo cual quedaría LONGITUD DE 2.5 M a 3.0 M" 5) No se acepta la observación por ser este un nuevo requerimiento.							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	"EL MATERIAL DEBE SER COMPUESTO DE PVC DE GRADO MEDICO"						
	"CONDICIONES BIOLÓGICAS: ESTERIL Y ATOXICO"						
	"LONGITUD DE 2.5 M a 3.0 M"						
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24.07.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.09.2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO			
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> </div>						
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							

