

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dentro de especificaciones técnicas indica en RUEDAS en el literal A11 "ROMPANS O MENTIRECCIONALES" Solicitamos al comité en selección corregir que por error de digitación no se entiende a que se refiere para tomar en cuenta la necesidad que estén buscando.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A11 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro de especificaciones técnicas indica en RUEDAS en el literal C01 "220VISOHZ"

Solicitamos al comité en selección corregir que por error de digitación no se entiende a que se refiere para tomar en cuenta la necesidad que estén buscando.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C01 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el item de la característica técnica presenta un error tipográfico; ya que se debio colocar "C01 220 VAC 60 HZ ¿"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:21

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En CAPACIDAD LEGAL indica HABILITACIÓN pidiendo como requisitos:

¿ Contar con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos, según normativa vigente de la DIGEMID.

¿ Contar con Resolución para comercializar, importación, exportación y/o distribución de equipos médicos, según normativa vigente de la DIGEMID.

¿ Contar con Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento, según normativa vigente de la DIGEMID.

Solicitamos al comité en selección para no vulnerar La Ley de contrataciones N°30225 del Artículo 2 y así tener una libre participación de postores que benefician a la entidad, en retirar toda la habilitación solicitada ya que el equipo se encuentra dentro de la Relación de productos que ha la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario. O en tal caso cambiar por algo que es más importante para la seguridad del paciente que el equipo debe contar con certificado de seguridad eléctrica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La Ley de contrataciones N°30225 del Artículo 2 (a, b, c, e, i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, ya que los bienes a adquirir son equipos especializados para la atención hospitalaria de la población, por lo tanto los equipos debera contar con los certificados solicitados de corresponder, adjuntando el documento donde indique lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Requisitos:

¿ Contar con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos, según normativa vigente de la DIGEMID, de corresponder.

¿ Contar con Resolucion para comercializar, importación, exportación y/o distribución de equipos médicos, según normativa vigente de la DIGEMID, de corresponder.

¿ Contar con Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento, según normativa vigente de la DIGEMID, de corresponder.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD indica "Se consideran bienes similares a los siguientes EQUIPOS BIOMEDICOS DE CAMILLAS DE EMERGENCIA Y/O CAMILLAS UCI Y/O CAMILLAS EQUIPADAS MULTIPROPOSITO".

Solicitamos comité en selección en considerar el termino "MOBILIARIO CLÍNICO EN GENERAL", teniendo con un concepto general "Se consideran bienes similares a los siguientes EQUIPOS BIOMEDICOS DE CAMILLAS DE EMERGENCIA Y/O CAMILLAS UCI Y/O CAMILLAS EQUIPADAS MULTIPROPOSITO Y/O MOBILIARIO CLÍNICO EN GENERAL".

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que la experiencia de la empresa se debe enmarcar a la finalidad de la presente adquisición, ya que se trata de equipos especializados; asimismo, conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD no hay cambios solicitados con respecto a las características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL indica dos perfiles separados que es personal Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico y personal Técnico en electrónica y/o Técnico en Electrotecnia".

Solicitamos al comité en selección que se generalice ya que ambos profesionales se le exige que se encarguen de la instalación y puesta en marcha del equipo para que al momento de la entrega pueda ser un ingeniero o técnico.

Considerar así "El personal Ingeniero y/o técnico Electromecánico y/o Biomédico, Electrónico debe contar con 02 años de experiencia como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 37

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20507883266	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDISPEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	09:34:22

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases de la presente Adjudicación Simplificada N° 70-2024-GRA-1 "Adquisición de Cama Camilla Multipropósito tipo UCI" solicitan lo siguiente:

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS

ANCHO: 100

LARGO: 215

ALTURA: 70 - 78

Antecedentes. -

Creemos existe un error tipográfico en la dimensión referente a la altura, ya que existe la norma 60601-2-52 que establece requisitos de seguridad para el paciente como por ejemplo la altura más baja respecto del suelo, que permita minimizar riegos en caídas así como generar una recuperación temprana estimulando la circulación vascular de las piernas del paciente con los pies firmes en el piso y eso no se logra con alturas de 70 ¿ 78 cm, siendo el promedio de menor altura 40 cm o menor

Observación N° 1

Señor presidente del comité de selección, solicitamos que se pueda corregir este punto de la especificación técnica conforme las recomendaciones de seguridad en norma técnica:

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS

ANCHO: 100 cm

LARGO: 215 cm

ALTURA: 40 cm (o menor) - 70 cm(o más)

Todo este sustento en concordancia con:

El Artículo 2, de la Ley de Contrataciones del Estado, letra A) Libertad de Concurrencia letra B) Igualdad de Trato, G) vigencia tecnológica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap.III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El Artículo 2, de la Ley de Contrataciones del Estado, letra A), B) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observación en aras de la libertad de concurrencia; ya que las dimensiones de la cama camilla multipropósito tipo UCI no altera la funcionalidad de la adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS

ANCHO: 100 cm (+/- 5cm)

LARGO: 215 cm (+/- 5cm)

ALTURA: 40 cm (o menor) - 70 cm(o mayor)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20507883266	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDISPEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	09:34:22

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases de la presente Adjudicación Simplificada N° 70-2024-GRA-1 "Adquisición de Cama Camilla Multipropósito tipo UCI" solicitan lo siguiente:

A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. CON PEDAL MECANICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICION PLANA

Antecedentes. -

Al respecto debemos mencionar que las camas UCI cumplen con la Norma Eléctrica IEC 60601-2-52, y aseguran los movimientos eléctricos a través de motores independientes accionados desde el panel de control ubicados en las barandas, asimismo se logra obtener la posición cero (posición plana) o movimiento RCP manual o eléctrica

Observación N.º 2

Señor presidente del comité de selección, observamos este punto de la especificación técnica por restringir la participación de postores, solicitamos que se tenga en cuenta el punto en cuestión y se considere lo siguiente:

A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO A TRAVES DE 04 MOTORES, CON PEDAL MECANICO O PANEL DE CONTROL QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICION PLANA

Todo este sustento en concordancia con:

El Artículo 2, de la Ley de Contrataciones del Estado, letra f) Eficacia y eficiencia y g) vigencia tecnológica, b) igualdad de trato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** cap.III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2, de la ley de contrataciones del estado, letra f), g) y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observación; ya que considerando la funcionalidad del equipo se brinde la accesibilidad para la atención al paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO, CON PEDAL MECANICO O PANEL DE CONTROL QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICION PLANA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20507883266	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDISPEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	09:34:22

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases de la presente Adjudicación Simplificada N 47-2024-GRA-1 "Adquisición de Cama Camilla Multipropósito para UCI" solicitan lo siguiente:

B ACCESORIOS

Antecedentes. -

Las Camas Camillas UCI tienen una balanza o báscula incorporada. Esto significa que el paciente que llega no tiene que dar información de su peso y estando inconsciente, el médico o enfermera va a poder tener una lectura de su peso para poder dosificar el medicamento de acuerdo al peso del paciente. Este requerimiento técnico importante se ha omitido, por lo que solicitamos su incorporación indefectiblemente como corresponde a las características de este tipo de Cama UCI.

Observación N.º 3

Señor presidente del comité de selección, observamos este punto de la especificación técnica por omisión técnica por lo que solicitamos que se tenga en cuenta el punto en cuestión y se considere lo siguiente:

B ACCESORIOS

B03 BALANZA DIGITAL INCORPORADA , 220 Kg O MAYOR, RESOLUCION DE 100 g.

Todo este sustento en concordancia con:

El Artículo 2, de la Ley de Contrataciones del Estado, letra f) Eficacia y eficiencia y g) vigencia tecnológica

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** cap.III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2, de la Ley de Contrataciones del Estado, letra f) y g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación; ya el accesorio propuesto no se tomo en consideración en las características del expediente técnico; sin embargo en aras de una mejora técnica el proveedor puede ofrecer el accesorio como parte de su oferta técnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	10:02:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

PAGINA 43 Y PAGINA 23

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Solicitan:

Contar con Resolucion para comercializar, importación, exportación y/o distribución de equipos médicos, según normativa vigente de la DIGEMID.

Observamos las bases administrativas ya que solo los Establecimientos Farmacéuticos (Droguerías), requieren contar resolución para comercializar, importación, exportación y/o distribución de equipos médicos, según normativa vigente de la DIGEMID, según lo indicado en la Resolución Ministerial N°132-2015/MINSA: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, por ello el item cama camilla multipropósito para UCI no requiere contar con autorizaciones para su comercialización por no ser considerado un dispositivo médico.

Por ello solicitamos amablemente al comité indicar solo si lo requiere.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 43-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	10:02:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
PAGINA 43 Y PAGINA 23
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Solicitan:
Contar con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos, según normativa vigente de la DIGEMID.
Contar con Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento, según normativa vigente de la DIGEMID.

Observamos: que se según relación de equipos que a la fecha no están sujetos a registro sanitario, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO PARA UCI no requiere registro sanitario por no ser considerando dispositivos médicos y al no ser Dispositivo Medico, no es fiscalizado por DIGEMID, en consecuencia, no requiere BPA, por no ser un dispositivo médico.

Por lo que solicitamos amablemente al comité aceptar una declaración jurada donde se indique que no requiere BPA y adjuntar relación equipos que a fecha no están sujetos a registro sanitario

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 43-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	10:02:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Definición Funcional:
Equipo usado en las áreas de UCI, UVI, UCIN para facilitar el traslado y la recuperación del paciente. La camilla debe ser hidráulica o neumática de tal forma que permita realizar distintas posiciones que faciliten la realización de los procedimientos asistenciales, como también debe contar con los accesorios para dicha tarea.

De la revion de las especificaciones tecnicas se observa que lo solitaco corresponde a una cama electrica, porque solicitan control integrado en las barandas.

Agracerecemos amablente al cominte confirmar si los movimientos de la cama camilla multiproposito para UCI son electricos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el control es electrico/electronico y la camilla puede ser hidraulicas de tal forma que permita realizar distintas posiciones que faciliten la realización de los procedimientos asistenciales, como también debe contar con los accesorios para dicha tarea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	10:02:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS:

ALTURA 70-78CM

Entendemos que solicitado se refiere al rango que debe tener la altura máxima 70-78cm, es correcta nuestra apreciación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	10:02:14

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS, CON PEDAL MECANICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSCION PLANA.

DE LA REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITAN CONTROLES INTEGRADOS A LA BARANDAS (CAMA ELECTRICA) POR ELLO LO SOLICITADO ¿PEDAL MECANICO¿ ENTENDEMOS SE REFIERE A LA MANIJA QUE PERMITE LLEVAR EL ESPALDAR DE LA CAMA A UNA POSICIÓN PLANA QUE ACTIVA LA POSICIÓN DE RCP (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	10:02:14

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

A11 ROMPANS O MENTIRECCIONALES, CON UN SISTEMA DE FRENO DE COMANDO CENTRAL AGREDECEREMOS INDICAR A QUE FUNCION SE REFIERE CON ¿ ROMPANS O MENTIRECCIONALES¿ FAVOR DE INDICAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	10:02:14

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

FACTORES DE EVALUCION:

D. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

DE 49 MESES HASTA 60 MESES 03 PUNTOS

MAS DE 37 MESES HASTA 48 MESES 02 PUNTOS

AGRADECEREMOS CONFRMAR SI OFERTAMOS 50 MESES COMO GARANTIA TOTAL (36 MESES OBLIGATORIO + 14 MESES ADICIONALES), OBTENEMOS EL PUNTAJE MAXIMO DE 03 PUNTOS, ES CORRECTO NUESTRA APRECIACION?

ASIMISMO, SE OBSERVA QUE EL MAXIMO PUNTAJE SERIA 03 PUNTOS, POR LO TANTO EL PRECIO DEBERIA SER DE 97 PUNTOS, A FIN DE DAR LA SUMATORIA DE 100 PUNTOS

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 50

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:00:07

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Dentro de características específicas en el literal A01 indica dimensiones aproximadas:

Ancho:100cm

largo: 215cm

Altura: 70-78cm

Solicitamos al comité en selección para una amplia participación de postores y conseguir un equipo de mejor comodidad para el paciente en considerar lo siguiente:

Ancho:100-104cm

largo: 215-238cm

Altura: 70-78cm o 53cm-83cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado LEY N°30225 del Artículo 2 (a, b, c, f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a la absolución de la Observación N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:00:07

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Dentro de características Especificas en el Literal A07 indica "CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. CON PEDAL MECÁNICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICIÓN PLANA".

Solicitamos a comité en selección en retirar "CON PEDAL MECÁNICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICIÓN PLANA" ya que el equipo a solicitar es eléctrico y tiene los botones necesarios para llegar a esta posición, al considerar dicho contexto esta limitando la participación de postores o se tomaría como un direccionamiento, en tal caso indicar como opcional dicho contexto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A07 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del Estado LEY N°30225 del Artículo 2 (a, b, c,i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a la absolución de la Observación N° 07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:00:07

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Dentro de Características Especificas en el Literal A14 indica "POSICIÓN DE SILLA CÁRDIACA". Solicitamos al comité en selección considerar lo siguientes "POSICIÓN DE SILLA o SILLÓN CÁRDIACO" ya que ambos cumplen la posición indicada.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A14 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que la terminología del bien cumple la funcion del equipo a adquirir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	14:49:33

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS:

SE OBSERVA QUE NO SE STA CONSIDERANDO LA ALTURA MINIMA, A FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR CAMAS CON ALTURA MININA DE 45CM O MENOS.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	15:31:20

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR CONSIDERE AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD A NO SOLO VENTAS DE BIENES SINO TAMBIEN EN SERVICIOS DE ALQUILER Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CAMILLAS DE EMERGENCIA Y/O CAMILLAS UCI Y/O CAMILLAS EQUIPADAS MULTIPROPOSITO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD POR LA VENTA, ALQUILER Y/O MANTENIMIENTO DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 a) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación debido a la naturaleza del procedimiento de selección, tratandose de una adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	16:13:17

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO

Amparados en el principio que rigen las contrataciones de ¿libertad de concurrencia¿ permitiendo asi la mayor participación de postores:

Solicitamos por favor puedan ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que debe ceñirse a las bases; asimismo conforme al articulo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD no hay cambios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	16:13:17

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

6 REQUISITOS Y/O PERFIL DEL PROVEEDOR

- CONTAR CON REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE LA DIGEMID

Solicitamos al comité:

Considere añadir que de no requerir registro sanitario el bien ofertado y figure en la Relación de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario presentar dicha relacion publicada según el D.S publicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	16:13:17

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

14.1 PRESTACIONES ACCESORIAS

- ASI MISMO, SE PRECISA QUE SE REALIZARA 2 VECES POR AÑO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS, POR EL PERIODO DE 3 AÑOS (06 MANTENIMIENTOS EN TOTAL).

Solicitamos que el plazo efectuado para el mantenimiento preventivo de los bienes sean ANUALMENTE, considerando que esta es un indicacion del fabricante la cual deberia ser tomada en cuenta para el correcto funcionamiento del equipo y asi evitar paralizaciones innecesarias en el servicio la cual sea instalado el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el Hospital Regional Honorio Delgado es considerado un hospital de NIVEL III, por lo tanto debe ceñirse a las bases; asimismo conforme al articulo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD no hay cambios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	16:13:17

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Solicitamos al comité:

Considerar como parte del personal clave a un Ingeniero electronico, quedando como requisito:

El personal Ingeniero Electromecanico o ingeniero biomedico o ingeniero electronico debe contar con 02 años de experiencia como minimo en trabajos relacionados con la instalacion, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomedios y/o encargado de equipos biomedicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalacion y puesta en marcha del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 37

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	16:13:17

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Solicitamos al comité:

Considerar como parte del personal clave a un Ingeniero electronico, quedando como requisito:

El personal Ingeniero Electromecanico o ingeniero biomedico o ingeniero electronico debe contar con 02 años de experiencia como minimo en trabajos relacionados con la instalacion, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomedios y/o encargado de equipos biomedicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalacion y puesta en marcha del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 37

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	16:13:17

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS:

ANCHO: 100 cm

LARGO: 215 cm

ALTURA: 70-78 cm

Nuestra cama tiene un ancho de 99 cm, largo de 216 cm y tiene una altura máxima de hasta 80 cm. Solicitamos que la especificación técnica sea de la siguiente manera.

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS

ANCHO: 99cm ¿ 100 cm

LARGO: 215cm ¿ 216cm

ALTURA: 70 cm ¿ 80cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	16:13:17

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS, CON PEDAL MECANICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICION PLANA

Nuestra cama cuenta en el panel de control un botón donde se puede realizar y llevar a la posición plana. Solicitamos que la especificación técnica sea: A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS CON PEDAL O BOTON QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICION PLANA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	16:13:17

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

POSICIONES

A12 DEBE PODER DESPLAZARSE VERTICALMENTE

Al parecer hay un error de tipeo, el movimiento solicitado debe ser un movimiento horizontal, la especificación técnica sea: A12 DEBE PODER DESPLAZARSE HORIZONTALMENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el movimiento propio de la camilla es verticalmente y el traslado de la camilla es horizontal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	16:13:17

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Están solicitando que la cama cuente con controles para los movimientos, estos controles deberán estar disponibles para el personal asistencial y para el paciente, es correcto

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que no se cuente con un control para el paciente; ya que la presente adquisición es para pacientes pequeños.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:33:11

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

DEFINICIÓN FUNCIONAL: EQUIPO USADO EN LAS ÁREAS DE UCI, UVI, UCI PARA FACILITAR EL TRASLADO Y LA RECUPERACIÓN DEL PACIENTE. LA CAMILLA DEBE SER HIDRÁULICA O NEUMÁTICA DE TAL FORMA QUE PERMITA REALIZAR DISTINTAS POSICIONES QUE FACILITEN LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES, COMO TAMBIÉN DEBE CONTAR CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA DICHA TAREA.

La definición funcional descrita no concuerda con lo solicitado en los ítems C03 y A07 donde se solicita una cama con batería y controles eléctricos para el accionamiento de sus funciones, por lo que solicitamos respetuosamente considerar modificar:

DEFINICIÓN FUNCIONAL: EQUIPO USADO EN LAS ÁREAS DE UCI, UVI, UCI PARA FACILITAR EL TRASLADO Y LA RECUPERACIÓN DEL PACIENTE. LA CAMILLA DEBE SER DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE TAL FORMA QUE PERMITA REALIZAR DISTINTAS POSICIONES QUE FACILITEN LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES, COMO TAMBIÉN DEBE CONTAR CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA DICHA TAREA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Consulta N° 11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:33:11

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS:

ANCHO: 100 CM

LARGO:215 CM

ALTURA: 70-78 CM

Siendo dimensiones aproximadas las solicitadas y teniendo en cuenta que cada fabricante maneja diferentes medidas según los modelos ofertados y para evitar caídas en los pacientes, Solicitamos considerar para mayor participación y pluralidad de postores:

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS:

ANCHO: 99 - 100 CM

LARGO: 215 - 220 CM

ALTURA: 37 a 75 CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap. 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:33:11

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. CON PEDAL MECÁNICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICIÓN PLANA

La cama ofertada cuenta con accionamiento mecánico de emergencia ubicado en el respaldar la cama el cual puede ser accionado en ambos costados y permite llevar la cama a una posición plana de forma rápida, también cuenta con accionamiento en controles eléctricos que permiten colocar la cama en posición plana con solo tocar un botón. Por lo que para mayor participación y pluralidad de postores solicitamos considerar:

A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. CON ACCIONAMIENTO MECÁNICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICIÓN PLANA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap. 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:06:16

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

A. CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN

Requisitos:

¿ Contar con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos, según normativa vigente de la DIGEMID.

De acuerdo a la normativa vigente las camas camillas se encuentran en el listado de No requiere registro publicado por Digemid.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap. 3 **Literal:** 3.2.A **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Por lo antes mencionado solicitamos que se acepte el listado en mención para acreditar este punto.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:06:16

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

C.
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
El personal Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomedico debe contar con 02 años de experiencia como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalación y puesta en marcha del equipo.
El personal Técnico en electrónica y/o Técnico en Electrotecnia debe contar con 01 año de experiencia como mínimo, en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 técnico en instalacion y mantenimiento.
Acreditación:
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Solicitamos al Comité de Selección que para fomentar la pluralidad de postores, se pueda modificar el párrafo de la siguiente manera:

C.
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
El personal Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico y/o Ingeniero Electrónico debe contar con 02 años de experiencia desde su titulación, como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalación y puesta en marcha del equipo.
El personal Técnico en electrónica y/o Técnico en Electrotecnia y/o Bachiller en Ingeniería Electrónica debe contar con 01 año de experiencia como mínimo, en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 técnico en instalación y mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. 3 Literal: 3.2.C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 37

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20529457554	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:13:02

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones de las Camas Camillas Multipropósito tipo UCI, observamos que la entidad solicita lo siguiente:

A01. Dimensiones aproximadas:

- Ancho: 100 cm
- Largo: 215 cm
- Altura: 70 ¿ 78 cm

En relación con la característica especificada deseamos presentar algunas consideraciones que podrían enriquecer la decisión final y permitir una mayor flexibilidad en la elección de las camas

En el mercado actual, hay Camas tipo UCI que cuentan con medidas un poco amplias. Dada la pluralidad de enfoques y soluciones en el mercado de equipos médicos, permitir un rango de medida ligeramente más amplio podría aumentar la diversidad de ofertas y la posibilidad de elegir la opción más adecuada para las necesidades específicas del hospital.

*Las contrataciones que realiza el estado tienen como fin satisfacer las necesidades de la Entidad maximizando el valor de los recursos públicos, bajo las mejores condiciones de calidad. En ese sentido, no acoger la observación representaría la trasgresión de los literales e), del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, que a la letra señalan:

e) Principio de competencia: ¿Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación.¿

Por esta razón, solicitamos amablemente al comité de selección junto con el área usuaria, modificar el requerimiento de modo que quede de la siguiente manera:

A01. Dimensiones aproximadas:

- Ancho: entre 100 cm a 105 cm
- Largo: entre 215 cm a 228 cm
- Altura: entre 52 cm a 77 cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a la absolución de la Observación N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20529457554	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:13:02

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones de las Camas Camillas Multipropósito tipo UCI, observamos que la entidad solicita lo siguiente:

A11. Rompans o mentireccionales, con un sistema de freno de comando central

En relación con la característica especificada solicitamos a la Entidad ACLARAR a qué se refiere con ROMPANS O MENTIRECCIONALES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A11 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20529457554	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:13:02

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Luego de revisar las bases del presente proceso de selección observamos que la entidad solicita lo siguiente:

- El personal Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico debe contar con 02 años de experiencia como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalación y puesta en marcha del equipo.
- El personal Técnico en electrónica y/o Técnico en Electrotecnia debe contar con 01 año de experiencia como mínimo, en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 técnico en instalación y mantenimiento.

Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria SUPRIMIR al personal técnico en electrónica y/o Técnico en Electrotecnia ya que el solicitar un personal clave ADICIONAL para el mismo objetivo estaría de sobra y generaría que el costo de venta se elevara, además, el Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico puede cumplir con los Mantenimientos solicitados por el Entidad de manera oportuna y eficaz, quedando la solicitud de esta manera

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
El personal Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico debe contar con 02 años de experiencia como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C **Literal:** C.1 **Página:** 44
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observación; ya que el personal clave es esencial y de suma importancia para la instalación, operatividad y mantenimiento de los equipos, por lo tanto tomara en consideración como personal clave 01 profesional encargado de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

El personal Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomedico y/o Ingeniero Electronico debe contar con 02 años de experiencia como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomedicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del equipo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:57:44

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral A07, Página 27, refiere:

'A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. CON PEDAL MECANICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICIÓN PLANA.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. CON PEDAL O PALANCA MECANICA QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICIÓN PLANA.'

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** N/A **Literal:** A07 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a la absolución de la Observación N° 07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:02

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

DIMENSIONES APROXIMADAS:

ALTURA: 70 - 78CM

Solciitamos al comité considerar que la altura solicitada de 70 a 78cm limita la participación de postores cuyos fabricantes consideran que 78cm es innecesario y pone en riesgo la seguridad del paciente.

Por ello, invitamos a considerar:

ALTURA : 70 -76cm como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:02

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité aclarar si en A11 quiso decir O aceptaría la siguiente especificación:

A11 RUEDAS OMNIDIRECCIONALES CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO TIPO PEDAL CON 3 POSICIONES: BLOQUEO TOTAL, DIRECCIONAL Y LIBRE

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: A Literal: A11 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación; ya que se trata de un error tipográfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11 RUEDAS OMNIDIRECCIONALES, CON UN SISTEMA DE FRENO DE COMANDO CENTRAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:02

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

C03 BATERIAS RECARGABLES INCORPORADAS

Solicitamos al comité tener en cuenta, en aras del óptimo funcionamiento para beneficio del usuario, solicitar un mínimo de movimientos a realizarse con las baterías de respaldo. Por ello, invitamos a considerar:

BATERIAS RECARGABLES INCORPORADAS CON UN MINIMO DE 100 MOVIMIENTOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: C03

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 27

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 64

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

A01 DIMENSIONES APROXIMADAS:

ANCHO: 100CM

LARGO: 215CM

ALTURA: 70-78CM

En la actualidad, la industria de equipos médicos ofrece una amplia gama de camas hospitalarias con diferentes longitudes externas que pueden ser igualmente funcionales y cumplir con los estándares de calidad necesarios. Por lo que sugerimos al comité de selección que se considere la posibilidad de permitir un rango de valores para la longitud externa de la cama, en lugar de especificar un valor único. Esto permitirá una mayor diversidad de opciones para su evaluación y una mayor competencia entre los postores, lo que repercutirá en beneficio de la Entidad. Por lo tanto, solicitamos puedan ampliar tal requerimiento, quedando de la siguiente forma:

ANCHO: 85CM A 115CM

LARGO: 200CM A 230CM

ALTURA: 50-65CM A 75-90CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Luego de haber revisado las especificaciones de las CAMAS CAMILLAS MULTIPROPÓSITO TIPO UCI observamos que la entidad solicita lo siguiente:
A07 ¿ CON PEDAL MECÁNICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICIÓN PLANA
Para dar mayor pluralidad de marcas y participación de postores ya que dicha característica no interfiere con el uso y funcionamiento de las camas, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, ampliar la especificación técnica, quedando de la siguiente manera:
A07 CON CONTROLES PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. CON PEDAL MECÁNICO O MANIVELA/PALANCA QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICIÓN PLANA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A07 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Luego de haber revisado las especificaciones de las CAMAS CAMILLAS MULTIPROPÓSITO TIPO UCI observamos que la entidad solicita lo siguiente:

A11 ROMPANS O MENTIRECCIONALES, CON UN SISTEMA DE FRENO DE COMANDO CENTRAL

Creemos que se trata de un error de digitación, por lo que solicitamos que el comité de selección modifique la especificación de la siguiente manera:

A11 RUEDAS OMNIDIRECCIONALES, CON UN SISTEMA DE FRENO DE COMANDO CENTRAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A11 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

A. HABILITACIÓN

Requisitos:

¿Contar con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos, según normativa vigente de la DIGEMID.

La CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO PARA UCI, es un bien que se encuentra catalogado por la DIGEMID como producto que no requiere de Registro Sanitario, por lo que solicitamos al comité de selección se sirva agregar que para el caso de los equipos que no requieran de Registro Sanitario se acreditará colocando una copia del Listado de PRODUCTOS QUE A LA FECHA NO ESTÁN SUJETOS A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO, emitido por la DIGEMID.

Quedando de la siguiente manera:

¿Contar con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos, según normativa vigente de la DIGEMID. Así mismo, para aquellos productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, se aceptará el Listado de PRODUCTOS QUE A LA FECHA NO ESTÁN SUJETOS A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO, publicado en la página web de DIGEMID.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Luego de haber revisado las especificaciones de las CAMAS CAMILLAS MULTIPROPÓSITO TIPO UCI observamos que la entidad solicita lo siguiente:
A08 CON PLATAFORMA RADIOTRASPARENTE A LOS RAYOS X.
Para dar mayor pluralidad de marcas y participación de postores, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, aceptar la siguiente ampliación de las características:
A08 CON PLATAFORMA RADIOTRASPARENTE A LOS RAYOS X (Mínimo tórax)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A08 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que debe ceñirse a las bases; ya que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD no hay cambios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases observamos que se está solicitando lo siguiente:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideran bienes similares a los siguientes EQUIPOS BIOMEDICOS DE CAMILLAS DE EMERGENCIA Y/O CAMILLAS UCI Y/O CAMILLAS EQUIPADAS MULTIPROPOSITO.
Solicitamos al comité de selección se sirva aclarar si se considerarán como bienes similares: EQUIPOS BIOMEDICOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que debe ceñirse a las bases; ya que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD no hay cambios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases observamos que se está solicitando lo siguiente:
C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
El personal Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico debe contar con 02 años de experiencia como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalación y puesta en marcha del equipo.
Notamos que no se está considerando dentro de las especialidades del personal clave profesional al Ingeniero Electrónico, carrera afín a las solicitadas y que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria en los equipos solicitados.
Por lo que solicitamos al comité de selección se sirva ampliar el requerimiento de la siguiente manera:
El personal Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico y/o Ingeniero Electrónico debe contar con 02 años de experiencia como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédicos del personal clave requerido como 01 profesional encargado de la instalación y puesta en marcha del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Observación N° 37

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases observamos que se está solicitando lo siguiente:
FACTORES DE EVALUACION
D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR
Observamos que existe una incongruencia en los puntajes asignados a los diferentes plazos de garantía comercial ofertados, por lo que solicitamos al comité especial se sirva aclarar este FACTOR DE EVALUACIÓN.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N°50

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases observamos que se está solicitando lo siguiente:
FACTORES DE EVALUACION
D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR
-Más de 49 MESES hasta 60 MESES: 03 puntos
Consideramos que no existe mayor proporcionalidad ni congruencia entre la necesidad de la garantía por tanto tiempo y la naturaleza de los equipos; obteniendo como único resultado el encarecimiento innecesario de los bienes a adquirir. En ese sentido, consideramos que se está afectando el Principio de Eficacia y Eficiencia que impone que, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Por lo descrito, solicitamos al comité de selección proceda a reducir el periodo de garantía en este factor de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion; ya que en aras de los principios de la contratación en cumplimiento de la finalidad de la presente adquisicion es que se procede a retirar el factor de evaluacion de Garantia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE RETIRA EL FACTOR DE EVALUACION DE GARANTIA, QUEDANDO 100 PUNTOS AL FACTOR DE EVALUACION DE PRECIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20607997587	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MDV GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:09:08

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Luego de haber revisado las especificaciones de las CAMAS CAMILLAS MULTIPROPÓSITO TIPO UCI observamos que la entidad solicita lo siguiente:
C01 220VISOHZ CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD.
Creemos que se trata de un error de digitación, por lo que solicitamos que el comité de selección modifique la especificación de la siguiente manera:
C01 220V / 60HZ CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, ceñirse a la absolución de la Consulta N° 02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20454256141	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MEGATECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:40:59

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

A01 Dimensiones aproximadas:
Ancho: 100 cm
Largo: 215 cm
Altura: 70-78 cm

A lo cual, solicitamos al comité, considerar

A01 Dimensiones aproximadas:
Ancho: 100 cm
Largo: 215 cm
Altura: 70-78 cm +/- 2 cm

Solicitamos al comité que agreguen las dimensiones de un equipo para permitir la participación de diversas marcas, lo cual aumentará la participación de postores y promoverá la diversidad marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20454256141	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MEGATECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:40:59

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

A03 BARANDAS LATERALES PLEGABLES

A lo cual, solicitamos al comité, considerar

A03 CON BARANDAS LATERALES PLEGABLES, CON MEDIDOR DE ANGULO EN AMBOS LADOS

Solicitamos al comité el medidor de ángulo proporcionan una manera fácil y precisa de asegurar la posición del paciente, lo cual aumentará la participación de postores y promoverá la diversidad marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 03 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que en aras de una mejora técnica el postor puede ofrecer CON BARANDAS LATERALES PLEGABLES, CON MEDIDOR DE ANGULO EN AMBOS LADOS los grados de inclinación en una cama pueden proporcionar una variedad de beneficios, desde mejorar la comodidad y facilitar la respiración hasta ayudar en la recuperación de ciertas condiciones médicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20454256141	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MEGATECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:40:59

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

A05 DEBE CONTAR CON ORIFICIO PARA LA COLOCACION DE PORTASUERO

A lo cual, solicitamos al comité, considerar

A05 DEBE CONTAR CON ORIFICIO PARA COLOCAR PORTASUEROS O ACCESORIOS EN LAS 4 ESQUINAS

Solicitamos al comité que agreguen, ya que según las dimensiones colocadas estarían direccionándose a una sola marca, lo cual tiene un distribuidor exclusivo. Para así tener una mayor concurrencia de postores y permitir la libre competencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 05 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en aras de una mejora técnica el postor puede ofertar la cama debe contar con orificios en las 4 esquinas, que esto facilita el suministro de medicamento a los pacientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20454256141	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	MEGATECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:40:59

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

A06 LA CABECERA Y PIECERA DEBE SER DESMONTABLE

solicitamos al comité

CABECERA Y PIECERA DEBE SER DESMONTABLE CON SEGURO PARA TRASLADO

Solicitamos al comité que agreguen, ya que según las dimensiones colocadas estarían direccionándose a una sola marca, lo cual tiene un distribuidor exclusivo. Para así tener una mayor concurrencia de postores y permitir la libre competencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 06 **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en aras de una mejora tecnica la cama puede ser con cabecera y piecera, y puede ser desmontable con seguro para traslado, ya que asi evita accidente y proporciona mayor seguridad al paciente y al personal de salud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	23:45:39

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

A07 CON LATERALES PARA LOS DISTINTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS. CON PEDAL MECÁNICO QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICIÓN PLANA.

solicitamos al comité

A07 CON CONTROLES PARA DISTINTOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTROLES INTEGRADOS A LAS BARANDAS CON FUNCIONES PRECONFIGURADAS PARA RAPIDA COLOCACION DEL PACIENTE MEDIANTE UN SOLO BOTON. EJEMPLO : RCP, SHOCK COMO MINIMO CON PEDAL MECANICO UBICADO EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA, QUE PERMITA LLEVAR LA CAMILLA A UNA POSICION PLANA. RESPALDO CON AUTO REGRESION.

Solicitamos al comité tomar en cuenta esta característica ya que permiten a los profesionales médicos realizar rápidamente una serie de acciones importantes con solo presionar un botón. Esto simplifica y agiliza el proceso de colocación y atención del paciente, lo que es crucial en situaciones de emergencia como la RCP (resucitación cardiopulmonar) o el uso de un desfibrilador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 07 **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la Observación N° 07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	23:45:39

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

A09 CON CINTURÓN DE SUJECIÓN

solicitamos al comité

A09 CON CINTURONES DE SUJECION Y PLATAFORMA DE 4 PLANOS COMO MINIMO

Solicitamos al comité ya que Los cinturones de sujeción aseguran al paciente en la camilla durante el transporte, evitando caídas accidentales que puedan provocar lesiones adicionales, garantizar la seguridad, la comodidad y la eficiencia tanto del paciente como del personal médico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 09 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en aras de una mejora técnica el postor puede oferta lo solicitado, ya que es beneficio de la atención del paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	23:45:39

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

A10 diámetro aproximado de 12,5 o mayor

solicitamos al comité

A10 RUEDAS DE DIAMETO DE 15CM COMO MINIMO

Solicitamos al comité ya que el uso de ruedas más grandes en una camilla médica proporciona una mejor estabilidad, maniobrabilidad, comodidad y durabilidad, lo que contribuye a que el trabajo diario sea más segura y eficiente

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse conforme a lo solicitado en las bases que se cuente como " ¿ diámetro aproximado de 12.5 o mayor.."; ya que conforme al articulo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD no hay cambios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	23:45:39

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

A11 ROMPANS O MENTIRECCIONALES, CON UN SISTEMA DE FRENO DE COMANDO CENTRAL

solicitamos al comité

A11 RUEDAS OMNIDIRECCIONALES CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO TIPO PEDAL CON 3 POSICIONES: BLOQUEO TOTAL, DIRECCIONAL Y LIBRE

Solicitamos al comité que pueda considerar el bloqueo centralizado tipo pedal ya que reduce el tiempo necesario para prepararla para su uso o para realizar cambios en su posición, adicionalmente el personal médico puede adaptar rápidamente la configuración de las ruedas según las necesidades específicas de cada situación, lo que minimiza el riesgo de accidentes o lesiones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse a la absolución de la Observación N° 40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	23:48:41

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 217,400.00 (Doscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 54,350.00 (Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes EQUIPOS BIOMEDICOS DE CAMILLAS DE EMERGENCIA Y/O CAMILLAS UCI Y/O CAMILLAS EQUIPADAS MULTIPROPOSITO.

solicitamos considerar:

Se consideran bienes similares a los siguientes EQUIPOS BIOMEDICOS DE CAMILLAS DE EMERGENCIA Y/O CAMILLAS UCI Y/O CAMILLAS EQUIPADAS MULTIPROPOSITO. Y MOBILIARIO CLÍNICO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: b Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA ceñirse conforme a lo solicitado en las bases; ya que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD no hay cambios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:52:46

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

A12 DEBE PODER DESLIZARSE VERTICALMENTE

solicitamos al comité

A12 CON MOVIMIENTOS VERTICALES ELECTRICOS A TRAVES DE CONTROL DE ENFERMERÍA Y CONTROL DE BARANDAS

1. Solicitamos al comité tomar en cuenta ya que permiten que la camilla sea ajustada con precisión a diferentes alturas según las necesidades del paciente y del personal médico. Esto facilita el acceso al paciente y la realización de procedimientos médicos con mayor comodidad y seguridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que la cama debe deslizarse verticalmente; sin embargo en aras de una mejora técnica el proveedor puede ofrecer con movimientos verticales eléctricos a través de control de enfermería y control de barandas para mayor comodidad del paciente y a este se le pueda facilitar las intervenciones medicas a realizarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:53:32

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

A14 POSICION DE SILLA CARDIACA

Solicitamos considerar:

A14 POSICION DE SILLA CARDIACA MINIMO DE 89°

Solicitamos al comité considerar ya que permite una mejor visualización del paciente, lo que facilita la observación continua de su estado y la detección temprana de cualquier cambio en su condición

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 14 **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en aras de una mejora tecnica, el postor puede ofrecer lo solicitado; ya que conforme al articulo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD no hay cambios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:07

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

A15 FOWLER DE 0 A 62° O MAS

Solicitamos considerar

A15 FOWLER DE 0 A 72° O MAS

Solicitamos al comité considerar ya que proporciona una serie de beneficios importantes que mejoran la respiración, previenen la aspiración, mejoran la circulación, facilitan la alimentación y la digestión, y mejoran la comodidad del paciente

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 15 **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que lo solicitado por el postor ya se encuentre dentro de lo requerido en las características técnicas y conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD no hay cambios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (incluye instalación y operatividad) PARA EL PROYECTO ¿ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI N°2483344

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:58:19

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

C03 batería recargable incorporada

Solicitamos

C03 BATERIAS RECARGABLES INCORPORADAS PARA UN MINIMO DE 100 MOVIMIENTOS

Solicitamos al comité considerar ya que Al no depender de cables de alimentación durante el uso, se reduce el riesgo de tropiezos y caídas, tanto para el personal médico como para el paciente. Esto crea un entorno más seguro en el que trabajar y proporciona una mayor tranquilidad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en aras de una mejora tecnica, el postor puede ofrecer BATERIAS RECARGABLES INCORPORADAS CON UN MINIMO DE 100 MOVIMIENTOS, la bateria en una cama puede mejorar la seguridad, la comodidad y la movilidad tanto para pacientes como para el personal de salud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null