

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20517698131

Fecha de envío : 06/09/2023

Nombre o Razón social : BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.

Hora de envío : 16:48:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las especificaciones solicitan un plazo de entrega de 60 días; sin embargo, haciendo la indagación con proveedores de equipos médicos indicamos que algunos proveedores como tienen plazo de entrega de 120 días, esto debido a la situación mundial de insumos y componentes que aún se sigue viviendo post covid-19 y conflictos internacionales.

Es por ello, que solicitamos ampliar el plazo a 120 días calendario, con la finalidad que se reciban ofertas validas y evitar que el proceso se declare desierto por falta de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9

Literal: -

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que que el plazo de entrega esta de acuerdo al estudio de mercado, su representada misma oferto un plazo de 60 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las especificaciones solicitan un plazo de entrega de 60 días; sin embargo, haciendo la indagación con proveedores de equipos médicos indicamos que algunos proveedores como tienen plazo de entrega de 120 días, esto debido a la situación mundial de insumos y componentes que aún se sigue viviendo post covid-19 y conflictos internacionales.

Es por ello, que solicitamos ampliar el plazo a 120 días calendario, con la finalidad que se reciban ofertas validas y evitar que el proceso se declare desierto por falta de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.7 **Literal:** - **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que que el plazo de entrega esta de acuerdo al estudio de mercado, su representada misma oferto un plazo de 60 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las especificaciones solicitan:

3.1.10 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD ENTREGABLES:

El postor presentará una declaración jurada en la que se compromete a entregar la tarjeta de propiedad y placa de rodaje y SOAT para un año, sin costo alguno, luego de la cancelación total de la unidad y la Entidad entregará los documentos necesarios para la inmatriculación de los bienes al postor ganador en un plazo máximo de 35 días calendarios.

Sin embargo, en el ITEM 3.1.7 PLAZO DE ENTREGA indica que el Segundo Entregable: Dentro de los Cuarenta y cinco (45) días calendario posterior a haberse efectuado el pago y entrega de los documentos completos por parte de la Entidad, el contratista deberá entregar: Tarjeta de Propiedad, Placas de rodaje y SOAT por un año de manera gratuita.

Por lo tanto, solicitamos al comité realizar la modificación respectiva, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

3.1.10 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD ENTREGABLES:

El postor presentará una declaración jurada en la que se compromete a entregar la tarjeta de propiedad y placa de rodaje y SOAT para un año, sin costo alguno, luego de la cancelación total de la unidad y la Entidad entregue los documentos necesarios para la inmatriculación de los bienes al postor ganador en un plazo máximo de 45 días calendarios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.10 Literal: - Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto la Observación del participante decide ACOGER la observacion, se corregirá los días del plazo de entrega de la tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT, dirá en texto y letras: cuarenta y cinco (45) días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.1.10. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD ENTREGABLES:

El postor presentará una declaración jurada en la que se compromete a entregar la tarjeta de propiedad y placa de rodaje y SOAT para un año, sin costo alguno, luego de la cancelación total de la unidad y la Entidad entregará los documentos necesarios para la inmatriculación de los bienes al postor ganador en un plazo máximo de 45 días calendarios.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las especificaciones se verifica que no han solicitado en REQUISITOS DE CALIFICACION lo siguiente:

COPIA DE AUTORIZACIÓN DE LA PLANTA PARA LA FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE, MONTAJE O MODIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMITIDO A NOMBRE DEL POSTOR, OTORGADO POR LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF) DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2021-PRODUCE.

Por lo cual solicitamos al comité evaluar este requerimiento para que se incluya en REQUISITOS DE CALIFICACION, debido a que es uno de los documentos indispensable que solicita la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos- SUNARP como parte del proceso de inmatriculación vehicular, asimismo garantiza que sus ambulancias puedan estar registradas y por ende contar con Tarjeta de Propiedad, Placa de Rodaje y SOAT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, en el cual solicita agregar documentos adicionales, el cual no se acepta ya que puede resultar restrictivo, ocasionando que no exista pluralidad de postores. Además, no se solicitó ni se observó en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las especificaciones solicitan un plazo de entrega de 60 días; sin embargo, haciendo la indagación con proveedores de equipos médicos indicamos que algunos proveedores como tienen plazo de entrega de 120 días, esto debido a la situación mundial de insumos y componentes que aún se sigue viviendo post covid-19 y conflictos internacionales.

Es por ello, que solicitamos ampliar el plazo a 120 días calendario, con la finalidad que se reciban ofertas validas y evitar que el proceso se declare desierto por falta de postores.

En caso de aceptar nuestra consulta solicitamos modificar el factor de evaluación ¿B. PLAZO DE ENTREGA¿, asimismo se observa errores en el rango de plazo por puntuación, por lo que se propone al comité considerar el plazo de 120 días y quedando de la siguiente manera:

Menor o igual a 89 días calendario :5 puntos
De 90 hasta 120 días calendario :3 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: - **Página: 50**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que existiendo diversos cuestionamientos al plazo de entrega y lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello, este comité decide suprimir el requisito N° B de los factores de evaluación, los puntos se adicionará al requisito A) Precio. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

A. PRECIO = 69 PUNTOS (MÁXIMO)

F. GARANTÍA COMERCIAL = 10 PUNTOS (MÁXIMO)

G. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS = 10 PUNTOS (MÁXIMO)

H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL = 5 PUNTOS (MÁXIMO)

I. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.=6 PUNTOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan:
I.MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
M1.- POTENCIA DEL MOTOR (HP):
Mayor a 160 HP
Mayor a 125 HP hasta 160 HP
Mejora 1 :
[3.0] puntos
[1.0] puntos

M2.- TORQUE (NM):
Mayor a 355 NM
Mayor a 300 NM hasta 355 NM
Mejora 2 :
[3.0] puntos
[1.0] puntos

Se observa el requerimiento por cuanto el mismo se convierte en un elemento restrictivo, debido a que están direccionando a una marca en especifica, por lo cual sin perjuicio de la aplicación a los principios de Libertad de concurrencia e igualdad de trato; se solicita al comité evitar exigencias y que todos los proveedores dispongamos de las mismas oportunidades para formular nuestras ofertas.

Quedando las mejoras de las especificaciones técnicas de la siguiente manera:

I.MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

M1.- POTENCIA DEL MOTOR (HP):
Mayor a 129 HP
Mayor a 125 HP hasta 129 HP

Mejora 1:
[3.0] puntos
[1.0] puntos

M2.- TORQUE (NM):
Mayor a 320 NM
Mayor a 300 NM hasta 320 NM

Mejora 2:
[3.0] puntos
[1.0] puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: - Página: 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a los factores de evaluación, y como area usuaria se decide NO ACOGER la observación, debido a que existe pluralidad de marcas que cumplen con estas mejoras .es por esta razón que el comité de selección ha definido de forma objetiva incluir en la evaluación determinadas mejoras a las especificaciones técnicas las cuales tengan incidencia directa en una mejor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Específico	I	-	52
------------	---	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

performance de la unidad vehicular a adquirir en beneficio de la Entidad, de conformidad con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, el cual establece que constituye una mejora todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases en el punto: ADELANTO, indica que la entidad no otorgará adelantos.

De acuerdo al artículo 38 de la a ley de contrataciones la entidad puede realizar un adelanto del 30% con la finalidad de otorgar financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato.

Para que exista una mayor pluralidad de postores consultamos si la entidad puede brindar un adelanto del 30%.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.14 **Literal:** - **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección habiendo revisado la observación del participante decide NO ACOGER la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA ENTIDAD NO OTORGARA NINGUN TIPO DE ADELANTOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, a efecto de lograr una mayor participación de postores y marcas de vehículo a fin de evitar algún tipo de direccionamiento, ¿Aceptarían que el sistema de dirección sea asistencia electro-hidráulica variable o hidráulica servo asistida o de acuerdo con el fabricante?, quedando de la siguiente manera:

A08 SISTEMA DE DIRECCIÓN: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA, Y/O ASISTENCIA HIDRÁULICA Y/O ELECTRICA O ASISTENCIA ELECTRO-HIDRÁULICA VARIABLE O HIDRÁULICA SERVO ASISTIDA O DE ACUERDO CON EL FABRICANTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A08 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se amplia las opciones del sistema de dirección del vehículo. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08 SISTEMA DE DIRECCIÓN: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA, Y/O ASISTENCIA HIDRÁULICA Y/O ELÉCTRICA O ASISTENCIA ELECTRO-HIDRÁULICA VARIABLE O HIDRÁULICA SERVO ASISTIDA O DE ACUERDO CON EL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, Para mayor pluralidad de postores y marcas de vehículo a fin de evitar algún tipo de direccionamiento ¿Aceptarían que los Frenos delanteros sean disco ventilados o de acuerdo con cada fabricante y los Frenos Posteriores sean discos sólidos o de acuerdo con cada fabricante?, quedando de la siguiente manera:

A11 SISTEMA DE FRENOS: SERVO ASISITIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE O DE ACUERDO A FABRICANTE DEL TIPO HIDRÁULICO,
FRENOS DELANTEROS: DISCOS O DISCOS VENTILADOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

FRENOS POSTERIORES: DISCO O TAMBOR O DISCOS SÓLIDOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.
(¿)

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: A Literal: A11 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se acepta la consulta, se amplía las opciones del sistema de frenos del vehiculo. Esto se reflejará en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11 SISTEMA DE FRENOS: SERVO ASISITIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE O DE ACUERDO A FABRICANTE DEL TIPO HIDRÁULICO,

FRENOS DELANTEROS: DISCOS O DISCOS VENTILADOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

FRENOS POSTERIORES: DISCO O TAMBOR O DISCOS SÓLIDOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, Para mayor pluralidad de postores y marcas de vehículo a fin de evitar algún tipo de direccionamiento, ¿Aceptarían que la suspensión delantera sea PSEUDO MACPHERSON CON BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y BARRA ESTABILIZADORA o de acuerdo con cada fabricante y que la suspensión posterior sea BARRA ANTI- TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRAULICOS DOBLE EFECTO, TELESCOPICOS INCLINADOS o de acuerdo con cada fabricante?, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

A12 SISTEMA DE SUSPENSION:

SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O PSEUDO MACPHERSON CON BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

SUSPENSION POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI- TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRAULICOS DOBLE EFECTO, TELESCOPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS O DE ACUERDO A FABRICANTE.

AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS O DE ACUERDO A FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A12 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se acepta la consulta, se amplia las opciones del sistema de suspensión del vehículo. Esto se reflejará en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12 SISTEMA DE SUSPENSION:

SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O PSEUDO MACPHERSON CON BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

SUSPENSION POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI- TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRAULICOS DOBLE EFECTO, TELESCOPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS O DE ACUERDO A FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, Para mayor pluralidad de postores y marcas de vehículo a fin de evitar algún tipo de direccionamiento, ¿Aceptarían que los asientos sean ASIENTOS: MINIMO 02, TIPO BUTACA CON ESPALDAR PARA CONDUCTOR Y TIPO BANQUETA PARA COPILOTO Y OPCIONALMENTE UN ACOMPAÑANTE O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE, ERGONOMICOS ORIGINAL DE FÁBRICA?, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

B02. ASIENTOS: MINIMO 02, TIPO BUTACA CON ESPALDAR PARA CONDUCTOR Y TIPO BANQUETA PARA COPILOTO Y OPCIONALMENTE UN ACOMPAÑANTE O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE, ERGONOMICOS ORIGINAL DE FÁBRICA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B02 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, para brindar mayor participacion de postores, se amplia la descripción de los asientos de la cabina de conducción. Esto se reflejará en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02. ASIENTOS: MINIMO 02, TIPO BUTACA CON ESPALDAR PARA CONDUCTOR Y TIPO BANQUETA PARA COPILOTO Y OPCIONALMENTE UN ACOMPAÑANTE O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE, ERGONOMICOS ORIGINAL DE FÁBRICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan asiento del conductor con ajustes de posición múltiples, a efecto de lograr mayor participación de postores y marcas de vehículo, ¿Aceptarían que el asiento del conductor sea regulable en altura con ajuste lumbar y apoyabrazos regulable o de acuerdo con el fabricante?, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

B15. ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTES DE POSICIÓN MÚLTIPLES O ASIENTO DEL CONDUCTOR SEA REGULABLE EN ALTURA CON AJUSTE LUMBAR Y APOYABRAZOS REGULABLE O DE ACUERDO CON EL FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B15 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, para brindar mayor participacion de postores, se amplia la descripción de los asiento del conductor. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B15. ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTES DE POSICIÓN MÚLTIPLES O ASIENTO DEL CONDUCTOR SEA REGULABLE EN ALTURA CON AJUSTE LUMBAR Y APOYABRAZOS REGULABLE O DE ACUERDO CON EL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan SEGUNDA BATERÍA CON SWITCH DE CORTE, a efecto de lograr mayor participación de postores y evitar algún tipo de direccionamiento, ¿Aceptarían que sea Botón máster para activar la batería auxiliar?, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

B23 SEGUNDA BATERÍA CON SWITCH DE CORTE O BOTÓN MÁSTER PARA ACTIVAR BATERÍA AUXILIAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B23 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta del participante, la segunda batería con switch de corte o boton master para ser activada. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B23 SEGUNDA BATERÍA CON SWITCH DE CORTE O BOTÓN MÁSTER PARA ACTIVAR BATERÍA AUXILIAR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, a efecto de lograr una mayor participación de postores y marcas de vehículo, ¿Aceptarían que la dirección sea de acuerdo con cada fabricante?, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

B29 DIRECCION ASISTIDA O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B29 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, para brindar mayor participacion de postores, se amplia la descripcion de la direccion del vehiculo. Esto se reflejará en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B29 DIRECCION ASISTIDA O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las especificaciones técnicas solicitan:

B36 CAMILLA INSTALADA Y ANCLADA SOBRE EL PISO DEL VEHICULO EN EL ESPACIO LIBRE AL LADO DEL MUEBLE DE GAVETAS. CON DOBLE SISTEMA DE FIJACIÓN: UNO DIRECTAMENTE AL PISO Y OTRO VERTICAL DE TOMA LATERAL A LA CAMILLA; SU DESPLAZAMIENTO DEBERÁ SER LINEAL Y DIRECTO SIN OBSTÁCULOS NI SISTEMA DE RIELES. ESPACIO LIBRE NO MENOR DE 0.30 M. ENTRE LA CAMILLA Y EL LUGAR DONDE SE SIENTAS EL PERSONAL ASISTENCIAL.

A efecto de lograr mayor participación de postores, ¿Aceptarían que la camilla sea con fijación central o de acuerdo con cada fabricante?, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

B36 CAMILLA INSTALADA Y ANCLADA SOBRE EL PISO DEL VEHICULO EN EL ESPACIO LIBRE AL LADO DEL MUEBLE DE GAVETAS. CON DOBLE SISTEMA DE FIJACIÓN: UNO DIRECTAMENTE AL PISO Y OTRO VERTICAL DE TOMA LATERAL A LA CAMILLA O CON FIJACION CENTRAL O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE; SU DESPLAZAMIENTO DEBERÁ SER LINEAL Y DIRECTO SIN OBSTÁCULOS NI SISTEMA DE RIELES. ESPACIO LIBRE NO MENOR DE 0.30 M. ENTRE LA CAMILLA Y EL LUGAR DONDE SE SIENTAS EL PERSONAL ASISTENCIAL.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B36 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, respecto a la instalación de la camilla en la cabina médica. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B36 CAMILLA INSTALADA Y ANCLADA SOBRE EL PISO DEL VEHICULO EN EL ESPACIO LIBRE AL LADO DEL MUEBLE DE GAVETAS. CON DOBLE SISTEMA DE FIJACIÓN: UNO DIRECTAMENTE AL PISO Y OTRO VERTICAL DE TOMA LATERAL A LA CAMILLA O CON FIJACION CENTRAL O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE; SU DESPLAZAMIENTO DEBERÁ SER LINEAL Y DIRECTO SIN OBSTÁCULOS NI SISTEMA DE RIELES. ESPACIO LIBRE NO MENOR DE 0.30 M. ENTRE LA CAMILLA Y EL LUGAR DONDE SE SIENTAS EL PERSONAL ASISTENCIAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan:

DEBE REALIZAR UNA PRUEBA ELÉCTRICA DE LOS SISTEMAS DE 12 VOLTIOS DC, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 005 2014.

Mencionamos al comité que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, se adjunta el link para su verificación: https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades médicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006

Por lo cual solicitamos: suprimir Y/O solicitarlo de la siguiente manera: UNA PRUEBA ELÉCTRICA DE LOS SISTEMAS DE 12 VOLTIOS DC, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 005 2014 Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO.

Quedando las bases integradas de la siguiente manera:

(¿)
PRUEBA ELÉCTRICA DE LOS SISTEMAS DE 12 VOLTIOS DC, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 005 2014 Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE DE AMBULANCIAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO JUNTO CON LA ENTREGA DE LAS UNIDADES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B **Literal:** B38 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 005-2014 y las pruebas de funcionamiento del sistema eléctrico se realizará a la entrega del bien. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B38. SISTEMA ELECTRICO: TOTALMENTE INDEPENDIENTE DEL VEHÍCULO BASE CON BATERÍA DEDICADA CONECTADA AL SISTEMA DE CARGA DE LA UNIDAD MÓVIL. TABLERO DE FUSIBLES DE FÁCIL ACCESO, CADA CIRCUITO DEBE SER INDEPENDIENTE, TENER SU PROPIA PROTECCIÓN Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12V DC, CANALIZADO PROTEGIDO Y CON AISLAMIENTO ELECTRICO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA Y RESISTENTE A LA IGNICIÓN Y LIBRE DE HALÓGENOS, UN CONVERTIDOR DE 12 VDC/220VAC POTENCIA 800 WATTSA MÍNIMO. TOMACORRIENTES DE 12VDC ((04) UNIDADES VAC Y 04 UNIDADES VDC) PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS. LOS TOMACORRIENTES DE DIFERENTES TENSIONES NO DEBEN SER INTERCAMBIABLES UNA TOMA ELECTRICA EXTERNA Y UN TOMACORRIENTE CON LA CONEXIÓN EXTERNA QUE PERMITA LA CARGA DE LOS EQUIPOS Y DEL CONVERTIDOR DESDE UNA FUENTE DOMICILIARIA CON TOMA A TIERRA (220VAC). LA INSTALACIÓN ELECTRICA NO DEBE COMPARTIR ESPACIOS CON LA DE GASES NI ATRAVESAR SUS CONDUCTORS, SEGÚN NORMAS, CABLE VULCANIZADO DE 30 METROS CON SUS CONECTORES AD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan:

SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DE CLIMATIZACION SEGÚN EL ESTANDAR AMD 012 2014.

Mencionamos al comité que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, se adjunta el link para su verificación: https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades médicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006

Por lo cual solicitamos: suprimir Y/O solicitarlo de la siguiente manera: PRUEBAS DE CLIMATIZACION, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 012 2014 Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO.

Quedando las bases integradas de la siguiente manera:

(¿)

PRUEBAS DE CLIMATIZACIÓN, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 012 2014 Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE DE AMBULANCIAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO JUNTO CON LA ENTREGA DE LAS UNIDADES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B39 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 012 2014" y las pruebas de funcionamiento se realizará a la entrega del bien. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN, ADECUADO PARA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA QUE INCLUYA UN SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE CON FILTRO, CON EXTRACTOR DE AIRE, CERCANA A LA CABECERA DE PACIENTE. SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DE CLIMATIZACIÓN A LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA. ADJUNTAR CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS DEL AIRE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN POR EL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan:
SE DEBE REALIZAR PRUEBA DEL SISTEMA DE OXÍGENO DE LA AMBULANCIA, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 003 2014.

Mencionamos al comité que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, se adjunta el link para su verificación: https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx , ya que el tipo de unidades médicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006

Por lo cual solicitamos: suprimir Y/O solicitarlo de la siguiente manera: PRUEBA DEL SISTEMA DE OXÍGENO DE LA AMBULANCIA, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 003 2014. Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO.

Quedando las bases integradas de la siguiente manera:

(¿)
PRUEBA DEL SISTEMA DE OXÍGENO DE LA AMBULANCIA, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 003 2014 Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE DE AMBULANCIAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO JUNTO CON LA ENTREGA DE LAS UNIDADES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B43 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 003 2014." y las pruebas de funcionamiento se realizará a la entrega del bien. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL: DOS (02) TOMAS EMPOTRADAS MÍNIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA, CON UN COMPARTIMIENTO ADAPTADO, CON PUERTA PLEGABLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA ALOJAR UNA (01) BOTELLA DE OXIGENO DE 4.0 M3 APROX. CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICIONAL (MAIFOLD, REGULADOR, FLUXOMETRO, VÁLVULAS, CONECTORES Y MANGUERAS) DEBIDAMENTE NORMALIZADOS. INCLUYE BOTELLA DE OXÍGENO, TODOS LOS CONDUCTOS PARA INSTALACIONES DE GASES DEBE SER VENTILADOS Y ACCESIBLES. LA INSTALACION DE GASES NO DEBE SER COMPARTIDA CON LA ELÉCTRICA. LAS TOMAS NO DEBEN ESTAR A MENOS DE 30 CM DEL TOMA CORRIENTE, SE DEBE REALIZAR UNA PRUEBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA AMBULANCIA A LA ENTREGA DE LA MISMA. ADJUNTAR CERTIFICADO DEL SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL. POR EL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan:

SISTEMA DE OXIGENO MEDICIONAL: DOS (02) TOMAS EMPOTRADAS MINIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA (VER FOTO N° 1), CON UN COMPARTIMIENTO ADAPTADO, CON PUERTA PLEGABLE, CON SISTEMA DE FIJACION, PARA ALOJAR UNA (01) BOTELLA DE OXIGENO DE 4.0 M3 APROX (VER FOTO N° 2) CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICINAL (¿)

A fin de evitar confusiones, Solicitamos al comité suprimir los textos ¿(VER FOTO N° 1)¿ y ¿(VER FOTO N° 2)¿ debido a que dichas imágenes no se han adjuntado en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** B **Literal:** B43 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección ACOGE la observación del participante, se suprimirá el texto "ver foto N° 1" y "ver foto N° 2", para evitar con ello confusiones a los participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EMPOTRADAS MÍNIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA, CON UN COMPARTIMIENTO ADAPTADO, CON PUERTA PLEGABLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA ALOJAR UNA (01) BOTELLA DE OXIGENO DE 4.0 M3 APROX. CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICIONAL (MAIFOLD, REGULADOR, FLUXOMETRO, VÁLVULAS, CONECTORES Y MANGUERAS) DEBIDAMENTE NORMALIZADOS. INCLUYE BOTELLA DE OXÍGENO, TODOS LOS CONDUCTOS PARA INSTALACIONES DE GASES DEBE SER VENTILADOS Y ACCESIBLES. LA INSTALACION DE GASES NO DEBE SER COMPARTIDA CON LA ELÉCTRICA. LAS TOMAS NO DEBEN ESTAR A MENOS DE 30 CM DEL TOMA CORRIENTE, SE DEBE REALIZAR UNA PRUEBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA AMBULANCIA A LA ENTREGA DE LA MISMA. ADJUNTAR CERTIFICADO DEL SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL. POR EL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan:

SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 016 2014.

Mencionamos al comité que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, se adjunta el link para su verificación: https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx , ya que el tipo de unidades médicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006

Por lo cual solicitamos: suprimir Y/O solicitarlo de la siguiente manera: PRUEBAS DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 016 2014. Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO.

Quedando las bases integradas de la siguiente manera:

(¿)

PRUEBAS DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 016 2014 Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE DE AMBULANCIAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO JUNTO CON LA ENTREGA DE LAS UNIDADES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B45 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto a su consulta del participante, se indica que lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 016-2014, las pruebas de funcionamiento del se realizará a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ILUMINACIÓN INTERIOR LUZ BLANCA, PREFERENTE TIPO LED, INDEPENDIENTE, MÍNIMO CUATRO (04) LÁMPARAS, INTENSIDAD VARIABLE, INTERRUPCION INDIVIDUAL, PROMEDIO SUPERIOR DE ILUMINACIÓN 500 LUX, UNA (01) LÁMPARA DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, AL MOMENTO DE ABRIR CUALQUIERA DE LAS PUERTAS DE LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA. SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN A LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan:

SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DE RUIDO DE ACUERDO AL ESTANDAR AMD 0060 2014.

Mencionamos al comité que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, se adjunta el link para su verificación: https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades médicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006

Por lo cual solicitamos: suprimir Y/O solicitarlo de la siguiente manera: PRUEBAS DE RUIDO DE ACUERDO AL ESTANDAR AMD 0060 2014 Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO.

Quedando las bases integradas de la siguiente manera:

(¿)

PRUEBAS DE RUIDO, SEGÚN EL ESTANDAR AMD 006 2014 Y/O ACREDITADO POR EL FABRICANTE DE AMBULANCIAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO JUNTO CON LA ENTREGA DE LAS UNIDADES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B48 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR 0060 2014." y las pruebas de funcionamiento se realizará a la entrega del bien. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RUIDO INTERNO HASTA UN MÁXIMO DE 80 DECIBELES EN CABINA DE ATENCIÓN EN TODO MOBILIARIO INCORPORADO A LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA (RM N° 830-2012/MINSA). SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DE RUIDO EN LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA. ADJUNTAR CERTIFICADO DE LA PRUEBAS DE MEDICIÓN DE DECIBELES. POR EL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan:
UN (01) GABINETE EMPOTRADO Y SUJETO AL INTERIOR DEL VEHICULO, COLOCADO DE EXTREMO A EXTREMO EN LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD CON ESTANTERÍA EN MATERIAL SINTÉTICO, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, RIGIDO, IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, NO MAYOR A 0.30 M. DE ANCHO PARA GUARDAR ORDENADAMENTE EQUIPOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS. CON PUERTAS TRANSPARENTES, RESISTENTE A LOS GOLPES. (VER FOTOS N°3)

A fin de evitar confusiones, Solicitamos al comité suprimir los textos ¿(VER FOTOS N° 3)¿, debido a que dichas imágenes no se han adjuntado en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** B **Literal:** B49 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección ACOGE la observación del participante, se suprimirá el texto "ver foto N° 3" para evitar con ello confusiones a los participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UN (01) UN GABINETE EMPOTRADO Y SUJETO AL INTERIOR DEL VEHÍCULO, COLOCADO DE EXTREMO A EXTREMO EN LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD CON ESTANTERÍA EN MATERIAL SINTÉTICO, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, RÍGIDO, IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, NO MENOR A 0.30 M. DE ANCHO, PARA GUARDAR ORDENADAMENTE EQUIPOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS, CON PUERTAS TRANSPARENTES RESISTENTE A LOS GOLPES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan UNA (01) BARRA DE LUCES DE TECHO TIPO BANDERA DE CUATRO ELEMENTOS, DE LUZ ESTROBOSCOPICA CON LEDS Y ALTAVOZ PARA INTERPERIE MENOR A 100 WATTS.

Consultamos si el altavoz es separado de la barra de luces lo cual mejora el peso del barral de luces y la aerodinámica de la ambulancia; además que permite al fabricante colocar el altavoz en la mejor ubicación para un mejor sonido; ¿Aceptarían que el altavoz para interperie sea como mínimo 100 watss o de acuerdo con cada fabricante?, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

D01 UNA (01) BARRA DE LUCES DE TECHO TIPO BANDERA DE CUATRO ELEMENTOS, DE LUZ ESTROBOSCOPICA CON LEDS.

ALTAVOZ PARA INTERPERIE MINIMO 100 WATTS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE EL CUAL ES SEPARADO Y NO ESTARA INTEGRADO O EN CONJUNTO A LA BARRA DE LUCES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D Literal: D01 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el altavoz para interperie puede estar integrado o separado o conjunto a la barra de luces. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UNA (01) BARRA DE LUCES DE TECHO TIPO BANDERA DE CUATRO ELEMENTOS, DE LUZ ESTROBOSCOPIA CON LED.

ALTAVOZ PARA INTERPERIE MENOR A 100 WATTS EL CUAL PUEDE SER INTEGRADO O SEPARADO O EN CONJUNTO A LA BARRA DE LUCES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan: DOS (02) DISPOSITIVOS DE LUCES PERIMETRALES ESTROBOSCOPICAS.

Para mayor pluralidad de postores y mejora tecnológica ¿Aceptarían que los dispositivos de luces perimetrales estroboscópicas sean tipo LED?, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

D05. DOS (02) DISPOSITIVOS DE LUCES PERIMETRALES ESTROBOSCOPICAS TIPO LED.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** D **Literal:** D05 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, las luces perimetrales estroboscopicas tipo led o según el fabricante. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D05 DOS (02) DISPOSITIVOS DE LUCES PERIMETRALES ESTROBOSCOPICAS TIPO LED O SEGÚN FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases, solicitan:
CINTAS REFLECTIVAS CON LA PALABRA EMERGENCIA, SEGÚN NTS 051.

Por ello, solicitamos al comité revisar y evaluar este punto debido a que según la NTS 051 -MINSA/OGDN-V.01 no menciona la palabra ¿EMERGENCIA¿ sino hace referencia a la palabra ¿AMBULANCIA¿, quedando las bases integradas de la siguiente manera:

D09 CINTAS REFLECTIVAS CON LA PALABRA AMBULANCIA, SEGÚN NTS 051.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** D **Literal:** D09 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas, por lo que este comité decide ACOGER la observación y se corregirá las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D09 CINTAS REFLECTIVAS CON LA PALABRA AMBULANCIA, SEGÚN NTS 051.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

CILINDRO DE OXIGENO TIPO M

Habiendo revisado las especificaciones técnicas del cilindro de oxígeno tipo M, solicitan mascarillas tamaño infante, sin embargo, localmente tan solo se comercializa hasta el tamaño neonato. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarian también el tamaño neonatal? Quedando en las bases:

D04 Diez (10) mascarillas con elástico y tubos de conexión para paciente infante o neonatal libre de latex.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D Literal: D04 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se aceptará que las mascarillas con elastico sean infante o neonatales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D04. DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE O NEONATAL LIBRE DE LATEX.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

ESTETOSCOPIO ADULTO

Habiendo revisado las especificaciones técnicas estetoscopio adulto, en el punto B03 solicitan campana y diafragma para pacientes pediátricos, sin embargo se solicita un estetoscopio adulto. A fin de evitar errores al momento de presentación de la oferta, ¿Aceptarían suprimir la palabra pediátrico y colocar adulto? Quedando en las bases:

B03 Campana y diafragma para pacientes adulto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B03 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se corregirá el texto eliminando la palabra pediátrico y colocando adulto. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03. CAMPANA Y DIAFRAGMA PARA PACIENTES ADULTOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES

Habiendo revisado las especificaciones técnicas del aspirador de secreciones solicitan un rango de 80 a 500 mmhg, sin embargo, el rango de vacío normal de succión los aspiradores de secreciones son de 188 mmhg a 600 mmHg, ya que lo fluidos por su viscosidad no pueden ser succionados con valores bajos de esto. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarían una presión regulable de 188 a 600 mmg o rango mas amplio? Quedando en las bases:

B02 Con regulador de presión negativa regulable de 188 a 600 mmhg o rango mas amplio

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B **Literal:** B02 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, que se deberá cumplir con las especificaciones técnicas de rango de 80 a 500mmHg o superior a esta .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02 Con regulador de presión negativa regulable de 80 a 500 mmhg o superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES

Habiendo revisado las especificaciones técnicas del aspirador de secreciones solicitan la instalación en el vehiculo mediante un soporte mural. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarían también un soporte base? Quedando en las bases:

B08 La instalación en el vehículo, mediante un soporte mural o soporte base, debe permitir su uso durante el transporte.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B08 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, permitiendo que el soporte del equipo pueda ser mural o base. Las mismas se reflejarán en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08. LA INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO, MEDIANTE UN SOPORTE MURAL O SOPORTE BASE, DEBE PERMITIR SU USO DURANTE EL TRANSPORTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES

Habiendo revisado las especificaciones técnicas del aspirador de secreciones solicitan un soporte mural para el equipo. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarían también un soporte base? Quedando en las bases:

D01 Soporte mural o soporte base para el equipo capaz de soportar aceleraciones y vibraciones, con sistema de liberación rápida.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** D **Literal:** D01 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, permitiendo que el soporte del equipo pueda ser mural o base. Las mismas se reflejarán en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D01. SOPORTE MURAL O BASE PARA EL EQUIPO CAPAZ DE SOPORTAR ACELERACIONES Y VIBRACIONES, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

CAMILLA TELESCOPICA

Habiendo revisado las especificaciones técnicas de la camilla telescópica, solicitan un peso maximo de 40kg, sin embargo las camillas pueden llegar a tener un peso de 50kg incluyendo las configuraciones solicitadas. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarian un peso máximo de 50kg? Quedando en las bases

B02 Peso máximo 50 Kg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B02 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el peso de la camilla será máximo 50 kg. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02. PESO MÁXIMO 50 KG.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

CAMILLA TELESCOPICA

Habiendo revisado las especificaciones técnicas de la camilla telescópica, solicitan que sea de aluminio, pero en el mercado existen camillas de otros materiales con igual resistencia y durabilidad como el acero inoxidable. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarian que también sea de acero inoxidable? Quedando en las bases:

B08 Construido de aluminio y/o acero inoxidable

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B **Literal:** B08 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el material de camilla telescópica podrá ser de aluminio o acero inoxidable. Se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08. CONSTRUIDO DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

CAMILLA TELESCOPICA

Habiendo revisado las especificaciones técnicas de la camilla telescópica, solicitan que sea ajustable en altura multinivel. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarían mínimo dos alturas? Quedando en las bases

B09 Ajustable en altura multinivel (mínimo dos alturas)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** B **Literal:** B09 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, los niveles de altura serán como mínimo dos alturas, la misma se reflejara en las bases integradas de la siguiente manera.

Ajustable en altura multinivel (mínimo dos alturas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B09. Ajustable en altura multinivel (mínimo dos alturas)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

CAMILLA TELESCOPICA

Habiendo revisado las especificaciones técnicas de la camilla telescópica, solicitan gancho de seguridad para descenso de camilla, sin embargo, este accesorio tan solo es aplicable para las camillas en X debido a que su diseño debe contar con este sistema para evitar accidentes durante la fase de descarga tal y como lo demuestras los estudios internacionales (https://www.researchgate.net/publication/26239542_Ambulance_Stretcher_Adverse_Events). En cambio, las camillas en M debido a que las patas caen de forma automática para reducir el esfuerzo del operador y para evitar una caída durante la fase de descarga no necesitarían un gancho de seguridad. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarian que el gancho de seguridad para descenso de camilla sea opcional? Quedando en las bases:

D02 Opcionalmente con gancho de seguridad para descenso de camilla

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** C **Literal:** D02 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el gancho de seguridad es de vital importancia para la maniobra de la camilla por ello se aceptara otro dispositivo de seguridad. En las bases integradas se plasmara lo siguiente:

GANCHO DE SEGURIDAD PARA DESCENSO DE CAMILLA U OTRO DISPOSITIVO DE SUJECION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D02. GANCHO DE SEGURIDAD PARA DESCENSO DE CAMILLA U OTRO DISPOSITIVO DE SUJECION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

CAMILLA TELESCOPICA

Habiendo revisado las especificaciones técnicas de la camilla telescópica, en el punto D01 solicitan sistema de fijación al vehiculo con gancho lateral y tope frontal (según NTS N°051-MINSA/OGDN-V01) sin embargo, existen camillas que ofrecen sistema de fijación mediante sistema de fijación central o su propio sistema de fijación al vehiculo. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarían también sistema de fijación central o de acuerdo a cada fabricante? Quedando en las bases:

D01 sistema de fijación al vehiculo con gancho lateral y tope frontal (según NTS N°051-MINSA/OGDN-V01) o sistema de fijación central o de acuerdo a cada fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: D Literal: D01 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el sistema de fijación de la camilla podrá ser con gancho lateral y tope frontal o sistema de fijación central o su propio sistema de fijación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D01 SISTEMA DE FIJACIÓN AL VEHÍCULO CON GANCHO LATERAL Y TOPE FRONTAL (SEGÚN NTS N°051-MINSA/OGDN-V01) O SISTEMA DE FIJACIÓN CENTRAL O SU PROPIO SISTEMA DE FIJACIÓN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

MALETIN CON SOPORTE BASICO DE VIDA

Habiendo revisado las especificaciones del maletín con soporte básico de vida, solicitan en el punto C10 guías reusables, pero en el mercado local tan solo se comercializa guías desechables. Para mayor pluralidad de postores ¿Aceptarían también 5 guías desechables? Quedando en las bases:

C10 SET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (OROTRAQUEAL CON CUFF)

¿ Doce (12) para pacientes pediátricos y adultos, de diferentes tamaños nª2.5, nª3, nª4, nª5, nª6, nª7, nª8 y nª9 con dos (02) guías reusables o cinco (05) guías desechables

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C10 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se modificará y especificará los números de los túbos endotraqueales para paciente adulto y pediátrico, y se aceptarán que los guías sean descartables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C10 SET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES

SIETE (07) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, DE DIFERENTES TAMAÑOS N°2.5, N°3 ,N°3.5 ,N°4 ,N°4.5 ,N°5 ,N°5.5.

CON SEIS (6) GUÍAS REUSABLES O DESCARTABLES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

MALETIN CON SOPORTE BASICO DE VIDA

Habiendo revisado las especificaciones del maletín con soporte básico de vida, solicitan en el punto C11 tubos nasotraqueal sin CUFF hasta la medida nº9, pero en el mercado local tan solo se comercializa hasta la medida nº8.5. Para mayor pluralidad de postores ¿Aceptarán como mínimo hasta la medida nº8.5? Quedando en las bases:

C11 SET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (NASOTRAQUEAL SIN CUFF)

¿ Doce (12) para pacientes pediátricos y adultos, de diferentes tamaños nº2.5, nº3, nº4, nº5, nº6, nº7, nº8 y nº8.5 como mínimo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C11 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se modificará y especificará los números de los túbos endotraqueales para paciente adulto y pediátrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C11 SET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES

SIETE (07) PARA PACIENTES ADULTOS, DE DIFERENTES TAMAÑOS N°6 ,N°6.5 ,N°7 ,N°7.5 ,N°8 ,(N°8.5 o N°9)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

TABLA DE ESPINAL RIGIDA

Habiendo revisado las especificaciones de la tabla espinal rigida solicitan que sea de poliuretano, sin embargo existen tables de material de igual resistencia y durabilidad como el polietileno. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarian también que sea de polietileno? Quedando en las bases

B01 Material de poliuretano y/o polietileno de alta densidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B01 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara a consulta del participante, el material de la tabla rígida podrá ser poliuretano y/o polietileno de alta densidad. Se reflejará en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01. MATERIAL DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

SET OTO-OFTALMOSCOPIO

Habiendo revisado las especificaciones del set oto oftalmoscopio, en el punto C05 solicitan dos lámparas de repuesto: uno para el oftalmoscopio y uno para el retinoscopio, sin embargo en las especificaciones se solicita un otoscopio. A fin de evitar errores al momento de la presentación de la oferta ¿aceptarían suprimir la palabra retinoscopio y colocar otoscopio? Quedando en las bases

C05 Dos (02) lámparas de repuesto: uno (01) para el oftalmoscopio y uno (01) para el otoscopio

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C **Literal:** C05 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, para evitar confusiones se corrige la especificación de retinoscopio a otoscopio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C05 DOS (02) LÁMPARAS DE REPUESTO: UNO (01) PARA EL OFTALMOSCOPIO Y UNO (01) PARA EL OTOSCOPIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:
OXIMETRO DE PULSO

Habiendo revisado las especificaciones del oxímetro de pulso, solicitan sistema de alimentación de 12VDC, sin embargo, la mayoría de los oxímetros no cuentan con el sistema de alimentación solicitada, por lo que se utiliza un transformados 12VDC/220VAC. Para mayor pluralidad de postores ¿Aceptarían que incluya transformador? Quedando en las bases:

E13 Sistema de alimentación de 12VDC con conexión a la toma DC de la ambulancia (sistema conexión directa del equipo a la toma de corriente de la unidad opcionalmente con transformador externo)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: E Literal: E13 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el sistema de alimentación de 12vdc con conexión a la toma DC de la ambulancia (sistema conexión directa del equipo a la toma de corriente de la unidad opcionalmente sin transformador externo) podrá ser opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E13. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA DC DE LA AMBULANCIA (SISTEMA CONEXIÓN DIRECTA DEL EQUIPO A LA TOMA DE CORRIENTE DE LA UNIDAD OPCIONALMENTE SIN TRANSFORMADOR EXTERNO). OPCIONAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

MALETIN DE MEDICAMENTOS

Habiendo revisado las especificaciones del maletín de medicamentos, solicitan que sea de material completamente rígido, sin embargo, existen maletines de material de nylon de igual resistencia, durabilidad y ligero. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarán que sea opcionalmente rígido? Quedando en las bases

B01 MALETIN DISEÑADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES OPCIONALMENTE RIGIDO, DE MATERIAL ALUMINIO O SINTETICO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, CON COMPARTIMIENTOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FACIL ACCESO.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** B **Literal:** B01 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, los medicamentos deben ser trasladados de manera segura y en orden. Por lo que las especificaciones se mantienen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 MALETÍN DISEÑADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES , COMPLETAMENTE RÍGIDO, DE MATERIAL ALUMINIO O SINTÉTICO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, CON COMPARTIMIENTOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FÁCIL ACCESO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

MALETIN DE MEDICAMENTOS

Habiendo revisado las especificaciones del maletín de medicamentos, solicitan que incluya medicamentos, insumos y materiales de NTS, sin embargo en el listado aparecen insumos, medicamentos o materiales que son contralados, los cuales necesitan receta medica para su compra o presentaciones que ya no son comercializadas. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarían que no incluya medicamentos controlados ni que ya no se comercialice en la presentación o medida solicitada y se entregue lo disponible en el mercado local? Quedando en las bases

C01 DEBE ALBERGAR COMO MINIMO LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES INDICADOS EN LA NORMA TECNICA DE SALUD N°051-MINSA/OGDN-V.01 (NO SE ENTREGARÁN MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES CONTROLADOS, NI QUE YA NO SE COMERCIALIZEN EN EL MERCADO LOCAL. EN CASO ALGUN MEDICAMENTO NO SE COMERCIALIZE EN LA PRESENTACION, MEDIDA SOLICITADA, SE ENTREGARÁ LO DISPONIBLE EN EL MERCADO LOCAL).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C01 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, los medicamentos que debe albergar el maletín sera lo solicitados en la Norma Técnica de salud, exonerando los medicamentos fuera de circulación, en caso algún medicamento no se comercialice en la presentación o medida solicitada se deberá entregar lo disponible en el mercado local. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C01 DEBE ALBERGAR COMO MÍNIMO LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES INDICADOS EN LA NORMA TÉCNICA DE SALUD N°051-MINSA/OGDN-V.01 (NO SE ENTREGARÁN MEDICAMENTOS, INSUMOS DESCONTINUADOS, NI QUE YA NO SE COMERCIALIZAN EN EL MERCADO LOCAL. EN CASO ALGÚN MEDICAMENTO NO SE COMERCIALICE EN LA PRESENTACIÓN O MEDIDA SOLICITADA, SE ENTREGARÁ LO DISPONIBLE EN EL MERCADO LOCAL). SUSTENTAR LA MISMA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

DESFIBRILADOR CON MONITOR CARDIACO

Habiendo revisado las especificaciones del desfibrilador, solicitan un peso menor o igual a 6.5 kg. Pero la mayoría de los equipos cuenta con un peso promedio de 7.0 kg. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarían un peso menor o igual a 7.0kg? Quedando en las bases:

B01 Portatil, peso menor o igual a 7.0 Kg incluida la batería

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** B **Literal:** B01 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el monitor desfibrilador podrá ser de peso menor o igual a 7.0 kg. Incluido la batería.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 PORTÁTIL, PESO MENOR O IGUAL A 7.0 KG INCLUIDA LA BATERÍA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	16:48:31

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

DESFIBRILADOR CON MONITOR CARDIACO

Habiendo revisado las especificaciones del desfibrilador, solicitan un tiempo de carga para desfibrilación menor o igual a 5 segundos a 200 Joule. Para mayor pluralidad de postores, ¿Aceptarian que sea menor o igual a 7 segundos a 200 joule o máxima energía? Quedando en las bases:

B06 Tiempo de carga para desfibrilación menor o igual a 7 segundos a 200 joules o máxima energía (con batería nueva o cargada)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B **Literal:** B06 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inc. a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el tiempo de carga del desfibrilador se mantiene en 5 segundos a 200 joules o máxima energía (con batería nueva o cargada)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B06 TIEMPO DE CARGA PARA DESFIBRILACIÓN MENOR O IGUAL A 5 SEGUNDOS A 200 JOULES O MÁXIMA ENERGÍA (CON BATERÍA NUEVA O CARGADA)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Tracción. - Delantera y/o posterior 4x2, control de tracción (TRC) o de acuerdo a fabricante, CON AUTO LSD o de acuerdo a fabricante: Evita que alguna de las ruedas motrices derrape al arrancar o acelerar sobre una superficie húmeda o resbaladiza y mejora la tracción de cada rueda (LSD)

Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Delantera y/o posterior 4x2, EBD (Control Electrónico de Estabilidad), AFU (Asistente de Frenado de Urgencia), ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) o de acuerdo al fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, para mayor pluralidad de postores se amplía las opciones de la especificación de la tracción. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TRACCION: DELANTERA Y/O POSTERIOR 4X2, TRC O DE ACUERDO A FABRICANTE CON AUTO LSD Y/O EBD (CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD) Y/O AFU (ASISTENTE DE FRENADO DE URGENCIA) Y/O ESP (PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

En las bases solicitan

Suspensión delantera: Independiente, con resortes o barra de torsión

Suspensión posterior: con muelles o resortes

Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Suspensión delantera: Independiente, con resortes o barra de torsión o Tipo pseudo Mc Pherson con barra inferior triangulado

Suspensión posterior: con muelles y/o resortes y/o Barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** A12 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.N°2 de la Ley del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observación, se ampliarán las opciones del sistema de suspensión para brindar mayor participación de participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12 SISTEMA DE SUSPENSION:

SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O PSEUDO MACPHERSON CON BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

SUSPENSION POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI- TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRAULICOS DOBLE EFECTO, TELESCOPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS O DE ACUERDO A FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En las bases solicitan

Asientos: Dos (02), tipo butaca con espaldar o tipo banqueta para dos acompañantes, ergonómicos original de fábrica.

Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Asientos: Dos (02) como mínimo, tipo butaca con espaldar o tipo banqueta para dos acompañantes, ergonómicos original de fábrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** B02 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, para brindar mayor participacion de postores, se amplia la descripción de los asientos de la cabina de conducción. Esto se reflejará en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02. ASIENTOS: MINIMO 02, TIPO BUTACA CON ESPALDAR PARA CONDUCTOR Y TIPO BANQUETA PARA COPILOTO Y OPCIONALMENTE UN ACOMPAÑANTE O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE, ERGONOMICOS ORIGINAL DE FÁBRICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En las bases solicitan

Dirección asistida

Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Dirección asistida y/o Asistencia electro-hidráulica variable

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B29 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara la consulta del participante ampliando las opciones de la dirección del vehículo para brindar mayor pluralidad de postores. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B29 DIRECCION ASISTIDA O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

Se debe realizar una prueba eléctrica de los sistemas de 12 voltios DC, según el estándar AMD 005 2014.

Cabe manifestar al comité que el estándar AMD 005 2014 corresponde netamente a vehículos fabricados dentro de EE.UU los cuales se rigen por normas completamente diferente a las que se utilizan en la fabricación de nuestras ambulancias, antes bien solicitamos al comité considerar que dichas pruebas eléctricas AMD sean realizadas por entidades o instituciones certificadas y acreditadas por el MTC para dicho fin y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Por lo cual solicitamos al comité que las pruebas eléctricas sean realizadas en el Perú por entidades certificadoras acreditadas por el MTC.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: B38 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.N°2 de la Ley del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 005-2014", las pruebas de funcionamiento del sistema eléctrico se realizará a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B38. SISTEMA ELECTRICO: TOTALMENTE INDEPENDIENTE DEL VEHÍCULO BASE CON BATERÍA DEDICADA CONECTADA AL SISTEMA DE CARGA DE LA UNIDAD MÓVIL. TABLERO DE FUSIBLES DE FÁCIL ACCESO, CADA CIRCUITO DEBE SER INDEPENDIENTE, TENER SU PROPIA PROTECCIÓN Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12V DC, CANALIZADO PROTEGIDO Y CON AISLAMIENTO ELECTRICO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA Y RESISTENTE A LA IGNICIÓN Y LIBRE DE HALÓGENOS, UN CONVERTIDOR DE 12 VDC/220VAC POTENCIA 800 WATTSA MÍNIMO. TOMACORRIENTES DE 12VDC ((04) UNIDADES VAC Y 04 UNIDADES VDC) PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS. LOS TOMACORRIENTES DE DIFERENTES TENSIONES NO DEBEN SER INTERCAMBIABLES UNA TOMA ELECTRICA EXTERNA Y UN TOMACORRIENTE CON LA CONEXIÓN EXTERNA QUE PERMITA LA CARGA DE LOS EQUIPOS Y DEL CONVERTIDOR DESDE UNA FUENTE DOMICILIARIA CON TOMA A TIERRA (220VAC). LA INSTALACIÓN ELECTRICA NO DEBE COMPARTIR ESPACIOS CON LA DE GASES NI ATRAVESAR SUS CONDUCTORS, SEGÚN NORMAS, CABLE VULCANIZADO DE 30 METROS CON SUS CONECTORES AD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:
Se debe realizar unas pruebas de climatización según el estándar AMD 012 2014
Mencionamos al comité que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS adjuntamos el link para su verificación https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades médicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006. Por la cual solicitamos: suprimir dicho requerimiento ya que está vulnerando del art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado del inciso en sus incisos C (Transparencia), E (competencia) y F (Eficacia y Eficiencia) I (Equidad)

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B39 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 012-2014. las pruebas de funcionamiento se realizará a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B39. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN, ADECUADO PARA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA QUE INCLUYA UN SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE CON FILTRO, CON EXTRACTOR DE AIRE, CERCANA A LA CABECERA DE PACIENTE. SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DE CLIMATIZACIÓN A LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA. ADJUNTAR CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS DEL AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN POR EL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Sistema de control de estabilidad (VSD) para mantener la estabilidad direccional al vibrar sobre superficies irregulares con baja tracción o en pisos resbaladizos, ¿ Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado del inciso en sus incisos C (Transparencia), E (competencia) y F (Eficacia y Eficiencia). Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera: Sistema de control de estabilidad (VSD) o de acuerdo al fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B41 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara la consulta respecto al sistema de control de estabilidad (VSD) se mantiene.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

En las bases solicitan

Se debe realizar una prueba del Sistema de oxígeno de la ambulancia, según el estándar AMD 003 2014. Mencionamos al comité que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS adjuntamos el link para su verificación https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades médicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006 para la cual solicitamos: suprimir dicho requerimiento ya que está vulnerando del art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado del inciso en sus incisos C (Transparencia), E (competencia) y F (Eficacia y Eficiencia) I (Equidad)

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** B43 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 003-2014, las pruebas de funcionamiento del se realizará a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL: DOS (02) TOMAS EMPOTRADAS MÍNIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA, CON UN COMPARTIMIENTO ADAPTADO, CON PUERTA PLEGABLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA ALOJAR UNA (01) BOTELLA DE OXIGENO DE 4.0 M3 APROX. CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICIONAL (MAIFOLD, REGULADOR, FLUXOMETRO, VÁLVULAS, CONECTORES Y MANGUERAS) DEBIDAMENTE NORMALIZADOS. INCLUYE BOTELLA DE OXÍGENO, TODOS LOS CONDUCTOS PARA INSTALACIONES DE GASES DEBE SER VENTILADOS Y ACCESIBLES. LA INSTALACION DE GASES NO DEBE SER COMPARTIDA CON LA ELECTRICA. LAS TOMAS NO DEBEN ESTAR A MENOS DE 30 CM DEL TOMACORRIENTE, SE DEBE REALIZAR UNA PRUEBA DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA AMBULANCIA A LA ENTREGA DE LA MISMA. ADJUNTAR CERTIFICADO DEL SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL POR EL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

Se debe realizar unas pruebas del nivel de iluminación, según el estándar AMD 016 2014. Mencionamos al comité que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS adjuntamos el link para su verificación https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades médicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006 para la cual solicitamos: suprimir dicho requerimiento ya que está vulnerando del art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado del inciso en sus incisos C (Transparencia), E (competencia) y F (Eficacia y Eficiencia) I (Equidad).

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: B45 Página: 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 016-2014, las pruebas de funcionamiento del se realizará a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B45. ILUMINACIÓN INTERIOR LUZ BLANCA, PREFERENTE TIPO LED, INDEPENDIENTE, MÍNIMO CUATRO (04) LÁMPARAS, INTENSIDAD VARIABLE, INTERRUPCION INDIVIDUAL, PROMEDIO SUPERIOR DE ILUMINACIÓN 500 LUX, UNA (01) LÁMPARA DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, AL MOMENTO DE ABRIR CUALQUIERA DE LAS PUERTAS DE LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA. SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN A LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

Se debe realizar unas pruebas de ruido de acuerdo al estándar AMD 006 2014. Mencionamos al comité que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS adjuntamos el link para su verificación https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades médicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006 para la cual solicitamos: suprimir dicho requerimiento ya que está vulnerando del art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado del inciso en sus incisos C (Transparencia), E (competencia) y F (Eficacia y Eficiencia) I (Equidad).

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: B48 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 006-2014, las pruebas de funcionamiento del se realizará a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B48. RUIDO INTERNO HASTA UN MAXIMO DE 80 DECIBELES EN CABINA DE ATENCION EN TODO MOBILIARIO INCORPORADO A LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA (RM N° 830-2012/MINSA). SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DE RUIDO EN LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA. ADJUNTAR CERTIFICADO DE LA PRUEBAS DE MEDICIÓN DE DECIBELES POR EL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

Un (01) gabinete empotrado y sujeto al interior del vehículo, colocado de extremo a extremo en lado izquierdo de la unidad, con estantería en material sintético, de alto impacto completamente liso, sin porosidades, rígido. Impermeable de fácil lavado y desinfección, no mayor a 0.30m de ancho para guardar ordenadamente equipos médicos, medicamentos e insumos con puertas transparentes. Resistente a los golpes.

Al respecto manifestamos que, cada fabricante tiene su propia distribución de la cabina médica. Consultamos si aceptaran dentro del gabinete en lado izquierdo tenga un compartimiento para la tabla rígida y que no impida el tránsito del personal asistencial, en base art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado del inciso en sus incisos C (Transparencia), E (competencia) y F (Eficacia y Eficiencia) I (Equidad) quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

Un (01) gabinete empotrado y sujeto al interior del vehículo, colocado de extremo a extremo en lado izquierdo de la unidad, con estantería en material sintético, de alto impacto completamente liso, sin porosidades, rígido. Impermeable de fácil lavado y desinfección, no mayor a 0.30m de ancho para guardar ordenadamente equipos médicos, medicamentos e insumos con puertas transparentes. Resistente a los golpes. Cuenta con compartimiento para almacenar la tabla de inmovilización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B49 **Página: 31**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el compartimiento de la tabla rígida puede estar a lado izquierdo (gabinete empotrado) o lado derecho (asiento longitudinal) para brindar mayor participación y pluralidad de postores en el proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B49. UN (01) UN GABINETE EMPOTRADO Y SUJETO AL INTERIOR DEL VEHÍCULO, COLOCADO DE EXTREMO A EXTREMO EN LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD CON ESTANTERÍA EN MATERIAL SINTÉTICO, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, RÍGIDO, IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCION, NO MENOR A 0.30 M. DE ANCHO, PARA GUARDAR ORDENADAMENTE EQUIPOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS, CON PUERTAS TRANSPARENTES RESISTENTE A LOS GOLPES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

Un gabinete-asiento, longitudinal tipo cajón, ubicado al lado opuesto de la camilla, (lado derecho) con colchoneta con capacidad para transportar un paciente acostado o paciente en silla de ruedas, uno sentados con cinturones de seguridad, tapiz impermeable de fácil lavado y desinfección, tapa rebatible y capacidad de alojamiento de material y equipos varios con un compartimiento para almacenar la tabla de inmovilización con bordes exteriores romos o redondeados.

Al respecto manifestamos que, cada fabricante tiene su propia distribución de la cabina médica. Consultamos si aceptaran dentro del gabinete en lado izquierdo tenga un compartimiento para la tabla rígida y que no impida el tránsito del personal asistencial o considerar de manera opcional el compartimiento para la tabla de manera opcional en el lado derecho, en base art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado del inciso en sus incisos C (Transparencia), E (competencia) y F (Eficacia y Eficiencia) I (Equidad) quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

Un gabinete-asiento, longitudinal tipo cajón, ubicado al lado opuesto de la camilla, (lado derecho) con colchoneta con capacidad para transportar un paciente acostado o tres sentados con cinturones de seguridad, tapiz impermeable de fácil lavado y desinfección, tapa rebatible y capacidad de alojamiento de material y equipos varios. De manera opcional cuenta con un compartimiento para almacenar la tabla de inmovilización con bordes exteriores romos o redondeados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** B50 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el compartimiento para la tabla de inmovilizacion sera opcional Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B50 UN GABINETE-ASIENTO, LONGITUDINAL TIPO CAJÓN, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA, (LADO DERECHO) CON COLCHONETA CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN PACIENTE ACOSTADO O PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS, UNO SENTADOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZ IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, TAPA REBATIBLE Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS VARIOS DE MANERA OPCIONAL CUENTE CON UN COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAR LA TABLA DE INMOVILIZACIÓN , CON BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDEADOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En las bases solicitan

Asiento giratorio tipo automotriz¿

Al respecto debemos decir que siendo el asiento giratorio no le da la estabilidad al médico cuando la unidad está en movimiento, más aún porque estas unidades tienen que ir a una velocidad en la cual al momento de girar o dar la vuelta en alguna calle pudiera ocasionar algún accidente al médico de cabecera.

En Base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Asiento giratorio y/o FIJO tipo automotriz con cabeza para personal asistencial (01) ubicado en cabecera de la ubicación de la camilla o al lado izquierdo de esta. Cinturón de seguridad de tres puntos de apoyo cabeza acolchonado, tapiz lavable, ergonómico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B51 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, podrá ser el asiento giratorio y/o fijo, tipo automotriz con cabezal para personal asistencial (01) ubicado en cabecera de la ubicación de la camilla. Cinturon de seguridad de tres puntos de apoyo de cabeza, acolchado, tapiz lavable, ergonómico. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ASIEN TO GIRATORIO y/o FIJO, TIPO AUTOMOTRIZ, CON CABEZAL PARA PERSONAL ASISTENCIAL (01) UBICADO EN CABECERA DE LA UBICACIÓN DE LA CAMILLA. CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, APOYO DE CABEZA, ACOLCHADO, TAPIZ LAVABLE, ERGONÓMICO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

En las bases solicitan

Aspirador de secreciones: Adaptador para las cánulas de succión, en caso requiera

Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Aspirador de secreciones: Adaptador para las cánulas de succión, en caso requiera y/o opcional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** C05 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del proveedor, el adaptador para cánulas de succión, es necesario para el funcionamiento de la aspiradora de secreciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

En las bases solicitan
Camilla Telescópica: Peso máximo 40 kg
Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Peso máximo 50Kg

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B02 Página: 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el peso de la camilla será máximo 50 kg. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PESO MÁXIMO 50 KG.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

Sistema de fijación al vehículo con gancho lateral y tope frontal (Según NTS N°051-MINSA/OGDN-V01)

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado del inciso en sus incisos C (Transparencia), E (competencia) y F (Eficacia y Eficiencia) I (Equidad). Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Con sistema de Fijación al vehículo con gancho lateral y tope frontal o con doble sistema de fijación al piso del vehículo o sistema de fijación central (Según NTS N°051-MINSA/OGDN-V0.1).

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** D01 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el sistema de fijación de la camilla podrá ser con gancho lateral y tope frontal o sistema de fijación central o su propio sistema de fijación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D01 SISTEMA DE FIJACIÓN AL VEHÍCULO CON GANCHO LATERAL Y TOPE FRONTAL (SEGÚN NTS N°051-MINSA/OGDN-V01) O SISTEMA DE FIJACIÓN CENTRAL O SU PROPIO SISTEMA DE FIJACION.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

En las bases solicitan

Linterna para el examen: Iluminación de 100,000 lux o mas

Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado del inciso en sus incisos C (Transparencia), E (competencia) y F (Eficacia y Eficiencia) I (Equidad). Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Iluminación de 35, 000 lux como mínimo

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B02 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a la consulta la iluminacion minina requerida es de 100,000 lux.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Revisando las bases solicitan: Material polivinilo lavable, reforzado y reusable

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Material PVC o recubierto con vinilo o polivinilo lavable, reforzado y reusable

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** B05 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el chaleco de extricación podrá ser de material PVC o recubierto con vinilo o polivinilo lavable , reforzado y reusable, brindando con ello pluralidad y mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B05. MATERIAL PVC O RECUBIERTO CON VINILO O POLIVINILO LAVABLE, REFORZADO Y REUSABLE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Revisando las bases solicitan

Dos (02) guías reusables

Al respecto, manifestamos que las guías solicitadas se encuentran fuera del mercado por lo que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Dos (02) guías reusables y/o descartables

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** C10 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara la consulta del participante, que se mantienen las guías reusables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

Set Oto-oftalmológico. - Ópticas con observación: con lentes de -10 a +25 dioptrías como mínimo

Manifestamos que al solicitar lo mencionado se estaría direccionando hacia una marca o modelo en específico, por lo que, con el fin de lograr mayor pluralidad y participación de postores, y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos B, E y F. solicitamos que extiendan su requerimiento de la siguiente manera:

B05 Ópticas de observación: con lentes de -10 a +20 dioptrías como mínimo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** B05 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara la consulta del participante, para pluralidad de participantes las ópticas seran -10 a +20 dioptrías como mínimo. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B05 ÓPTICAS DE OBSERVACIÓN: CON LENTES DE -10 A +20 DIOPTRIÁS COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

Revisando las bases solicitan:
Que el maletín de medicamentos debe albergar los medicamentos
Al respecto, debemos decir que dentro del listado tiene el medicamento Fenobarbital Sódico 200mg, lo cual dicho medicamento se adquiere con receta médica especial del MINSA ya que es un medicamento controlado, en ninguna farmacia pública o privada lo venden de forma libre. Por lo tanto, Solicitamos al comité suprimir el medicamento del listado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C01 Página: 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, los medicamentos que debe albergar el maletín sera lo solicitados en la Norma Técnica de salud, exonerando los medicamentos fuera de circulación, en caso algún medicamento no se comercialice en la presentacion o medida solicitada se deberá entregar lo disponible en el mercado local. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C01 DEBE ALBERGAR COMO MINIMO LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES INDICADOS EN LA NORMA TECNICA DE SALUD N°051-MINSA/OGDN-V.01 (NO SE ENTREGARÁN MEDICAMENTOS, INSUMOS DESCONTINUADOS, NI QUE YA NO SE COMERCIALIZEN EN EL MERCADO LOCAL. EN CASO ALGUN MEDICAMENTO NO SE COMERCIALIZE EN LA PRESENTACIÓN O MEDIDA SOLICITADA, SE ENTREGARÁ LO DISPONIBLE EN EL MERCADO LOCAL). SUSTENTAR LA MISMA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:59

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente: Equipo de radio comunicación móvil

Debemos indicar que la Radio Comunicación Móvil que están solicitando es un modelo de radio que ya no se encuentra en el mercado. por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica solicitamos al comité considerar las siguientes especificaciones técnicas:

B01 Equipo de radio comunicación para ser utilizado como medio de comunicación entre los establecimientos de salud y equipo itinerante

B02 Equipo de uso comercial

B03 Equipo de uso comercial en el rango de 136-174 MHz

B04 Número de canales: mínimo 20 programables

B05 Botones programables

B06 Scanner, explorador de canales

B07 Bloqueo de canal ocupado

B08 Identificador de llamadas por PTT-ID

Transmisor

B09 Potencia de salida de 45 watts como mínimo

Receptor

B10 Potencia de salida de audio mayor de 2 watts.

B11 Sistema de alimentación adaptable al vehículo. Antena móvil

B12 Impedancia antena de 50 Ohmios Aprox.

Accesorios

B13 Clip colgador de micrófono

B14 Kit de montaje para ser instalada en la cabina de conductor de la ambulancia

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A-B **Página: 46**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado NO SE ACOGE la observación, ya que es cambiar todas las especificaciones técnicas del equipo .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan
a) COPIA DE LA AUTORIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO DE SALUD MINSA/DIGEMID DEL POSTOR, PARA LA IMPORTACION Y/O COMERZALIZACION Y/O EXPORTACION Y/O ALMACENAMIENTO Y/O ALMACENAMIENTO Y/O DISTRIBUCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y/O INSUMOS Y/O INSTRUMENTAL YO EQUIPOS DE USO MEDICO Y/O QUIRURGICOS.

Solicitan certificado Minsa/Digemid del postor, para la importación y/o comercialización y/o exportación y/o almacenamiento y/o almacenamiento y/o distribución de dispositivos médicos y/o insumos y/o instrumental yo equipos de uso médico y/o quirúrgicos.
Este requerimiento es condicionante para carroceros fabricantes de ambulancias que podrían cumplir con las especificaciones técnicas, Los fabricantes de ambulancias adquirimos el equipamiento médico de importadores o representantes de las marcas propuestas, los mismo que cuentan con los certificados MINSA ¿ DIGEMID y BPA. solicitamos al comité retirar este requerimiento. De la misma forma se solicita retirar este requerimiento del punto 3.1.18 OTROS REQUISITOS de la página 47 de las bases

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: J Página: 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado NO SE ACOGE la observación, porque en el estudio de mercado se ha evidenciado pluralidad de postores que cuentan con la autorización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan
A05 MOTOR DIESEL, DE LA MISMA MARCA DEL CHASIS
En la actualidad grupos empresariales agrupan varias marcas de vehículos y usan sus tecnologías para desarrollar motorizaciones eficientes, tomemos el caso del grupo Renault Nissan, los modelos RENAULT MASTER y NISSAN NV 400 comparten el mismo motor (2.3 CC). Por lo que el motor no es de la misma marca del chasis.
solicitamos al comité reformular estos puntos de la siguiente manera:
A05 MOTOR DIESEL, DE LA MISMA MARCA DEL CHASIS O SEGÚN FABRICANTE
A08 SISTEMA DE DIRECCION: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA, Y/O ASISTENCIA HIDRAULICA Y/O ELECTRICA O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A05 Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, existe pluralidad de marcas que cuentan motor de la misma marca como son mercedes benz, toyota, iveco, peugeot; respecto a la direccion se ampliara a lo solicitado, las mismas se reflejaran en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08 SISTEMA DE DIRECCION: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA, Y/O ASISTENCIA HIDRÁULICA Y/O ELECTRICA O ASISTENCIA ELECTRO-HIDRÁULICA VARIABLE O HIDRÁULICA SERVO ASISTIDA O DE ACUERDO CON EL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan

B41 SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD (VSD) PARA MANTENER LA ESTABILIDAD DIRECCIONAL AL VIBRAR SOBRE SUPERFICIES IRREGULARES CON BAJA TRACCION O EN PISOS RESBALADIZOS, PARA RECUPERAR LA ADHERENCIA DEL VEHICULO.

Este sistema está dirigido a una marca y un modelo en específico, las marcas de vehículos usan sus propios acrónimos para nombrar sus tecnologías de control de estabilidad, solicitamos al comité reformular este punto de la siguiente manera:

B41 SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B41 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como área usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado NO SE ACOGE la observación respecto al sistema de control de estabilidad (VSD) el cual es de vital importancia para el buen manejo del vehículo y para la seguridad de los ocupantes de la ambulancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan
B49 NO MAYOR A 0.30 M DE ANCHO, PARA GUARDAR ORDENADAMENTE EQUIPOS MEDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS.

El mobiliario dice no mayor a 0.30 M, cuando por el contrario se necesita mayor espacio para guardar equipos, medicamentos, accesorios, insumos, etc. que serán usados en las ambulancias, solicitamos al comité reformular este punto de la siguiente manera:
NO MENOR A 0.30 M DE ANCHO PARA GUARDAR EQUIPOS Y MEDICAMENTOS E INSUMOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B49 Página: 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE la observación, se corregirá el texto no mayor por no menor. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B49. UN (01) UN GABINETE EMPOTRADO Y SUJETO AL INTERIOR DEL VEHÍCULO, COLOCADO DE EXTREMO A EXTREMO EN LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD CON ESTANTERÍA EN MATERIAL SINTÉTICO, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, RÍGIDO, IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCION, NO MENOR A 0.30 M. DE ANCHO, PARA GUARDAR ORDENADAMENTE EQUIPOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS, CON PUERTAS TRANSPARENTES RESISTENTE A LOS GOLPES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan
A12 SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSION
SUSPENSION POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES
Este sistema está dirigido a una marca y un modelo en específico, las marcas de vehículos usan sus propias tecnologías de acuerdo a sus diseños y vigencia tecnológica, solicitamos al comité reformular este punto de la siguiente manera:
Suspensión delantera: independiente, con resortes o barra de torsión o de acuerdo al fabricante.
Suspensión posterior: con muelles o resortes o de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A12 Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observación, se ampliaran la opciones del sistema de suspensión para brindar mayor participación de participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12 SISTEMA DE SUSPENSION:

SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O PSEUDO MACPHERSON CON BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI- TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRAULICOS DOBLE EFECTO, TELESCOPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS O DE ACUERDO A FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan

A14 SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR DE 150 AMP

Los sistemas de carga de los vehículos son proporcionales a la batería original del vehículo, cada fabricante desarrolla su sistema eléctrico de acuerdo al consumo de energía propia del vehículo. ¿podrían aceptar un alternador de 80 amperios como mínimo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A14 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el alternador será no menor de 80 amp mínimo o capacidad que garantice el funcionamiento de todos los equipos. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A14. SISTEMA ELECTRICO

-SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR 80 AMP MÍNIMO O CAPACIDAD QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SERÁN INSTALADOS EN LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan

SISTEMA DE PROTECCION PARA LA CABINA QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO

¿Están solicitando jaula antivuelco para la cabina de conducción?, sin embargo, este requerimiento es para ambulancias rurales que por su naturaleza de uso en carreteras es necesario, las ambulancias urbanas mayormente se usan para las ciudades, ¿aceptarían que la jaula antivuelco para la cabina de conducción sea opcional?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** B04 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, que el sistema antivuelco se refiere a la jaula antivuelco y la misma se plasmará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B04. SISTEMA DE PROTECCION PARA LA CABINA QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO (JAULA ANTIVUELCO)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan

B40 SISTEMAS DE PROTECCION: (ANTI-VUELCO) QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 27° DEL DS N°058-2003-MTC

Están solicitando jaula antivuelco para la cabina de atención médica, sin embargo, este requerimiento es para ambulancias rurales que por su naturaleza de uso en carreteras es necesario, las ambulancias urbanas mayormente se usan para las ciudades, ¿aceptarían que la jaula antivuelco para la cabina medica sea opcional?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B40 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, que el sistema antivuelco se refiere a lar jaula antivuelco para la cabina de atencion medica y la misma se plasmara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B40. SISTEMAS DE PROTECCION: (ANTI-VUELCO) QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 27° DEL DS N°058-2003-MTC (JAULA ANTIVUELCO)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan
B51 ASIENTO GIRATORIO TIPO AUTOMOTRIZ
Los asientos giratorios no tienen niveles de altura ni son reclinables, el personal médico necesita un asiento que sea reclinable para soportar cómodamente el traslado de pacientes que muchas veces son por periodos prolongados, solicitamos al comité suprimir el asiento giratorio por un asiento reclinable de la siguiente manera:
B51 ASIENTO RECLINABLE TIPO AUTOMOTRIZ

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B51 Página: 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, con la finalidad de tener la mayor pluralidad de postores., podra ser el asiento giratorio y/o fijo, tipo automotriz, con cabeza para personal asistencial (01) ubicado en cabecera de la ubicación de la camilla. Cinturon de seguridad de tres puntos de apoyo de cabeza, acolchado, tapiz lavable, ergonómico. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ASIENTO GIRATORIO y/o FIJO, TIPO AUTOMOTRIZ, CON CABEZAL PARA PERSONAL ASISTENCIAL (01) UBICADO EN CABECERA DE LA UBICACIÓN DE LA CAMILLA. CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, APOYO DE CABEZA, ACOLCHADO, TAPIZ LAVABLE, ERGONÓMICO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 76

Consulta/Observación:

La camilla telescópica descrita apunta a una marca en específico, actualmente cada fabricante desarrolla sus productos de acuerdo a su diseño y tecnología, tanto en materiales como en nuevas prestaciones como son los sistemas de anclajes, es por ello que solicitamos al comité considerar lo siguiente:

- B08 construido en aluminio o de acuerdo al fabricante
- B09 ajustable en altura o de acuerdo al fabricante
- D02 gancho de seguridad opcional
- D01 Sistema de fijación al vehículo de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: CAMILLA Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, con la finalidad de tener la mayor pluralidad de postores.

B08. CONSTRUIDO DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE

B09. AJUSTABLE EN ALTURA MULTINIVEL, MINIMO DOS DOS ALTURAS

D02. GANCHO DE SEGURIDAD PARA DESCENSO DE CAMILLA U OTRO DISPOSITIVO DE SUJECION.

D01 SISTEMA DE FIJACIÓN AL VEHICULO CON GANCHO LATERAL Y TOPE FRONTAL (SEGÚN NTS N°051-MINSA/OGDN-V01) O SISTEMA DE FIJACIÓN CENTRAL O SU PROPIO SISTEMA DE FIJACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08. CONSTRUIDO DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE

B09. AJUSTABLE EN ALTURA MULTINIVEL, MINIMO DOS DOS ALTURAS

D02. GANCHO DE SEGURIDAD PARA DESCENSO DE CAMILLA U OTRO DISPOSITIVO DE SUJECION.

D01 SISTEMA DE FIJACIÓN AL VEHICULO CON GANCHO LATERAL Y TOPE FRONTAL (SEGÚN NTS N°051-MINSA/OGDN-V01) O SISTEMA DE FIJACIÓN CENTRAL O SU PROPIO SISTEMA DE FIJACIÓN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan
OXIMETRO DE PULSO
D. CONDICIONES DE LA PRE INSTALACION
D01 Con soporte o rack para el equipo capaz de soportar aceleraciones y vibraciones, con sistema de liberación rápida
Las especificaciones del Oxímetro de pulso apuntan a un equipo de mano (portátil) por lo cual no estaría instalado en un soporte o rack. Por el contrario, al ser portátil el oxímetro está dentro de un estuche o funda protegido de polvo o cualquier elemento corrosivo. Solicitamos al comité incluir los siguiente:
D01 FUNDA DE PROTECCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D Página: 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER la observacion, brindando con ello mayores opciones a lo posibles postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D01. CON SOPORTE O RACK O FUNDA DE PROTECCION PARA EL EQUIPO CAPAZ DE SOPORTAR ACELARACIONES Y VIBRACIONES, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 78

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan
OXIMETRO DE PULSO
E REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Sobre el sistema de energía del equipo médico OXIMETRO DE PULSO, actualmente cada fabricante desarrolla su producto de acuerdo a su diseño y tecnología, pensando en la mejor eficiencia y ahorro de la energía. es por ello que solicitamos al comité considerar lo siguiente:

A13 Sistema de alimentación de 12VDC con conexión a la toma VDC de la ambulancia (opcional)

A15 cargador apto para trabajar conectado a la red eléctrica de 220 VAC/60Hz

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** E **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER la observacion, brindando con ello mayores opciones a lo posibles postores, el sistema de alimentacion de 12vdc con conexión a la toma DC de la ambulancia (sistema conexión directa del equipo a la toma de corriente de la unidad opcionalmente sin transformador externo) podrá ser opcional.

Cargador apto para trabajar en la red eléctrica de 220 VAC/ 60Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E13. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA DC DE LA AMBULANCIA (SISTEMA CONEXIÓN DIRECTA DEL EQUIPO A LA TOMA DE CORRIENTE DE LA UNIDAD OPCIONALMENTE SIN TRANSFORMADOR EXTERNO). OPCIONAL

A15 CARGADOR APTO PARA TRABAJAR CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA DE 220 VAC/60HZ

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 79

Consulta/Observación:

Página 41

D

En las bases administrativas solicitan

MONITOR DESFIBRILADOR

D ACCESORIOS Y/O PERIFERICOS

Se están solicitando una cantidad exagerada de cables que lo único que causa es encarecer el equipo monitor desfibrilador y por tanto este factor tendrá incidencia en el costo final de la ambulancia, solicitamos al comité considerar lo siguiente:

D03 un cable de ECG de tres ramales y un cable ECG de cinco ramales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como área usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado NO SE ACOGE la observación ya que es la cantidad que se requiere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 80

Consulta/Observación:

E

En las bases administrativas solicitan

MONITOR DESFIBRILADOR

E REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Sobre el sistema de energía del equipo médico monitor desfibrilador, actualmente cada fabricante desarrolla su producto de acuerdo a su diseño y tecnología, pensando en la mejor eficiencia y ahorro de la energía. es por ello que solicitamos al comité considerar lo siguiente:

F01 suministro de energía de acuerdo al fabricante

F02 funcionamiento con red eléctrica 220VAC/60HZ

F03 Batería recargable y cargador de acuerdo al fabricante con capacidad de 100 minutos como mínimo en modo monitorización o 100 envíos de descarga a 200 joule como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como área usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación sobre el requerimiento de energía del monitor desfibrilador. el cual se reflejará en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

F01. SUMINISTRO DE ENERGÍA DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA DE LA AMBULANCIA.

F02. FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 220VAC/60Hz

F03. BATERIA (S) RECARGABLES (S) INCORPORADA (S) Y CARGADOR INCORPORADO AL EQUIPO CAPACIDAD DE 100 MINUTOS DE DURACIÓN COMO MÍNIMO EN MODO MOTORIZACIÓN O 100 ENVÍOS DE DESCARGA A 200 JOULE COMO MÍNIMO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 81

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan
D ACCESORIOS Y/O PERIFERICOS
MONITOR DESFIBRILADOR

Se están solicitando una cantidad exagerada de pares de electrodos descartables ADULTO y PEDIATRICO que lo único que causa es encarecer el equipo monitor desfibrilador y por tanto este factor tendrá incidencia en el costo final de la ambulancia, es sabido que los electrodos descartables tienen fecha de vencimiento limitado, el monitor desfibrilador cuenta con palas para uso ADULTO ¿ PEDIATRICO, por lo cual el uso de los electrodos se realiza esporádicamente. solicitamos al comité considerar lo siguiente:

D04 Dos (02) pares de electrodos descartables adulto para marcapasos y desfibrilación a manos libres con un cable conector al equipo.

D05 Dos (02) pares de electrodos descartables pediátrico para marcapasos y desfibrilación a manos libres con un cable conector al equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE la observación, considerando que el equipo cuenta con paletas adulto y pediátrico, la cantidad de pares de electrodos será de dos (2) para pacientes adultos y dos (02) para paciente pediátrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D04 Dos (02) pares de electrodos descartables tamaño adulto para marcapasos extremo y desfibrilación a manos libres con un cable conector a equipo como mínimo.

D05 Dos (02) pares de electrodos descartables tamaño pediátrico para marcapasos extremo y desfibrilación a manos libres con un cable conector a equipo como mínimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan
MONITOR DESFIBRILADOR
E REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Sobre el sistema de energía del equipo médico monitor desfibrilador, actualmente cada fabricante desarrolla su producto de acuerdo a su diseño y tecnología, pensando en la mejor eficiencia y ahorro de la energía. es por ello que solicitamos al comité considerar lo siguiente:

F01 suministro de energía de acuerdo al fabricante

F02 funcionamiento con red eléctrica 220VAC/60HZ

F03 Batería recargable y cargador de acuerdo al fabricante con capacidad de 100 minutos como mínimo en modo monitorización o 100 envíos de descarga a 200 joule como mínimo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como área usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación sobre el requerimiento de energía del monitor desfibrilador. el cual se reflejará en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

F01. SUMINISTRO DE ENERGÍA DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA DE LA AMBULANCIA.

F02. FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 220VAC/60Hz

F03. BATERIA (S) RECARGABLES (S) INCORPORADA (S) Y CARGADOR INCORPORADO AL EQUIPO CAPACIDAD DE 100 MINUTOS DE DURACIÓN COMO MÍNIMO EN MODO MOTORIZACIÓN O 100 ENVÍOS DE DESCARGA A 200 JOULE COMO MÍNIMO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Página 48

radio

En las bases administrativas solicitan

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL

solicitan adjuntar documentos emitidos por el fabricante para sustentar el equipo de radio comunicación, aceptarían carta del distribuidor para sustentar las especificaciones técnicas del equipo de radio HF?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** RADIO **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE la observación como acreditacin de cumplimiento de la radio de comunicación con una carta emitida por el distribuidor autorizado por la marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y/O CATÁLOGOS Y/O CARTA DEL DISTRIBUIDOR DE LA MARCA PARA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 84

Consulta/Observación:

3.1.10 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD ENTREGABLES

En este punto señalan 35 días calendarios, Sin embargo, revisando el punto 3.1.7 PLAZO DE ENTREGA ¿ segundo entregable dice en letras cuarenta y cinco días y en número dice (35), solicitamos al comité corregir estos puntos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.10 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER la observacion, se corregirá los días del plazo de entrega de la tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT, dirá en texto y letras: cuarenta y cinco (45) días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA

Segundo Entregable: Dentro de los Cuarenta y cinco (45) días calendario posterior a haberse efectuado el pago y entrega de los documentos completos por parte de la Entidad, el contratista deberá entregar: Tarjeta de Propiedad, Placas de rodaje y SOAT por un año de manera gratuita.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

3.1.16 VICIOS OCULTOS.

Existe un error en el punto 3.1.16 VICIOS OCULTOS, en el artículo 40° de la ley no contempla DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS.

Sobre el particular DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS.

Este requerimiento limita la participación de empresas que no tienen antigüedad de 05 años, en virtud al principio de libre participación solicitamos al comité considerar que la disponibilidad de servicios y repuestos sea para la marca propuesta del chasis portante y se elimine la antigüedad de 05 años. De este modo se garantizará que la ambulancia tenga los mantenimientos en un taller o concesionario oficial de la marca.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1.16 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello el postor deberá acreditar , sustentar que la marca de vehiculo cuenta con talleres de servicios a nivel nacional, asimismo, el postor debe presentar carta compromiso de disponibilidad de servicio y repuestos por un periodo no menor de 5 años. Se reflejará en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y RESPUESTOS.

EL POSTOR MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA ACREDITARÁ, SUSTENTARÁ QUE LA MARCA DEL VEHICULO CUENTA CON TALLERES DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL, ASIMISMO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y RESPUESTOS POR UN PERIODO NO MENOR DE 5 AÑOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	19:23:47

Observación: Nro. 86

Consulta/Observación:

El factor mejoras apunta a una sola marca y modelo de vehículo, por lo cual se estaría direccionando vulnerando la ley de contrataciones del estado.

Damos cuenta al comité que no se está considerando una verdadera mejora a la cabina medica como es LA POTENCIA DEL INVERSOR y la CAPACIDAD DE OXIGENO

Solicitamos tener a bien incluir la mejora al sistema eléctrico lo cual garantizara el funcionamiento óptimo de los equipos médicos.

M1.-POTENCIA DEL INVERSOR
Mayor a 1,500 watts 3 puntos

Solicitamos tener a bien incluir la mejora a la capacidad de oxigeno el cual garantizara el suministro de oxígeno medicinal al paciente en traslados largos.

M2.- BALON DE OXIGENO
Mayor a 4.200 Litros 3 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: I Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION, la razón por la que el comité de selección ha definido de forma objetiva incluir en la evaluación determinadas mejoras a las especificaciones técnicas las cuales tienen incidencia directa en una mejor performance de la unidad vehicular a adquirir es en beneficio de la Entidad, de conformidad con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, el cual establece que constituye una mejora todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	19:27:43

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

j) COPIA DE LA AUTORIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO DE SALUD MINSA/DIGEMID DEL POSTOR, PARA LA IMPORTACION Y/O COMERZALIZACION Y/O EXPORTACION Y/O ALMACENAMIENTO Y/O ALMACENAMIENTO Y/O DISTRIBUCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y/O INSUMOS Y/O INSTRUMENTAL YO EQUIPOS DE USO MEDICO Y/O QUIRURGICOS. AL RESPECTO SOLICITAMOS SUPRIMIR ESTE REQUERIMIENTO YA QUE VULNERA EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLO BENEFICIANDO A UN SOLO POSTOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.3 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARITCULO 2 DE LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado NO SE ACOGE la observación, porque en el estudio de mercado se ha evidenciado pluralidad de postores que cuentan con la autorización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	19:27:43

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

SISTEMA DE PROTECCION ANTI VUELCO.- AL RESPECTO SOLICITAMOS ACLARAR EL SISTEMA ANTIVUELCO ES PARA LA CABINA MEDICA O PARA LA CABINA DONDE VA EL PILOTO COPILOTO, ES PRECISO MENCIONAR QUE AL ACONDICIONAR LA CABINA MEDICA ESTAS VIENEN REFORZADAS CON PLANCHAS METALICAS QUE HACEN LA PROTECCION A UN SISTEMA DE JAULA ANTIVUELCO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B40 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, que el sistema antivuelco se refiere a la jaula antivuelco que debera tener la cabina y para la cabina de atencion medica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	19:27:43

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAR TABLA RIGIDA, AL RESPECTO SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO A QUE LA TABLA RIGIDA SE ENCUENTRE EN LA PARTE IZQUIERDA DEBAJO DE LOS GABETEROS, ES PRECISO MENCIONAR QUE EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE ESTA REGLAMENTO POR LO CUAL NO OBSTRUYE EL PASO DELMPACIENTE O PACIENTES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B50 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 POLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, el compartimiento de la tabla rígida puede estar a lado izquierdo (gabinete empotrado) o lado derecho (asiento longitudinal) para brindar mayor participación y pluralidad de postores en el proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el compartimiento de la tabla rígida puede estar a lado izquierdo (gabinete empotrado) o lado derecho (asiento longitudinal) o conforme al diseño del fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	19:27:43

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

ESTRUCTURA ABS ANTIGOLPES U OTRO MATERIAL POLÍMERO DE ALTO IMPACTO.AL RESPECTO SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERMIENTO Y DETALLAR DE LA SIGUIENTE MANERA ESTRUCTURA ABS ANTIGOLPES U OTRO MATERIAL POLÍMERO DE ALTO IMPACTO Ó CON MATERIAL PLASTICO CON ELEVADA AISLACION TERMICA Y ELECTRICA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B07 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO SE ACOGE la observación del participante ya que solicitar agregar características adicionales puede resultar restrictivo ocasionando que no exista pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	19:27:43

Observación: Nro. 91

Consulta/Observación:
C03 DIEZ (20) filtro antibacteriano/hidrofobico
AL RESPECTO SOLICITAMOS DETERMINAR LA CANTIDAD UNIFORME TANTO EN LETRAS COMO EN NUMEROS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C03 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ARITULO 2 TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante que la cantidad de filtros a entregar es Diez (10). Esto se corregirá y reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
C03. DIEZ (10) FILTROS ANTIBACTERIANO / HIDROFÓBICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	19:27:43

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

B13 ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE CABLE DE PACIENTE, 03 DERIVACIONES O MAS Avr, Avl, Avf, como minimo, CON 04 ONDAS VISUALIZADAS DE MANERA SIMULTANEA EN PANTALLA COMO MINIMO.

Nos dirigimos al distinguido comité en validar si es correcta nuestra apreciacion que al momento de solicitar como minimo aVR, aVL, aVF esta solo es monitoreable con cables de 05 ramales, que a su vez permiten poder monitorear hasta 7 derivaciones, con el fin de poder visualizar en pantalla todas las derivadas recomendamos al distinguidp comite considerar 06 ondas o mas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B13 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO SE ACOGE la observación del participante ya que solicitar agregar características adicionales podría resultar restrictivo ocasionando que no exista pluralidad de postores. Además no se solicitó ni se observó en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	19:27:43

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

B13 ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE CABLE DE PACIENTE, 03 DERIVACIONES O MAS Avr, Avl, Avf, como minimo, CON 06 ONDAS VISUALIZADAS DE MANERA SIMULTANEA EN PANTALLA COMO MINIMO.

OBSERVACION III 3.1 F03 41

BATERIAS RECARGABLES INCORPORADAS, Y CARGADOR INCORPORADO AL EQUIPO CON CAPACIDAD DE 100 MINUTIS DE DURACION COMO MINIMO

EN MODO DE MONITORIZACION O 100 ENVIOS DE DESCARGA A 200 JOULES COMO MINIMO

Nos dirigimos al distinguido comité en validar si es correcta nuestra apreciacion que al momento de solicitar AMBULANCIAS URBANAS, es importante

tener en cuenta las distancias de recorrido entre los centros de salud, y si es interprovincial mucho menos alcanza los tiempos de 100 minutos, por ello

recomendamos en haras de vigencia tecnologica, considerar minimo 04 horas de monitoreo como minimo.

quedando de la siguiente manera:

BATERIAS RECARGABLES INCORPORADAS, Y CARGADOR INCORPORADO AL EQUIPO CON CAPACIDAD DE 240 MINUTOS DE DURACION COMO MINIMO

EN MODO DE MONITORIZACION O 150 ENVIOS DE DESCARGA A 200 JOULES COMO MINIMO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B13 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado NO SE ACOGE la observación, tener en cuenta que los bienes objeto de la contratacion son ambulancias urbanas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20392988565	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:48:14

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

CONSULTA 01

HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

B38 DONDE INDICAN ESTANDAR AMD 005 2014.

B39 DONDE INDICAN ESTANDAR AMD 012 2014.

B43 DONDE INDICAN ESTANDAR AMD 003 2014.

B45 DONDE INDICAN ESTANDAR AMD 016 2014.

B49 DONDE INDICAN ESTANDAR AMD 006 2014.

Y DESPUES DE HABER REALIZADO LAS CONSULTAS NECESARIAS, PRECISAMOS QUE LO SOLICITADO EN LOS 5 PUNTOS NO EXISTE.

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ TENGA A BIEN, PRECISAR A QUE SE REFIERE CON LO REQUERIDO, O EN SU DEFECTO SUPRIMIRLO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B38 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 Y 16 DE LA LEY Y 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante se suprimirá de las especificaciones técnicas las pruebas solicitadas: "standar AMD 005-2014, AMD 012-2014, AMD 003-2014, AMD 016-2014, AMD 006-2014". Las pruebas de funcionamiento se realizará a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20392988565	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:48:14

Observación: Nro. 95

Consulta/Observación:

OBSERVACION 01
HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL PUNTO D01 DONDE SOLICITAN BARRA DE LUCES LED DE TECHO, NO PRECISAN QUE CALIDAD Y QUE NORMA DEBE CUMPLIR, TENIENDO EN CUENTA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA DURANTE EL TRASLADO DE PACIENTES QUE LA AMBULANCIA TENGA LA MAYOR POTENCIA DE ILUMINACIÓN TANTO EN EL DÍA, LA NOCHE Y ZONAS DE NEBLINA, A FIN DE QUE LA AMBULANCIA PUEDA SER IDENTIFICADA A DISTANCIAS CONSIDERABLES, TANTO POR CONDUCTORES Y PEATONES, EVITANDO ACCIDENTES DE TRANSITO POR LA VELOCIDAD QUE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA CIRCULAN.
POR LO EXPUESTO LÍNEAS ARRIBA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ TENGA A BIEN AMPLIAR DICHO REQUERIMIENTO A LO SIGUIENTE:
UNA BARRA DE LUCES DE TECHO LED DUAL (AMBAR ¿ BLANCO) CERTIFICACION SAE CLASS 1. DE LUZ ESTROBOSCOPICA ¿¿¿¿¿¿..

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** D01 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 Y 16 DE LA LEY Y 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO ACOGER la observación del participante ya que solicitar agregar características adicionales podría resultar restrictivo ocasionando que no exista pluralidad de postores. Además no se solicitó ni se observó en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20392988565	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:48:14

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

OBSERVACION 02

Habiendo revisado los requisitos de calificación en el punto A CAPACIDAD LEGAL, encontramos que la entidad no solicita como mínimo LA RESOLUCION DIRECTORAL emitida por el MINISTERIO DE LA PRODUCCION, donde se autoriza realizar el montaje y modificación de vehículos de transporte terrestre.

Este documento es de suma importancia para darle seguridad a la entidad que la empresa que se postula al presente proceso, está autorizada a realizar montaje y modificación de vehículos, teniendo en consideración que se coloca una cabina medica al chasis pick ¿ up para las unidades rurales y se amuebla el interior del furgón de carga, para las unidades urbanas, al desarrollar todos estos cambios dentro en los vehículos sin ninguna autorización ni procedimiento regulado y supervisado, la entidad estaría poniendo en riesgo a los pacientes y a la población.

Por lo expuesto solicitamos respetuosamente a la entidad agregar al requisito de calificación A CAPACIDAD LEGAL lo siguiente:

RESOLUCION DIRECTORAL emitida por el MINISTERIO DE LA PRODUCCION, donde se autoriza realizar el montaje y modificación de vehículos de transporte terrestre. A nombre del postor en caso de consorcio, todos los consorciados deberán contar con dicha resolución.

ACREDITACION:

Copia simple de la RESOLUCION DIRECTORAL emitida por el MINISTERIO DE LA PRODUCCION, donde se autoriza realizar el montaje y modificación de vehículos de transporte terrestre. A nombre del postor en caso de consorcio, todos los consorciados deberán contar con dicha resolución.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 48
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 Y 16 DE LA LEY Y 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO ACOGE la observación del participante ya que lo solicitar agregar documentos adicionales puede resultar restrictivo ocasionando que no exista pluralidad de postores. Ademas no se solicitó ni se observó en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20392988565	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:48:14

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

OBSERVACION 03

Habiendo revisado las especificaciones técnicas de la camilla telescópica en el punto B08, donde solicitan que sea construido de aluminio, debemos precisar que el material solicitado, es muy fácil de quebrarse, es muy simple, teniendo en cuenta el uso que se le dará en la región Arequipa, asimismo debemos indicar que al solicitar exclusivamente aluminio, estamos reduciendo la posibilidad de tener mayor cantidad de modelos de camilla, puesto que a nivel mundial existen camillas fabricadas de aluminio, duraluminio, acero inoxidable y otros.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos tenga a bien ampliar el rango de las camillas a lo siguiente:
B08 CONSTRUIDO EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE O DURALUMINIO U OTRO MATERIAL.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B08 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 Y 16 DE LA LEY Y 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE la observación el material de camilla telescópica podrá ser de aluminio o acero inoxidable. Se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08. CONSTRUIDO DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20392988565	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:48:14

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

OBSERVACION 04

Habiendo revisado las especificaciones técnicas de la camilla telescópica en el punto D02, donde solicitan gancho de seguridad, debemos precisar que lo solicitado solo lo cumplen las camillas tipo X, que en este caso no lo solicitan, además de ello las camillas en X, tienen que ser operadas por 3 personas como mínimo. En la actualidad el sistema de seguridad lo brindan los certificados de impacto y anclaje.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos tenga a bien ampliar el rango de las camillas a lo siguiente:
D02. GANCHO DE SEGURIDAD PARA DESCENSO DE CAMILLA (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D02 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 Y 16 DE LA LEY Y 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado NO SE ACOGE la observación, el gancho de seguridad para descenso de camilla es de vital importancia para la maniobra de la camilla por ello se aceptara otro dispositivo de seguridad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D02. GANCHO DE SEGURIDAD PARA DESCENSO DE CAMILLA U OTRO DISPOSITIVO DE SUJECION.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20392988565	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:48:14

Observación: Nro. 99

Consulta/Observación:

OBSERVACION 05

Habiendo revisado las especificaciones técnicas en la camilla telescópica encontramos que la entidad no solicita ningún estándar de seguridad, poniendo en riesgo al paciente durante el traslado, asimismo debemos tener claro que hoy en día todas las camillas fabricadas en empresas con respaldo y garantía cuentan con todos los certificados de calidad y seguridad, las camillas que no cuentan con dichos certificados ponen en riesgo a los pacientes, y perjudican a la entidad.

Por lo expuesto líneas arriba, solicitamos respetuosamente agregar a la camilla telescópica lo siguiente:
La camilla telescópica deberá contar con el estándar de calidad ISO 13845:2016
El anclaje deberá contar con el estándar de seguridad en 1789:2007 o SAE J3027

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: D05 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 Y 16 DE LA LEY Y 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO ACOGER la observación porque podría limitar la participación y/o pluralidad de postores, lo que se busca en el proceso de licitación es convocar la mayor cantidad de postores, el pretender exigir requisitos , características se estaría dejando en desventaja a demás participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	22:52:06

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

Observamos que hay una falla de digitación en el punto C04 al solicitar los lpm de los flujometros, debería ser de 0 a 15lpm, por lo que solicitamos por favor se pueda corregir, quedando de la siguiente manera:

C04 Dos (02) flujometros de 0 a 15 lpm, para las tomas de la ambulancia

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C04 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 02 de la ley art 16 de la ley art 29 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE la observación, se aclara el rango de medida del flujómetro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C04 DOS (02) FLUJOMETROS DE 0 A 15 LPM, PARA LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	22:52:06

Observación: Nro. 101

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del estetoscopio pediátrico se observa en el punto B05 que se detalla lo siguiente (¿) capacidad de registrar frecuencias de 20 hz a 1500hz, ante ello se menciona que en todos los catálogos las marcas reconocidas americanas y europeas figura un rango 10. A 1000hz y no de 20hz a 1500hz como solicitan en las bases. Es muy probable que esa medida lo tengan estetoscopios de origen asiáticos, los cuales no tengan las certificaciones y pruebas de ensayo que tiene los equipos americanos y europeos. Cabe mencionar que los equipos americanos y europeos colocan en sus catálogos las medidas en las cuales ellos han sido certificados, sin embargo, en pruebas directas sobrepasan el rango certificado. Por lo que acreditar una medida de 20 a 1500hz en un catálogo de fábrica no es posible, solo se acredita de 10 a 1000hz en las marcas reconocidas.

Por los expuesto, se solicita por favor comité acoger la observación, quedando de la siguiente manera:

B05. Diafragma que permita la detección de amplio rango de frecuencias (sonidos de alta y baja frecuencia) capacidad de registrar frecuencias de 10 hz a 1000hz

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B05 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 02 de la ley art 16 de la ley art 29 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO ACOGER la observación porque podría limitar la participación y/o pluralidad de postores, lo que se busca en el proceso de licitación es convocar la mayor cantidad de postores, el pretender exigir requisitos , características se estaría dejando en desventaja a demás participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 22:52:06

Observación: Nro. 102

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del estetoscopio adulto se observa en el punto B05 que se detalla lo siguiente (¿) capacidad de registrar frecuencias de 20 hz a 1500hz, ante ello se menciona que en todos los catálogos las marcas reconocidas americanas y europeas figura un rango 10. A 1000hz y no de 20hz a 1500hz como solicitan en las bases. Es muy probable que esa medida lo tengan estetoscopios de origen asiáticos, los cuales no tengan las certificaciones y pruebas de ensayo que tiene los equipos americanos y europeos. Cabe mencionar que los equipos americanos y europeos colocan en sus catálogos las medidas en las cuales ellos han sido certificados, sin embargo, en pruebas directas sobrepasan el rango certificado. Por lo que acreditar una medida de 20 a 1500hz en un catálogo de fábrica no es posible, solo se acredita de 10 a 1000hz en las marcas reconocidas.

Por los expuesto, se solicita por favor comité acoger la observación, quedando de la siguiente manera:

B05. Diafragma que permita la detección de amplio rango de frecuencias (sonidos de alta y baja frecuencia) capacidad de registrar frecuencias de 10 hz a 1000hz

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B05 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 02 de la ley art 16 de la ley art 29 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO ACOGER la observación porque podría limitar la participación y/o pluralidad de postores, lo que se busca en el proceso de licitación es convocar la mayor cantidad de postores, el pretender exigir requisitos , características se estaría dejando en desventaja a demás participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 22:52:06

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

Para mayor pluralidad de marcas y postores, aceptarían que el peso de la camilla sea de máximo 50kg ya que es el peso real en diversas marcas en el mercado americano y europeo, adicional que solicitan una camilla tipo X al solicitar el gancho de seguridad para descenso de camilla, por lo que requiere más accesorios y material de fabricación para que pueda manejarse las alturas variables de la camilla, por lo que solicitamos que el peso no sea mayor a 50kg, quedando de la siguiente manera:

B02 Peso máximo 50kg.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B02 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el peso de la camilla será máximo 50 kg. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02. PESO MÁXIMO 50 KG.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	22:52:06

Observación: Nro. 104

Consulta/Observación:

Observamos que en el punto B12 solicitan que el anclaje de la camilla sea al piso o a la pared lateral de la camilla, dando opción a colocar cualquiera de ambos anclajes, pero en el punto D01 solicitan que el sistema de fijación al vehículo sea de gancho lateral y tope frontal, por lo que habría incongruencia en lo solicitado, ya que al colocar lo dicho en el D01 se estaría descartando la opción de que el anclaje o fijación pueda ser directamente al piso, las camillas de emergencia pre hospitalarias puedes tener ambas opciones de anclaje, sea directamente al piso o la fijación puede ser lateral y central, a fin de no llegar a tener incongruencias en el proceso solicitamos que la fijación se directamente al piso o de fijación lateral y central, por lo expuesto solicitamos al comité por favor considere nuestra observación a fin de dar mayor participación de postores y pluralidad de marcas, quedando de la siguiente manera:

B12 Sistema de fijación o anclaje de la camilla uno directamente al piso y el otro vertical de toma lateral a la camilla; o solo con sistema de fijación central.

D01 Sistema de fijación o anclaje de la camilla uno directamente al piso y el otro vertical de toma lateral a la camilla; o solo con sistema de fijación central.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B12D01 Página: 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 02 de la ley art 16 de la ley art 29 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, el sistema de fijacion de la camilla podrá ser con gancho lateral y tope frontal o sistema de fijación central o de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B12. SISTEMA DE FIJACIÓN AL VEHICULO CON GANCHO LATERAL Y TOPE FRONTAL (SEGÚN NTS N°051-MINSA/OGDN-V01) O SISTEMA DE FIJACIÓN CENTRAL O SU PROPIO SISTEMA DE FIJACION

D01. SISTEMA DE FIJACIÓN AL VEHICULO CON GANCHO LATERAL Y TOPE FRONTAL (SEGÚN NTS N°051-MINSA/OGDN-V01) O SISTEMA DE FIJACIÓN CENTRAL O SU PROPIO SISTEMA DE FIJACION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	22:52:06

Observación: Nro. 105

Consulta/Observación:

Observamos que solicitan en el B09 ajustable en altura multinivel y en el punto D02 gancho de seguridad para descenso de camilla, ambas configuraciones direccionadas a camillas Tipo X, cuando existen hoy en día camillas Tipo M, en las camillas Tipo X es necesario dos operarios para bajar y subir la camilla por lo que es una camilla de mayor uso para el tipo de emergencia donde intervienen los bomberos, las camillas Tipo M solo se necesita un solo operario para subir y bajarla, ya que son camillas para traslado pre hospitalario de uso frecuente en ambulancias para hospitales o clínicas, por lo que solicitamos que el punto B09 y D02 sean opcionales, a fin de poder brindar pluralidad de marcas y mayor participación de postores, por lo expuesto solicitamos al comité por favor considere nuestra observación quedando de la siguiente manera:

B09 Ajustable en altura multinivel (opcional)

D02 Gancho de seguridad para descenso de camilla (opcional)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B09D02 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 02 de la ley art 16 de la ley art 29 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, el gancho de seguridad para descenso de camilla u otro dispositivo y los niveles seran ajustables en altura multinivel minimo dos alturas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B09. AJUSTABLE EN ALTURA MULTINIVEL, MINIMO DOS ALTURAS.

D02. GANCHO DE SEGURIDAD PARA DESCENSO DE CAMILLA U OTRO DISPOSITIVO DE SUJECION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	22:52:06

Observación: Nro. 106

Consulta/Observación:

Observamos que en las especificaciones de la camilla telescópica olvidaron colocar en las características técnicas el sistema de presurización que toda camilla debe de tener ya que es un accesorio de la camilla, el sistema de presurización es un equipo que suministra bolsas salinas y/o sangre a pacientes mientras el personal de emergencia trabaja en la reanimación del paciente, teniendo en cuenta que las ambulancias van a diversas zonas geográficas de la región es necesario y vital por la distancias que hay entre los lugares y los centros de salud, que el personal asistencial cuente con este accesorio durante la emergencia ya que es un accesorio de la camilla que puede salvar vidas, por lo expuesto solicitamos al comité por favor considere nuestra observación, quedando de la siguiente manera:

D05 Sistema de rescate de presurización fija para bolsas de salinas con presión positiva de 100mbar o más, en material poliuretano para mayor resistencia. Se acreditará mediante su registro sanitario.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: D05 Página: 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 02 de la ley art 16 de la ley art 29 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO ACOGER la observación porque podría limitar la participación y/o pluralidad de postores, lo que se busca en el proceso de licitación es convocar la mayor cantidad de postores, el pretender exigir requisitos , características se estaría dejando en desventaja a demás participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	22:52:06

Observación: Nro. 107

Consulta/Observación:

Observamos que solicitan en el set de collarines cervicales que sea radiolucido y compatible con resonancia magnética nuclear (RIMN) y tomografía cuando este punto no es acreditable en los catálogos de los fabricantes de procedencia Americana o Europea por lo que los Set de collarines en catálogos aparecen como compatibilidad con RX, TAC y MRI, por lo expuesto solicitamos por favor al comité considere nuestra observación a fin de dar mayor participación de postores, quedando de la siguiente manera:

B02 Compatibilidad con RX, TAC y MRI

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B02 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 02 de la ley art 16 de la ley art 29 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones tecnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE la observación, para brindar mayor pluralidad y participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02. radiolucido y compatible con resonancia magnética nuclear (RIMN) O RX, TAC Y MRI Y TOMOGRAFIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	22:52:06

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

En el set de collarines, diversas marcas de origen Americano y Europeo generalmente no figura lo que solicitan en las especificaciones técnicas a pesar de que si cumplen con lo solicitado, por lo que en sus catálogos aparecen especificaciones más globales como aumento el radio del borde para mejorar el confort de la víctima, aumento el espesor y la densidad del revestimiento interior optimizando la limpieza e higiene, nuestra consulta es, en el punto B05 podría considerarse lo que aparece en los catálogos y/o fichas del fabricante el cual puede ser acreditado? Quedando de la siguiente manera:

B05 Aumento del radio del borde para mejorar el confort de la víctima, aumento del espesor y la densidad del revestimiento interior, optimizando la limpieza e higiene.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B05 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO ACOGER la observación porque podría limitar la participación y/o pluralidad de postores, lo que se busca en el proceso de licitación es convocar la mayor cantidad de postores, el pretender exigir requisitos , características se estaría dejando en desventaja a demás participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	22:52:06

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

Aceptarían que la tabla rígida también sea de material HDPE (Polietileno de alta densidad) por lo que no existe una tabla rígida fabricada de solo material poliuretano, sino que también las combinan con HDPE, por lo expuesto en nuestra consulta, aceptarían que el material sea también de polietileno de alta densidad, quedando de la siguiente manera:

B01 Material de poliuretano de alta densidad o polietileno de alta densidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B01 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara a consulta del participante, el material de la tabla rígida podrá ser poliuretano y/o polietileno de alta densidad. Se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01. MATERIAL DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	22:52:06

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

Aceptarían que la visualización pletismografica del oximetro de pulso sea opcional?, ya que los oximetros de pulso son para verificar la saturación de oxígeno y el pulso cardiaco, la onda pletismografica se diseñó para los desfibriladores en caso de emergencias pre hospitalarias, al solicitar una ambulancia tipo II conlleva a tener un desfibrilador el cual tiene onda pletismografica, las ondas pletismograficas generalmente están configurados para equipos asiáticos o equipos de mesa y no portátiles, por lo que solicitamos si aceptarían que la visualización pletismografica sea opcional, quedando de la siguiente manera:

B02 Visualización Pletismografica (Opcional)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B02 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, que la visualización pletismografica del oximetro no puede ser opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 22:52:06

Observación: Nro. 111

Consulta/Observación:

En el maletín de medicamento solicitan en el punto C01 que se entregar medicamentos e insumos y materiales según lo que indique la norma técnica de salud N°051, pero hay medicamentos controlados que requieren receta y medicamentos ya discontinuados por lo que se tendría que especificar una excepción a esos medicamentos, por lo expuesto solicitamos al comité por favor evalúe la observación a fin de dar mayor participación a mas postores, quedando de la siguiente manera:

C01 Debe albergar como mínimo los medicamentos, insumos y materiales indicados en la norma técnica de salud N°051-MINSA/OGDN-V0.1 (No incluye medicamentos controlados)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C01 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 02 de la ley art 16 de la ley art 29 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como área usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, los medicamentos que debe albergar el maletín será lo solicitados en la Norma Técnica de salud, exonerando fuera de circulación, en caso algún medicamento no se comercialice en la presentación o medida solicitada se deberá entregar lo disponible en el mercado local. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C01 DEBE ALBERGAR COMO MINIMO LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES INDICADOS EN LA NORMA TECNICA DE SALUD N°051-MINSA/OGDN-V.01 (NO SE ENTREGARÁN MEDICAMENTOS, INSUMOS DESCONTINUADOS, NI QUE YA NO SE COMERCIALIZEN EN EL MERCADO LOCAL. EN CASO ALGUN MEDICAMENTO NO SE COMERCIALIZE EN LA PRESENTACION O MEDIDA SOLICITADA, SE ENTREGARÁ LO DISPONIBLE EN EL MERCADO LOCAL). SUSTENTAR LA MISMA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 22:52:06

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

¿Aceptarían que el adaptador para las cánulas de succión sea opcional, en el aspirador de secreciones?, quedando de la siguiente manera

C05 Adaptador para las cánulas de succión, en caso requiera (opcional)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C05 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del proveedor, el adaptador para cánulas de succión, es necesario para el funcionamiento de la aspiradora de secreciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 22:52:06

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

Aceptarían que la iluminación sea de mínimo 40,000 lux a mas, ya que se evidencia que las linternas lapiceros de uso pre hospitalario su iluminación de marcas americanas como europeas comienzan desde esa cantidad de Lux, 40,000 lux y 60,000 lux, a fin de dar mayor participación de postores solicitamos puedan aceptar nuestra consulta, quedando de la siguiente manera:

B02 Iluminación de 40,000 lux o mas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B02 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a la consulta la iluminacion minina requerida es de 100,000 lux.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20609448858

Nombre o Razón social : AXONMEDI-K S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:06:42

Observación: Nro. 114

Consulta/Observación:

Se evidencia que en el Resucitador manual adulto, las especificaciones están direccionadas a cierta marca en específica, así como hoy en día algunos accesorios de esa marca se encuentra descontinuados por lo que podría ser un factor de incumplimiento en el presente proceso, por lo que se recomienda una especificación más abierta a varias marcas de procedencia Americana o Europea que se encuentran hoy en día vigentes en todos sus accesorios, por lo expuesto solicitamos por favor al comité considere nuestra observación, quedando de la siguiente manera:

C01 Resucitador manual para adultos:

¿ Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 cc.

¿ Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamaños con bordes acojinados, anatómicos, transparentes, esterilizables en autoclave.

¿ Válvula de paciente y válvula PEEP regulable y esterilizable en autoclave.

¿ Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000 cc. Como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: C01

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 72 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como área usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, para brindar mayor pluralidad y participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C01 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTOS:

¿Bolsa ventilatoria reusable, de silicona transparente o semitransparente autoclavable, de fácil limpieza y desinfección, tamaño adulto de 1200 ml aprox o según fabricante. como mínimo

¿Con una válvula de paciente unidireccional, con válvula PEEP autoclavable

¿Con reservorio de oxígeno no menor a 2000 ml

¿Con conector para tubo endotraqueal

¿Con conector para manguera de oxígeno

Accesorios:

Dos (02) mascarillas tamaño adulto, transparente, con bordes acojinados anatómicos, transparentes, lavables y esterilizables en autoclave o según fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20609448858

Nombre o Razón social : AXONMEDI-K S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:06:42

Observación: Nro. 115

Consulta/Observación:

Se evidencia que en el Resucitador manual pediátrico, las especificaciones están direccionadas a cierta marca en específica, así como hoy en día algunos accesorios de esa marca se encuentra descontinuados por lo que podría ser un factor de incumplimiento en el presente proceso, por lo que se recomienda una especificación más abierta a varias marcas de procedencia Americana o Europea que se encuentran hoy en día vigentes en todos sus accesorios, por lo expuesto solicitamos por favor al comité considere nuestra observación, quedando de la siguiente manera:

C02 Resucitador manual pediátrico:

- ¿ Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor a 450cc. Y menor a 1000 cc.
- ¿ Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamaños con bordes acojinados, anatómicos, transparentes, esterilizables en autoclave.
- ¿ Válvula de paciente y válvula de seguridad de sobre presión (relief) esterilizable en autoclave.
- ¿ Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000 cc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C02 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 72 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como área usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, para brindar mayor pluralidad y participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02 RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO:

- ¿ Compuesto por una bolsa ventilatoria reusable, de material silicona, transparente o semi transparente, autoclavable, resistente al uso frecuente y de fácil limpieza y desinfección, tamaño pediátrico, autoclavable, de 450 ml aprox.
- ¿ Con una válvula de paciente unidireccional, con válvula PEEP autoclavable o regulable.
- ¿ Con válvula de seguridad para sobre presión
- ¿ Con reservorio de oxígeno no menor A 2000 ml o según fabricante
- ¿ Con conector para tubo endotraqueal
- ¿ Con conector para manguera de oxígeno

Accesorios:

Dos (02) mascarillas tamaño pediátrico, transparente, con bordes acojinados anatómicos, lavables y esterilizables en autoclave

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609448858	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AXONMEDI-K S.A.C.	Hora de envío :	23:06:42

Observación: Nro. 116

Consulta/Observación:

Se evidencia que en el Laringoscopio adulto-pediátrico, las especificaciones están direccionadas a cierta marca en específica, así como acreditar lo solicitado en catálogos o fichas técnicas del fabricante generalmente es imposible, como también en todos los procesos de ambulancias el laringoscopio tiene unas especificaciones ya estándar por lo que se recomienda una especificación más abierta a varias marcas de procedencia Americana o Europea y el cual puede ser acreditado en todo catalogo o ficha técnica, por lo expuesto solicitamos por favor al comité considere nuestra observación, quedando de la siguiente manera:

C03 Laringoscopio con sistema de iluminación de fibra óptica, lámpara de xenón o led, con tres hojas de acero inoxidable de diferentes tamaños, reusables y autoclavables, para pacientes adultos tipo Macintosh; una hoja para pacientes pediátricos tipo Macintosh reusable y autoclavables; tres hojas de diferentes tamaños para pacientes pediátricos tipo Miller reusable; un mango para pilas y estuche para el equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: C03 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 72 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide NO ACOGER la observación porque podría limitar la participación y/o pluralidad de postores, lo que se busca en el proceso de licitación es convocar la mayor cantidad de postores, el pretender exigir requisitos , características se estaría dejando en desventaja a demás participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20609448858

Nombre o Razón social : AXONMEDI-K S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:06:42

Observación: Nro. 117

Consulta/Observación:

Se evidencia que solicitan Set de tubos endotraqueales con cuff y sin cuff tanto en el punto C10 como en el Punto C11, el cual solicitan 12 unidades pero en los diferentes tamaños a solicitar se puede enumerar que solo piden 8 unidades, así como en el punto C10 solicitan que las guías sean reusables, por lo que nuestra observación se basa a que solicitar la cantidad de 14 unidades partidas en 7 adultos y 7 pediátricos, así como solicitar que las guías sea reusables es muy antihigiénico en una ambulancia pre hospitalaria por no tener un equipo de autoclave por lo que la guía tendría que ser descartable y entregarse 6 guías descartables, por lo expuesto solicitamos al comité por favor considere nuestra observación quedando de la siguiente manera:

C10 Set de tubos endotraqueales

Siete (07) para pacientes pediátricos, de diferentes tamaños N°2.5, N°3 ,N°3.5 ,N°4 ,N°4.5 ,N°5 ,N°5.5. con Seis (6) guías descartables.

C10 Set de tubos endotraqueales

Siete (07) para pacientes adultos, de diferentes tamaños N°6 ,N°6.5 ,N°7 ,N°7.5 ,N°8 ,N°8.5 ,N°9

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C10C11 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 72 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE la observación. Todas las guías tendran que ser reusables y las misma se pariran en 7 para adultos y 7 pediátricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C10 SET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES

SIETE (07) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, DE DIFERENTES TAMAÑOS N°2.5, N°3 ,N°3.5 ,N°4 ,N°4.5 ,N°5 ,N°5.5. CON SEIS (6) GUÍAS REUSACLES.

C11 SET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES

SIETE (07) PARA PACIENTES ADULTOS, DE DIFERENTES TAMAÑOS N°6 ,N°6.5 ,N°7 ,N°7.5 ,N°8 ,N°8.5 ,(8.5 o N°9) GUIAS REUSABLES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20609448858	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	AXONMEDI-K S.A.C.	Hora de envío :	23:06:42

Observación: Nro. 118

Consulta/Observación:

Se evidencia que solicitan en el desfibrilador en el punto DO4 20 pares de electrodos descartables tamaño adulto y en el D05 10 pares de electrodos descartables tamaño pediátrico, cuando este equipo es un Monitor Desfibrilador el cual lleva paletas de desfibrilación adulto y pediátrico adheridas al equipo, el cual no es necesario solicitar esa cantidad de parches que encarecen al equipo innecesariamente ya que los parches son para equipos DEA que no llevan paletas para desfibrilación, una cantidad considerable seria 2 parches adultos y 2 parches pediátricos, por lo expuesto solicitamos al comité considere nuestra observación quedando de la siguiente manera:

D04 Dos (02) pares de electrodos descartables tamaño adulto para marcapasos extremo y desfibrilación a manos libres con un cable conector a equipo como mínimo.

D05 Dos (02) pares de electrodos descartables tamaño pediátrico para marcapasos extremo y desfibrilación a manos libres con un cable conector a equipo como mínimo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D04D05 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 72 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE la observación, considerando que el equipo cuenta con paletas adulto y pediátrico, la cantidad de pares de electrodos será de dos (2) para pacientes adultos y dos (02) para paciente pediátrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D04 Dos (02) pares de electrodos descartables tamaño adulto para marcapasos extremo y desfibrilación a manos libres con un cable conector a equipo como mínimo.

D05 Dos (02) pares de electrodos descartables tamaño pediátrico para marcapasos extremo y desfibrilación a manos libres con un cable conector a equipo como mínimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20609448858

Nombre o Razón social : AXONMEDI-K S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:06:42

Observación: Nro. 119

Consulta/Observación:

Se evidencia que solicitan en el oxímetro de pulso el sistema de 12VDC con conexión a la toma DC de la ambulancia, los oxímetros de pulso portátiles pre hospitalarios tiene un sistema de 5V o 9V y con un adaptador externo llegan a 12VDC para la conexión de la ambulancia, pero estos equipos no requieren dicha solicitud porque son portátiles a baterías, el oxímetro de pulso que podría tener conexión de 12VDC son de mesa no portátiles con más volumen y peso, no es un requerimiento necesario para este tipo de equipos más bien bloquea la participación de marcas Americanas o Europeas que si son fabricadas para el servicio Pre Hospitalario en Ambulancias, por lo que solicitamos al comité por favor considere nuestra observación a fin de dar mayor participación a más postores, quedando de la siguiente manera:

E13 Sistema de alimentación de 12 VDC con conexión a la toma DC de la ambulancia (sistema conexión directa del equipo a la toma de corriente de la unidad sin transformador externo) (opcional)

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** E13 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 72 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como area usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE la observación, el sistema de alimentacion de 12vdc con conexión a la toma DC de la ambulancia (sistema conexión directa del equipo a la toma de corriente de la unidad opcionalmente sin transformador externo) podrá ser opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E13. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA DC DE LA AMBULANCIA (SISTEMA CONEXIÓN DIRECTA DEL EQUIPO A LA TOMA DE CORRIENTE DE LA UNIDAD OPCIONALMENTE SIN TRANSFORMADOR EXTERNO). OPCIONAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20609448858

Nombre o Razón social : AXONMEDI-K S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:06:42

Observación: Nro. 120

Consulta/Observación:

Se evidencia la probabilidad de una mala digitación en el aspirador de secreciones al solicitar el punto D01, por lo que se recomienda describirlo de la siguiente manera, soporte para el equipo capaz de soportar vibraciones con sistema de liberación rápida, por lo expuesto solicitamos al comité evalúe la observación quedando de la siguiente manera:

D01 Soporte para el equipo capaz de soportar vibraciones con sistema de liberación rápida.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D01 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 72 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como área usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación el soporte del equipo pueda ser mural o base, capaz de soportar aceleración y vibraciones con sistema de liberación rápida. Se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D01. SOPORTE MURAL O BASE PARA EL EQUIPO CAPAZ DE SOPORTAR ACELERACIONES Y VIBRACIONES, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20609448858

Nombre o Razón social : AXONMEDI-K S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:06:42

Observación: Nro. 121

Consulta/Observación:

Se evidencia la probabilidad de una mala digitación en el aspirador de secreciones al solicitar el punto B08, por lo que se recomienda describirlo de la siguiente manera, la instalación en el vehículo, mediante un soporte, debe permitir su uso durante el transporte, por lo expuesto solicitamos al comité evalué la observación quedando de la siguiente manera:

B08 La instalación en el vehículo, mediante un soporte, debe permitir su uso durante el transporte.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B08 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 72 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo manifestado por el participante es un cuestionamiento a las especificaciones técnicas y como área usuaria en concordancia con el art 29 del reglamento del TUO de la ley de contrataciones del estado SE ACOGE PARCIALMENTE la observación el soporte del equipo pueda ser mural o base. Se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08. LA INSTALACION EN EL VEHÍCULO, MEDIANTE UN SOPORTE MURAL O SOPORTE BASE, DEBE PERMITIR SU USO DURANTE EL TRANSPORTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 122

Consulta/Observación:

D04
INDICA: DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELASTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE LIBRE DE LATEX.
Para mayor pluralidad de marcas, se solicita a la entidad considerar también para paciente neonato. Quedando de la siguiente manera:
D04 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELASTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE O NEONATO LIBRE DE LATEX.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** D4 **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se aceptará que las mascarillas con elastico sean infante o neonatales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D04. DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE O NEONATAL LIBRE DE LATEX.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 123

Consulta/Observación:

D04

INDICA: BOLSA O MOCHILA PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENO.

Para una mejora al accesorio del equipo, se solicita considerar un porta balón de oxígeno en acero carbono, ya que este balón se considera ¿portátil¿, se tendría más facilidad para el uso. Quedando de la siguiente manera:

D04 BOLSA O MOCHILA O PORTA BALON DE OXIGENO EN ACERO CARBONO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D04 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, se aceptará que el balón de oxígeno este en una bolsa o mochila o porta balón de oxígeno en acero o aluminio o metal para transporte de cilindro de oxígeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D04 BOLSA O MOCHILA O PORTA BALON DE OXIGENO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
INDICA: DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCION DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 20 HZ A 1500 HZ.
Para mayor pluralidad de marcas, se solicita a la entidad considerar como rango de frecuencia de 10 HZ a 1000 HZ, generando una mayor diversidad de ofertas. Quedando de la siguiente manera:
B05 DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCION DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 10 HZ A 1000 HZ.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B05 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara, que la capacidad de reggitro de frecuencia no podrá ser cambiada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

C02

ESPECIFICACIONES ESTETOSCOPIO PEDIATRICO

INDICA: FUNDA Y ESTUCHE PARA EL EQUIPO

Con el fin de generar mayor pluralidad de ofertas, se solicita a la entidad considerar la entrega y presentación de uno de los accesorios mencionados. Quedando de la siguiente manera:

C02 FUNDA Y/O ESTUCHE PARA EL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C02 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, donde se aceptara funda y/o estuche para el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02 FUNDA Y/O ESTUCHE PARA EL EQUIPO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

B05
ESPECIFICACIONES ESTETOSCOPIO ADULTO
INDICA: DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCION DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 20 HZ A 1500 HZ.
Para mayor pluralidad de marcas, se solicita a la entidad considerar como rango de frecuencia de 10 HZ a 1000 HZ, generando una mayor diversidad de ofertas. Quedando de la siguiente manera:
B05 DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCION DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 10 HZ A 1000 HZ

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B05 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara, que la capacidad de reggitro de frecuencia no podrá ser cambiada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 127

Consulta/Observación:

C02

ESPECIFICACIONES ESTETOSCOPIO ADULTO

INDICA: FUNDA Y ESTUCHE PARA EL EQUIPO

Con el fin de generar mayor pluralidad de ofertas, se solicita a la entidad considerar la entrega y presentación de uno de los accesorios mencionados. Quedando de la siguiente manera:

C02 FUNDA Y/O ESTUCHE PARA EL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** C02 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, donde se aceptara funda y/o estuche para el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02 FUNDA Y/O ESTUCHE PARA EL EQUIPO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 128

Consulta/Observación:

B02
ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMILLA TELESCOPICA
INDICA: PESO MAXIMO 40 KG

Con el fin de generar mayor pluralidad de ofertas, se solicita a la entidad considerar como peso máximo de 57 kg, ya que este tipo de camillas cuenta con mejoras en los niveles de altura y mayor ventaja en su uso. Quedando de la siguiente manera:
B02 PESO MAXIMO 57 KG.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B02 **Página:** 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el peso de la camilla será máximo 50 kg. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02. PESO MÁXIMO 50 KG.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:

B06

ESPECIFICACIONES TECNICAS SET DE COLLARINES CERVICALES

INDICA: TIRA VELCRO CIERRE REGULABLE

Habiendo analizado este requerimiento, lo solicitado se debe considerar como dos opciones y generar mayor variedad de marcas en las ofertas, quedando de la siguiente manera:

B06 TIRA VELCRO O CIERRE REGULABLE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** B06 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, donde se aceptara tira velcro o cierre regulable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B06 TIRA VELCRO O CIERRE REGULABLE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:

D01
ESPECIFICACIONES TECNICAS CHALECO DE EXTRICACION
INDICA: CON ESTUCHE O BOLSA DE TRANSPORTE
Según lo indicado en el literal C COMPONENTES D01 Con estuche o bolsa de transporte, se genera una ambigüedad con lo requerido en el literal D ACCESORIOS Y/O PERFIFERICOS D01 Bolsa de Traslado con asa, se solicita al área usuaria eliminar el literal C COMPONENTES D01.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D01 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, donde se suprimirá el literal C COMPONENTES D01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 131

Consulta/Observación:

C05
COMPONENTES DEL MALETIN CON SOPORTE BASICO DE VIDA
INDICA:
DOS (02) LAMPARAS DE REPUESTO: UNO (01) PARA EL OFTALMOSCOPIO Y UNO (01) PARA EL RETINOSCOPIO.
Según lo expresado en las características generales de este equipamiento medico, se deduce que los accesorios adicionales serian UNA LAMPARA PARA EL OFTALMOSCOPIO Y UNA LAMPARA PARA EL OTOSCOPIO, habiendo un error de digitación. Las cuales debería quedar de la siguiente manera:
C05 DOS (02) LAMPARAS DE REPUESTO: UNO (01) PARA EL OFTALMOSCOPIO Y UNO (01) PARA EL OTOSCOPIO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** C05 **Página:** 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, donde se aceptaran dos lamparas de repuesto: uno (01) para el oftalmoscopio y uno (01) el retinoscopio o otoscopio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C05 DOS (02) LAMPARAS DE REPUESTO: UNO (01) PARA EL OFTALMOSCOPIO Y UNO (01) PARA EL RETINOSCOPIO O OTOSCOPIO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:

INCISO B50

DICE: UN (01) GABINETE ¿ ASIENTO, LONGITUDINAL TIPO CAJON, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA, (LADO DERECHO) CON COLCHONETA CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN PACIENTE ACOSTADO O PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS, UNO SENTADO CON CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZ IMPERMEABLE DE FACIL LAVADO Y DESINFECCION, TAPA REBATIBLE Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO VARIOS, CON UN COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAR LA TABLA DE INVOBILIZACION CON BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDOS.

SE OBSERVO Y SE ENCONTRO UNA INCOHERENCIA EN LA PARTE DEL GABINETE ¿ ASIENTO, LONGITUDINAL TIPO CAJON, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA (LADO DERECHO) EN LA QUE PIDEN TRANSPORTAR UN PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS, HACIENDO USO DEL ART. 2 LITERAL C (TRANSPARENCIA). LAS ENTIDADES PROPORCIONAN INFORMACION CLARA Y COHERENTE CON EL FIN QUE TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACION SEAN COMPRENDIDAS POR LOS PROVEEDORES, GARANTIZANDO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, Y QUE LA CONTRATACION SE DESARROLLE BAJO CONDICIONES DE IGUALDAD DE TRATO, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD. ESTE PRINCIPIO RESPETA LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO.

DEBE DECIR: UN (01) GABINETE ¿ ASIENTO, LONGITUDINAL TIPO CAJON, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA, (LADO DERECHO) CON COLCHONETA CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN PACIENTE ACOSTADO O TRES (03) PARAMEDICOS SENTADOS, CON CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZ IMPERMEABLE DE FACIL LAVADO Y DESINFECCION, TAPA REBATIBLE Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO VARIOS, CON UN COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAR LA TABLA DE INVOBILIZACION CON BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDOS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: B50 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, el compartimiento para la tabla de inmovilizacion sera opcional Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B50 UN GABINETE-ASIENTO, LONGITUDINAL TIPO CAJÓN, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA, (LADO DERECHO) CON COLCHONETA CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN PACIENTE ACOSTADO O PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS, UNO SENTADOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZ IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, TAPA REBATIBLE Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS VARIOS DE MANERA OPCIONAL CUENTE CON UN COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAR LA TABLA DE INMOVILIZACIÓN , CON BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDEADOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:13:42

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

INCISO D08

DICE: UN (01) EXTINTOR DE PQS RECARGABLE EN LA CABINA AUTOMOTRIZ 06 KG

CONSIDERAR UN EXTINTOR DE 2 KG PARA MAYOR FACILIDAD DE MOVILIZACION CON LOS PARAMEDICOS EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA MANIOBRAS CON EL PACIENTE Y TAMBIEN PARA EL FACIL ACCESO EN SU USO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.3 **Literal:** D08 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, donde se mantendrá el extintor recargable de 6kg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Fecha de envío : 06/09/2023

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Hora de envío : 23:31:27

Consulta: Nro. 134

Consulta/Observación:

En nuestra consulta que solicitan que la fijación de la camilla sea lateral y central, pero las camillas comúnmente vienen con anclaje central adicional que es para dar mayor participación de postores consultamos si aceptarían también que el anclaje o fijación sea solo central, quedando de la siguiente manera:

B36 Camilla instalada y anclada sobre el piso del vehículo o en el espacio libre al lado del mueble de gavetas, con doble sistema de fijación: uno directamente al piso y otro vertical de toma lateral a la camilla o fijación central, su desplazamiento deberá ser lineal y directo.....

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: B36

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara la consulta del participante respecto al sistema de fijación de la camilla en la ambulancia. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B36 CAMILLA INSTALADA Y ANCLADA SOBRE EL PISO DEL VEHÍCULO EN EL ESPACIO LIBRE AL LADO DEL MUEBLE DE GAVETAS. CON DOBLE SISTEMA DE FIJACIÓN: UNO DIRECTAMENTE AL PISO Y OTRO VERTICAL DE TOMA LATERAL A LA CAMILLA O CON FIJACIÓN CENTRAL O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE; SU DESPLAZAMIENTO DEBERÁ SER LINEAL Y DIRECTO SIN OBSTÁCULOS NI SISTEMA DE RIELES. ESPACIO LIBRE NO MENOR DE 0.30 M. ENTRE LA CAMILLA Y EL LUGAR DONDE SE SIENTAS EL PERSONAL ASISTENCIAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	23:39:12

Observación: Nro. 135

Consulta/Observación:

En los vehículos (chasis) que se usan para hacer la conversión a ambulancia, todos los vehículos salen de fabrica con una sola batería, no se debe tocar nada del sistema eléctrico para no perder la garantía de fabrica y no es recomendable colocar dos baterías conjuntas al chasis, por lo que lo recomendable es mantener el sistema eléctrico como viene de fabrica, con una sola batería, por lo expuesto solicitamos al comité considere nuestra observación, quedando de la siguiente manera:

SISTEMA ELECTRICO

A14 Una Batería: 12 voltios

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A14 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 02 de la ley art 16 de la ley art 29 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide NO ACOGER la observación. Se indica que 01 batería la principal es del vehículo, y la segunda batería auxiliar corresponde a la cabina medica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:54:07

Observación: Nro. 136

Consulta/Observación:

A12. SUSPENSION

SE OBSERVA QUE EN LAS BASES SOLICITAN

Suspensión delantera: Independiente, con resorte o barra de torsión

Suspensión posterior: con muelles o resortes.

A efecto de lograr mayor participación y pluralidad de postores y marcas de vehículo, se solicita al comité acepten que la suspensión delantera sea tipo Pseudo Mc Pherson con barra inferior triangulado y barra estabilizadora o según cada fabricante y que la suspensión posterior sea barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados o según cada fabricante. quedando de la siguiente manera:

A12. Sistema de Suspensión:

Suspensión delantera: Independiente, con resortes o muelles o barra de torsión o Pseudo Mc Pherson con barra inferior triangulado y barra estabilizadora o según cada fabricante.

Suspensión posterior: eje rígido o independiente, con muelles parabólicos o semielípticos Barra rígida, resortes o ballestas longitudinales o barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados o según cada fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: A12

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER la observación, se ampliarán las opciones del sistema de suspensión para brindar mayor participación de probables postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12 SISTEMA DE SUSPENSION:

SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O PSEUDO MACPHERSON CON BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

SUSPENSION POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI- TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRAULICOS DOBLE EFECTO, TELESCOPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS O DE ACUERDO A FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	23:54:07

Observación: Nro. 137

Consulta/Observación:

B02

SE OBSERVA QUE EN LAS BASES SOLICITAN

Asiento: 02, tipo butaca con espaldar o tipo banqueta para dos acompañantes, ergonómicos original de fábrica.

A efecto de lograr mayor participación y pluralidad de postores y marcas de vehículo, se solicita al comité acepten que los asientos sean 02 asientos tipo butaca o 01 asiento tipo butaca para el piloto y 01 asiento tipo banca o butaca para copiloto o según cada fabricante. quedando de la siguiente manera:

B02: ASIENTO: 02 asientos tipo butaca o 01 asiento tipo butaca para el piloto y 01 asiento tipo banca o butaca para copiloto o según cada fabricante cada fabricante

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: B02 Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE respecto a los asientos de la cabina de conducción. Esto se reflejará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02. ASIENTOS: MÍNIMO 02, TIPO BUTACA CON ESPALDAR PARA CONDUCTOR Y TIPO BANQUETA PARA COPILOTO Y OPCIONALMENTE UN ACOMPAÑANTE O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE, ERGONOMICOS ORIGINAL DE FÁBRICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:54:07

Observación: Nro. 138

Consulta/Observación:

B38 ¿ sistema eléctrico

Se observa que solicitan el sistema eléctrico sea según el estándar AMD 005-2014.

Mencionamos al comite que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS adjuntamos el link para su verificacion https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades medicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006 por tal motivo, se solicita al comité: : suprimir el texto ¿ según el estándar AMD 005-2014.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B38 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 005-2014, las pruebas de funcionamiento se realizarán a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B38. SISTEMA ELECTRICO: TOTALMENTE INDEPENDIENTE DEL VEHÍCULO BASE CON BATERÍA DEDICADA CONECTADA AL SISTEMA DE CARGA DE LA UNIDAD MÓVIL. TABLERO DE FUSIBLES DE FÁCIL ACCESO, CADA CIRCUITO DEBE SER INDEPENDIENTE, TENER SU PROPIA PROTECCIÓN Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12V DC, CANALIZADO PROTEGIDO Y CON AISLAMIENTO ELECTRICO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA Y RESISTENTE A LA IGNICIÓN Y LIBRE DE HALÓGENOS, UN CONVERTIDOR DE 12 VDC/220VAC POTENCIA 800 WATTSA MÍNIMO. TOMACORRIENTES DE 12VDC ((04) UNIDADES VAC Y 04 UNIDADES VDC) PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS. LOS TOMACORRIENTES DE DIFERENTES TENSIONES NO DEBEN SER INTERCAMBIABLES UNA TOMA ELECTRICA EXTERNA Y UN TOMACORRIENTE CON LA CONEXIÓN EXTERNA QUE PERMITA LA CARGA DE LOS EQUIPOS Y DEL CONVERTIDOR DESDE UNA FUENTE DOMICILIARIA CON TOMA A TIERRA (220VAC). LA INSTALACIÓN ELECTRICA NO DEBE COMPARTIR ESPACIOS CON LA DE GASES NI ATRAVESAR SUS CONDUCTORS, SEGÚN NORMAS, CABLE VULCANIZADO DE 30 METROS CON SUS CONECTORES AD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:54:07

Observación: Nro. 139

Consulta/Observación:

B39- sistema de aire acondicionado

Se observa que solicitan el sistema eléctrico sea según el estándar AMD 012-2014.

Mencionamos al comite que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS adjuntamos el link para su verificación https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades medicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006 por tal motivo, se solicita al comité: : suprimir el texto ¿ según el estándar AMD 012-2014.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B39 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 012-2014. las pruebas de funcionamiento se realizará a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B39. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN, ADECUADO PARA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA QUE INCLUYA UN SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE CON FILTRO, CON EXTRACTOR DE AIRE, CERCANA A LA CABECERA DE PACIENTE. SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DE CLIMATIZACIÓN A LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA. ADJUNTAR CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS DEL AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN POR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código : 20603238029

Nombre o Razón social : RUFIO S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 23:54:07

Observación: Nro. 140

Consulta/Observación:

B43- SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL

Se observa que solicitan el sistema eléctrico sea según el estándar AMD 003-2014.

Mencionamos al comite que dicho requerimiento es EXCLUSIVAMENTE PARA FABRICANTES DE AMBULANCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS adjuntamos el link para su verificacion https://www.ntea.com/NTEA/NTEA/Who_we_are/Affiliate_divisions/AMD_Standardized_Test_Methods.aspx, ya que el tipo de unidades medicas que utilizan son completamente diferentes a lo establecido por el MINSA RESOLUCION MINISTERIAL 953-2006, por tal motivo, se solicita al comité: suprimir el texto ¿ según el estándar AMD 003-2014.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B43 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección respecto de la Observación del participante decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion, lo que se busca en el proceso es brindar mayor participación de postores, por ello se suprimirá el texto "SEGÚN EL ESTÁNDAR AMD 003-2014, las pruebas de funcionamiento del sistema de oxigeno medicinal se realizará a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL: DOS (02) TOMAS EMPOTRADAS MÍNIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA, CON UN COMPARTIMIENTO ADAPTADO, CON PUERTA PLEGABLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA ALOJAR UNA (01) BOTELLA DE OXIGENO DE 4.0 M3 APROX. CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICIONAL (MAIFOLD, REGULADOR, FLUXOMETRO, VÁLVULAS, CONECTORES Y MANGUERAS) DEBIDAMENTE NORMALIZADOS. INCLUYE BOTELLA DE OXÍGENO, TODOS LOS CONDUCTOS PARA INSTALACIONES DE GASES DEBE SER VENTILADOS Y ACCESIBLES. LA INSTALACIÓN DE GASES NO DEBE SER COMPARTIDA CON LA ELECTRICA. LAS TOMAS NO DEBEN ESTAR A MENOS DE 30 CM DEL TOMACORRIENTE, SE DEBE REALIZAR UNA PRUEBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA AMBULANCIA A LA ENTREGA DE LA MISMA. ADJUNTAR CERTIFICADO DEL SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL POR EL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD APURIMAC

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRESA-AP.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) AMBULANCIAS URBANA TIPO II: EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURÍMAC)¿ CON CUI 2557642

Ruc/código :	20603238029	Fecha de envío :	06/09/2023
Nombre o Razón social :	RUFIO S.A.C.	Hora de envío :	23:56:59

Observación: Nro. 141

Consulta/Observación:

Las mejoras están dirigidas a cierta marca de chasis por lo cual no dejaría participar a marcas con renombre y que ya tienen posición en el rubro de ambulancias, por lo que solicitamos omitir las mejoras y pasar los puntos al precio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: I Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION, si bien es cierto el factor económico es importante; no menos importante es la evaluación técnica en este tipo de adquisiciones, es por esta razón que el comité de selección ha definido de forma objetiva incluir en la evaluación determinadas mejoras a las especificaciones técnicas las cuales tengan incidencia directa en una mejor performance de la unidad vehicular a adquirir en beneficio de la Entidad, de conformidad con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, el cual establece que constituye una mejora todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna