

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-77-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de Microtomo, Esteroscopio Trinocular, Esteroscopio Trinocular I, Extractor Soxhlet, Equipo de determinación de fibra celulosa y equipo titular Karl Fisher, correspondiente a la IOARR denominado: ¿Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica¿.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	12:25:35

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita que la entrega del bien sea en 60 días calendarios, sin embargo, dichos plazos no contemplan la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega de 90 días calendario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Microtomo, Esteroscopio Trinocular, Esteroscopio Trinocular I, Extractor Soxhlet, Equipo de determinación de fibra celulosa y equipo titular Karl Fisher, correspondiente a la IOARR denominado: ¿Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica¿.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	12:25:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita (EXTRACTOR SOXHLET): Consumo H2O litros/minuto: 2

El uso de menor consumo de agua es un beneficio para el usuario. Además esto depende de cuántas posiciones se van a trabajar; conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso, CONSULTAMOS podrán aceptar un flujo de agua mínimo de 100mL/min.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se puede considerar opcionalmente con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Microtomo, Esteroscopio Trinocular, Esteroscopio Trinocular I, Extractor Soxhlet, Equipo de determinación de fibra celulosa y equipo titular Karl Fisher, correspondiente a la IOARR denominado: ¿Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica¿.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	12:25:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita(EXTRACTOR SOXHLET): Peso: 25 kg
Un peso mayor indica mayor estabilidad del equipo en mesa, lo que evita que a cualquier movimiento pudiera caerse. Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso, CONSULTAMOS si en pro de este beneficio podrian aceptar un peso de 42kg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Microtomo, Esteroscopio Trinocular, Esteroscopio Trinocular I, Extractor Soxhlet, Equipo de determinación de fibra celulosa y equipo titular Karl Fisher, correspondiente a la IOARR denominado: ¿Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica¿.

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 12:25:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita(EXTRACTOR SOXHLET): Grado de protección de la parte eléctrica IP65

El grado alto de hermeticidad al polvo es necesario cuando el sistema interno tiene un sistema óptico por el uso de detectores laser. Debido a que el equipo cuenta solo con una interfase y un no va a ser sumergido en agua, CONSULTAMOS si podrán aceptar como opcion grado de polución 2 con el fin de no restringir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Microtomo, Esteroscopio Trinocular, Esteroscopio Trinocular I, Extractor Soxhlet, Equipo de determinación de fibra celulosa y equipo titular Karl Fisher, correspondiente a la IOARR denominado: ¿Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica¿.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	12:25:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita(EXTRACTOR SOXHLET): Tiempo de extracción típica (grasas alimentos) 50 minutos
Debido a que el tiempo de extracción depende de la grasa de la muestra y la programación por los ciclos en el metodo Soxhlet. Además, conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso CONSULTAMOS si podrán aceptar Tiempo máximo de ciclo en minutos: 0 - 240.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Microtomo, Esteroscopio Trinocular, Esteroscopio Trinocular I, Extractor Soxhlet, Equipo de determinación de fibra celulosa y equipo titular Karl Fisher, correspondiente a la IOARR denominado: ¿Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica¿.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	12:25:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita(EXTRACTOR SOXHLET): Temperatura de trabajo de 90 a 240 °C.
La temperatura de trabajo depende de los solventes de extracción, estos generalmente tienen puntos de inflamación >60°C. Por seguridad del usuario para evitar accidentes en la manipulación CONSULTAMOS si aceptarán Rango de temperatura [°C], puntos de ebullición <70°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Microtomo, Esteroscopio Trinocular, Esteroscopio Trinocular I, Extractor Soxhlet, Equipo de determinación de fibra celulosa y equipo titular Karl Fisher, correspondiente a la IOARR denominado: ¿Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica¿.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	12:25:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita (EQUIPO DE TITULACION KARL FICHER): Capacidad para almacenar más de 100 métodos. El equipo cuenta con entrada USB donde se podrían descargar los métodos, además cuenta con una impresora, en pro de estos beneficios y conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso CONSULTAMOS si podrán aceptar Capacidad para almacenar 50 métodos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, respetar lo indicado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Microtomo, Esteroscopio Trinocular, Esteroscopio Trinocular I, Extractor Soxhlet, Equipo de determinación de fibra celulosa y equipo titular Karl Fisher, correspondiente a la IOARR denominado: ¿Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica¿.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	12:25:35

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS que este ítem es un paquete de 6 equipos, y conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso, por lo que, solicitamos amablemente al comité agrupar de acuerdo a la similitud de ítems a fin de promover la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: paquete 01: ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR y ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR I, paquete02: MITOCROMO y EQUIPO DE DETERMINACION DE FIBRA CELULOSA; y paquete 03: EXTRACTOR SOXHLET y EQUIPO TITULAR KARL FISHER

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, respetar lo indicado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Microtomo, Esteroscopio Trinocular, Esteroscopio Trinocular I, Extractor Soxhlet, Equipo de determinación de fibra celulosa y equipo titular Karl Fisher, correspondiente a la IOARR denominado: ¿Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica¿.

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:24

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

"SOLICITAN:
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 días calendarios.
SUSTENTO:

Nosotros ofrecemos equipos de fabricación europea.
Las fábricas europeas proveedoras se han visto afectadas con el abastecimiento de insumos y materia prima para la producción de sus equipos. Como es de su conocimiento la inflación en Europa tuvo origen con la COVID-19 y el incremento en los costos del transporte, problemas de oferta que se fueron aliviando con el paso del tiempo. No obstante, esta situación tomó un rumbo diferente tras la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto en el que los países de la Comunidad Europea tomaron una postura de oposición contra Rusia. Ante esto, dicho país ha detenido el suministro de gas proveniente del gaseoducto Nord Stream 1, cortándole la energía a Alemania (principal fabricante de nuestros equipos) y el resto de Europa. Actualmente Europa vive elevadas expectativas de inflación, la cual es impulsada principalmente por los precios de la energía. El problema de esta situación no solo ha generado que se incremente la inflación en Europa, sino que también afectó principalmente a aquellas industrias más dependientes de la energía y, además de las restricciones impuestas en China asociadas a su política de COVID cero afectaron el desempeño de sus exportaciones. Todo esto afectó a los proveedores de insumos y materia prima, los cuales se vieron obligados a reprogramar las fechas de entrega de los componentes necesarios para la fabricación de los equipo y se han visto en la necesidad de buscar nuevos proveedores lo que ocasiona tiempos de entrega más largos que lo habitual.
CONSULTAMOS: Por lo anterior expuesto, solicitamos y consultamos ampliar el plazo de entrega a 90 días."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null