

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 15:25:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que las características a acreditar sean:

REACTIVO: Presentación, tiempo de expiración, metodología y muestra.

EQUIPO: Tipo, metodología, performance, características y muestra.

Así mismo, se solicita al comité que las demás características podrán ser acreditadas con declaración jurada del postor o el anexo N° 3 de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1.

Literal: II

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, las características que solicita el area usuaria para evidenciar con los documentos señalados garantizan el cumplimiento de las eett consideradas esenciales. Se aceptará acreditar con el anexo N° 3 el cumplimiento del soporte tecnico del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptará acreditar con el anexo N° 3 el cumplimiento del soporte tecnico del equipo.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	15:25:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Se solicita al comité de selección aceptar documentos emitidos por el fabricante (carta) para la acreditación de especificaciones técnicas del equipo/reactivo.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** II **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge parcialmente SOLO se
aceptará documento emitido por el fabricante para acreditar 01 de las características esenciales del reactivo y del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SOLO se
aceptará documento emitido por el fabricante para acreditar 01 de las características esenciales del reactivo y del equipo.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	15:25:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aceptar como bienes similares para la acreditación de la experiencia del postor a: INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** III **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, Se aclara que se ha considerado bienes similares a los siguientes: reactivos para gases, electrolitos y metabolitos, reactivos y/o pruebas de laboratorio de bioquímica e inmunología, ya que el reactivo de gases arteriales se encuentra dentro de dicho rubro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	15:25:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aceptar como OPCIONAL la metodología ISE directo del reactivo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1. Literal: II Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, las eett son homologadas en ESSALUD por el IETSI, las cuales no pueden ser modificadas, se aceptaran las opciones de metodologías que se indican.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:02:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas del reactivo del Kit completo para Gases Electrolitos Sanguíneos Arteriales, solicitan un Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.

El tiempo de vigencia de los reactivos depende de la naturaleza química de los mismos, motivo por el cual solicitamos amablemente se acepte una vigencia no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega en los almacenes de la entidad acompañado de su respectiva carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, las condiciones excepcionales de menor vigencia se indican en la pagina 49 punto 6 vigencia mínima del producto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:02:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del equipo, en la opción N° 8, Consumibles, calibradores, controles, complementos y accesorios, mencionan: Controles internos: Proporcionar material de control en tres niveles como mínimo para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología.

Al respecto, nuestra representada, provee un moderno analizador que cuenta con una metodología distinta a la convencional para el control de calidad de los procesos internos antes, durante y después del procesamiento de la muestra que analiza hasta cinco soluciones con distintos niveles de decisión médica, reportando los errores en tiempo real y solucionando las interferencias que pueda haber. Ante ello, solicitamos se pueda aceptar los controles internos, de acuerdo a la metodología del fabricante, siempre que estén descritos en la folletería presentada; a fin de promover una mayor participación y pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la página 27 de las bases se especifica que se debe proporcionar controles internos en 3 niveles como mínimo o de acuerdo a la metodología del fabricante, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología descrita en l

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:02:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En virtud al principio de libertad de concurrencia consultamos al usuario, si consideraría las siguientes mejoras tecnológicas:

- ¿ Detección de errores en tiempo real, corrección automática
- ¿ Detección e identificación de sustancias interferentes.

Acreditados mediante la presentación de brochure o manual emitido por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptarán las mejoras tecnológicas propuestas que no esten consideradas como opcional en las EETT homologadas del IETSI, mas no se les otorgarán puntajes como factor de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptarán las mejoras tecnológicas propuestas que no esten consideradas como opcional en las EETT homologadas del IETSI, mas no se les otorgarán puntajes como factor de evaluación.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:02:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones señalan que se debe incluir un programa de control de calidad externo.

Respecto a ello, la matriz del material y los conservantes necesarios para ciertos parámetros como Co-oximetría y bilirrubina total puede tener un efecto incompatible con ciertos sensores electroquímicos de algunos equipos de gases tras la exposición a estos materiales de control externo. Por ello, lo ideal para reducir estos efectos, es que el equipo pueda contar con una opción configurable de tipo de muestra para este tipo de material (control externo). ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la opción configurable de tipo de muestra para el control de calidad externo es dependiente de cada analizador. Es obligación del postor asegurar que su analizador permita la evaluación con un material de control de calidad externo sin interferencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara, la opción configurable de tipo de muestra para el control de calidad externo es dependiente de cada analizador. Es obligación del postor asegurar que su analizador permita la evaluación con un material de control de calidad externo sin interferencia.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 14/12/2023

Hora de envío : 17:29:16

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Observación:

En el numeral 1.5 - Sistema de Contratación del Capítulo I - Generalidades de las Bases, se establece que el presente procedimiento de selección se rige por el sistema de precios unitarios.

De acuerdo con el literal b) del artículo 35° del Reglamento, se establece que este sistema de contratación es "aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas." (Opinión N° 115-2019-DTN)

Asimismo, en la Opinión N° 058-2021/DTN se indica lo siguiente: "Como se aprecia, una Entidad ¿luego de analizar las circunstancias particulares de su necesidad, así como la naturaleza y características de la prestación¿ puede contratar la prestación de servicios bajo el sistema de precios unitarios cuando no puede definir con exactitud la cantidad o magnitud de las prestaciones requeridas, por lo que el postor formulará su oferta en función a las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de selección, las cuales se valorizarán de acuerdo a su ejecución real en un plazo determinado."

Sin embargo, en el numeral 3.1 de las especificaciones técnicas del Capítulo III - Requerimiento, se determina con claridad los productos y las cantidades requeridas por cada uno de ellos. De igual manera, en el numeral 9 - Plazo de Entrega del Capítulo III - Requerimiento, la Entidad establece con claridad la periodicidad del suministro (6 entregas, bimensuales).

En ese sentido, observamos las Bases y solicitamos que se modifique el sistema de contratación a SUMA ALZADA por corresponder a un procedimiento de selección en el que las cantidades y magnitudes están claramente definidas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.5. **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su observación, las cantidades requeridas en el objeto de convocatoria obedecen a estimaciones que el área usuaria realiza en función de la demanda hospitalaria, las cuales pueden variar en el tiempo y contexto, incluso a mas como sucedió en la pandemia del COVID-19, por ello no podría señalarse que son cantidades exactas y/o fijas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe incongruencia, las entidades publicas en los requerimientos de bienes estrategicos programan en sus siguientes entregas condiciones de giro de orden de compra previa revisión de stock existentes, ya que los consumos son flexibles y varía en función de la rotación y demanda, por ello que el sistema de contratación es a precios unitarios.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:16

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Observación:
Según el numeral 11 - Suministro, Cronograma y Plazos de entrega, Cap. III - Requerimiento (pag. 52), se indica que:

"(...) Siguiendo entregas (...) El plazo máximo de entrega que se reflejara en la orden no excederá los 5 días calendarios, lo cual implica la entrega de los reactivos (...).
En segunda instancia, las siguientes entregas podrán variar en la fecha del giro de la orden de compra de acuerdo a la disponibilidad de stocks existentes en los almacenes institucionales".

De lo puntos mencionados, se evidencia una clara incongruencia entre dos fechas distintas para una misma entrega, lo cual claramente perjudica la organización y logística del proveedor al momento del cumplimiento de las obligaciones. Mas aun cuando las los requerimientos deben ser claros y objetivos, evitando subjetividades y posibles confusiones entre los postores, esto según la Ley de Contrataciones con el Estado.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que en coordinación con el área usuaria, tenga a bien en aclarar cual sería el momento de la entrega teniendo en cuenta que dicho plazo debe ser considerado desde la notificación de la orden de compra, y no podría ser modificado o alterado, por la entidad quien conoce su real necesidad.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: - Página: 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el giro de las OC se deber verificar el stock en los almacenes por este motivo podría variar la fecha de giro, sin embargo, una vez girada la OC el plazo máximo de entrega no excederá los 5 días calendarios desde la notificación de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para los analizadores de gases, electrolitos y metabolitos y analizadores de gases y electrolitos. Muestra, sangre arterial en jeringa heparinizada, sangre en capilares heparinizados, Sangre total con heparina, sangre venosa en jeringa heparinizada y suero en viales. Entendemos que la entidad solicita que el equipo sea capaz de procesar suero, Consultamos tener a bien equipos con capacidad de procesar sueros y que viales se considere como opcional. Teniendo en cuenta que viales hace referencia a un contenedor y se puede reemplazar por jeringas por ejemplo, garantizando así el uso adecuado de los equipos. Por favor considerar la misma consulta para el Analizador de gases y electrolitos de la página 28 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta para ambos equipos. La finalidad es el procesamiento de dichas muestras, de requerir algun "material diferente al VIAL " para el procesamiento de sueros deberán ser proporcionados por el proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De requerir algun "material diferente al VIAL " para el procesamiento de sueros deberán ser proporcionados por el proveedor.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Para los analizadores de gases, electrolitos y metabolitos y analizadores de gases y electrolitos. Procesamiento de Datos, con capacidad de archivo de datos sea de 30 días o más. Al respecto indicamos que existen equipos que pueden aumentar su capacidad de almacenamiento de datos a través de USB que se conectan al analizador para permitir extender la memoria de resultados, todo esto respaldado por el mismo fabricante y sin alterar el desempeño y funcionamiento continuo del equipo. Motivo por el cual solicitamos a la entidad tenga a bien precisar que se aceptará el uso de USB externo para el equipo, ya que es una característica de ampliación de memoria del mismo equipo, para poder cumplir con la capacidad de archivo requerida, toda vez que significa una mejora en su capacidad de archivo. Por favor considerar la misma consulta para el Analizador de gases y electrolitos de la página 28 de las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. Se aceptará también para ambos equipos el uso de USB externo, ya que es una característica de ampliación de memoria del mismo equipo, para poder cumplir con la capacidad de archivo requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptará también para ambos equipos el uso de USB externo, ya que es una característica de ampliación de memoria del mismo equipo, para poder cumplir con la capacidad de archivo requerida.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para los analizadores de gases, electrolitos y metabolitos y analizadores de gases y electrolitos. Soporte Técnico. Mantenimiento Preventivo: presentar programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del equipo proporcionado por la empresa fabricante y su respectivo cronograma de ejecución. Teniendo en cuenta que en el mercado existen equipos que por su diseño y tecnología son libres de mantenimiento, es decir no tiene componentes críticos por lo que se preserva el desempeño del equipo. En este sentido representaría una mejora técnica por lo que consultamos al comité especial en coordinación con el área usuaria tener a bien aceptar equipos libres de mantenimiento respaldado por fabricante. Por favor considerar la misma consulta para el Analizador de gases y electrolitos de la página 28 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta para ambos equipos. La condición de ser libres de mantenimiento deberá ser acreditada por el FABRICANTE ante el area usuaria durante el proceso de entrega e instalación de los equipos en cesion de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La condición de ser libres de mantenimiento deberá ser acreditada por el FABRICANTE ante el area usuaria durante el proceso de entrega e instalación de los equipos en cesion de uso.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Para los reactivos de kit completo para gases, electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales y reactivos de kit completo para gases y electrolitos. Solicitan un tiempo de expiracion no menor de 6 meses, solicitamos amablemente al comité de selección que los bienes tengan una fecha de expiración no menor de 3 meses, o se entregue una carta de compromiso de canje por vencimiento, cuando no se cumpla con dicha vigencia. Con la finalidad que mas postores puedan presentarse, y no tener ningún inconveniente al momento de la ejecución contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en CAPITULO III de la sección específica de las bases del requerimiento, en el numeral 6.3 se establecen las condiciones para el caso de vigencias menores a las solicitadas como una excepcionalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Para los analizadores de gases, electrolitos y metabolitos y analizadores de gases y electrolitos. Procesamiento de Datos, con capacidad de archivo de datos sea de 30 días o más. Dado que el analizador estará conectado a un software de interfaz, con ello se garantiza un almacenamiento ilimitado, entendemos que la capacidad de archivo de datos podrá ser de 30 días o más sustentando que el analizador esté conectado a un software de interfaz que permita almacenamiento por encima del periodo solicitado. Solicitamos amablemente al comité de selección se aclara si es correcta nuestra apreciación. Por favor considerar la misma consulta para el Analizador de gases y electrolitos de la página 28 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcta su apreciación, se aclara que en el procesamiento de datos interno es decir el software propio del analizador debe tener la capacidad de almacenamiento de datos de 30 días o más. Asimismo se aceptará también para ambos equipos el uso de USB externo por equipo, ya que es una característica de ampliación de memoria del mismo equipo, para poder cumplir con la capacidad de archivo requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código : 20552895496

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 18:07:37

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases estándar dentro de las especificaciones técnicas del Capítulo III pág. 23, literal d) Contar con herramientas para implementar y/o potenciar los requisitos relativos al sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, de acuerdo con la NTS 072-MINSA/DGSP-V.01 y NPT-ISO 15189:2014.

NTP 072-MINSA/DGSP-V.01: esta normativa hace referencia a la unidad de servicios patológicos clínicos de los diferentes hospitales desde cómo debe estar distribuido en infraestructura, personal, formatos, definiciones operativas y responsabilidades del personal que trabajar en esa área hasta del control y abastecimiento de los reactivos, equipos y el cómo debe ser la atención con el paciente.

NTP-SIO 15189:2014 Es UNA NORMA TÉCNICA PERUANA LABORATORIOS CLÍNICOS Requisitos particulares para la calidad y la competencia, fundamentalmente esta norma tiene en cuenta la seguridad de los pacientes como base del documento y su objetivo es promover el bienestar de los pacientes a través de la confianza en la calidad y competencia de los laboratorios médicos.

Ambas normas son para el área de laboratorio. Por lo tanto solicitamos amablemente se acepte como documento de aseguramiento de la calidad del fabricante equivalente el ISO 13485: 2016 en aras de que dichas normas NTP-SIO 15189:2014 y NTP 072-MINSA/DGSP-V.01, no aplica para los fabricantes de reactivos in-vitro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que lo señalado en el numeral I. 3. de la sección específica de las bases (pag.23), obedece a los Objetivos de la Adquisición de bien, ya que nuestra entidad con el objeto de convocatoria pretende llegar a cumplir dichos objetivos señalados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la pág. 25 y pág 28 dentro de las especificaciones técnicas del Reactivo kit completo para gases y electrolitos sanguíneos arteriales y para el equipo cesión de uso (UCI general 1, UCI general 2 y UCIN), dentro de los Accesorios detallan: Controles, electrodos, membranas, cintas y papel de impresión, complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Solicitamos muy respetuosamente al Comité de selección, ya que en el mercado existen algunos equipos que no cuentan con electrodos ni membranas separados sino una tarjeta de microsensor que contiene los sensores y membranas incorporados, solicitamos acepte dentro de los accesorios del reactivo y equipo cesión de uso antes mencionado los siguientes accesorios: Controles, electrodos o membranas o tarjeta de microsensor, cintas y papel de impresión, a fin de dar paso a la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Siendo que lo solicitado en las EETT en lo relacionado a los accesorios obedecen a condiciones minimas, también se aceptarán

dentro de los accesorios del reactivo y del equipo en cesión de uso: Controles, electrodos o membranas o tarjeta de microsensor, cintas y papel de impresión, por lo que se acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aceptarán

dentro de los accesorios del reactivo y del equipo en cesión de uso: Controles, electrodos o membranas o tarjeta de microsensor, cintas y papel de impresión, por lo que se acoge su consulta.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la Pág 25 dentro de las especificaciones técnicas del Reactivo dice que se debe sustentar las especificaciones técnicas se debe presentar: La Folletería / manual de instrucciones de uso (original o copia simple) deberán acreditar las EETT de reactivos de Kit completo para gases, electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales y Kit completo para gases y electrolitos sanguíneos arteriales, con relación a: presentación, metodología, accesorios (calibradores y controles) y muestra biológica.

Consultamos muy amablemente al comité de selección si las características técnicas de los bienes materia de la presente convocatoria (reactivos) que no estén descritas en la relación a: presentación, metodología, accesorios (calibradores y controles) y muestra biológica, serán sustentadas con el Anexo 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación, las características técnicas de los bienes materia de la presente convocatoria (reactivos) que no correspondan a: presentación, metodología, accesorios (calibradores y controles) y muestra biológica, serán sustentadas con el Anexo 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las características técnicas de los bienes materia de la presente convocatoria (reactivos) que no correspondan a: presentación, metodología, accesorios (calibradores y controles) y muestra biológica, serán sustentadas con el Anexo 3.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la Pág 27 y 28 dentro de las especificaciones técnicas de los equipos cesión de uso, se debe sustentar las siguientes especificaciones técnicas con: La Folletería / manual de instrucciones de uso (original o copia simple) deberán acreditar las EETT del analizador de gases, electrolitos y metabolitos y el analizador de gases y electrolitos, con relación a: (1) tipo, (2) metodología, (3) performance, (4) características, (5) muestras, (8) controles y calibradores, (9) soporte técnico. Consultamos muy amablemente al comité de selección si las características técnicas de los bienes del equipos cesión de uso (analizador de gases, electrolitos, metabolitos y analizador de gases, electrolitos) que no estén descritas en la relación: (1) tipo, (2) metodología, (3) performance, (4) características, (5) muestras, (8) controles y calibradores, (9) soporte técnico, serán sustentadas con el Anexo 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación, las características técnicas del equipo en cesión de uso que no correspondan a: Tipo, metodología, rendimiento o performance, características, muestra, controles y calibradores, serán sustentadas con el Anexo 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las características técnicas del equipo en cesión de uso que no correspondan a: Tipo, metodología, rendimiento o performance, características, muestra, controles y calibradores, serán sustentadas con el Anexo 3.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases estándar pág 41, 42, 43, 44 y 45 colocan anexos (01, 02, 03 y Flujograma del proceso de quejas de usuario de materiales y reactivos de laboratorio ligados a equipo cesión de uso). En virtud de que dichos formatos son anexos no formarán parte del expediente de los postores y que corresponden ser llenados por la Entidad, solicitamos eliminar de las bases integradas o aclarar si se deben incorporar a la presentación de la oferta de los postores a fin de no confundir a los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las páginas 41,42,43,44 y 45, en donde se encuentran los anexos (1,2,3 y flujograma de proceso de quejas) sólo es de conocimiento y no se requiere incorporar en la presentación de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la página. 26 y 28 de las especificaciones técnicas del equipo Analizador de gases, electrolitos, metabolitos y analizador de gases y electrolitos, para Laboratorio de emergencia y para UCI dice en el Performance es: 20 o más pruebas por hora.
Por lo que entendemos que el performance de 24 o más pruebas por hora es tanto para el modo rutina como para el modo micromuestra.
¿Es correcto nuestro entender?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcta su apreciación, lo solicitado en las EETT del equipo son de performace/rendimiento de 20 o mas pruebas por hora, no precisando modo rutina ni modo micromuestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Consultamos muy amablemente al comité de selección si el volumen de muestra del analizador de gases, electrolitos, metabolitos y analizador de gases y electrolitos debe de ser menor o igual a 210 ul de muestra para el modo rutina y menor o igual a 120ul para el modo micromuestra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcta su apreciación, la especificación técnica del analizador no especifica volúmenes de muestra sino sangre arterial en jeringa heparinizada y sangre en capilares heparinizados para los analizadores de gases, electrolitos y metabolitos y analizadores de gases y electrolitos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la pag. 46 según los documentos técnicos para la admisión de la oferta, numeral A, Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario, solicitan de que en caso el producto no requiera registro sanitario, el postor puede adjuntar el listado publicado por Digemid o adjuntar un documento en atención a la consulta técnica realizada a la Digemid, la cual no podrá tener una antigüedad mayor a un año.

Considerando que los trámites de Digemid son procesos que llevan su demora, solicitamos amablemente al comité evaluador que la consulta técnica realizada a Digemid para los productos que no requiera registro sanitario, no tengan una antigüedad mayor a tres años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, en caso no se cuente con el documento de la ANM podrá adjuntar el ultimo listado publicado por DIGEMID que no requiere de Regsitro Sanitario el producto ofertado (indicando la fecha de publicación).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En virtud de que los gases se disuelven en los líquidos y la sangre, por tanto, contiene gases disueltos, tales como el monóxido de carbono y el oxígeno que se unen a los glóbulos rojos. Las concentraciones de gases en la sangre proporcionan los parámetros plasmáticos para evaluar la función respiratoria del cuerpo y su equilibrio ácido-base. Por este motivo el método ideal para la calibración de los equipos que miden los gases arteriales en la sangre es la calibración líquida empleando como procedimiento la tonometría. Por este motivo consideramos que el comité evaluador requiere que el equipo de gases arteriales en cesión de uso posea reactivos y calibradores líquidos. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcta su apreciación, respecto a los calibradores la especificación técnica del analizador indica que debe permitir cumplir con el protocolo de cada metodología analítica. Por lo que no se acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Para evaluar el desempeño del equipo y garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos en el equipo analizador de gases y electrolitos, amablemente sugerimos considerar: Control de calidad automatizado, con material líquido (no ampollas) y gráficas de Levey Jennings.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, se aclara que en las especificaciones técnicas del analizador de la pagina 26 debe tener el módulo incorporado de control automatizado, no se precisa características del control de calidad interno ya que será de acuerdo con el protocolo de cada metodología (lo cual está descrito en el inserto o folleteria). Así mismo para el analizador de gases, electrolitos y metabolitos y para el analizador de gases y electrolitos sanguíneos arteriales en relación al procesamiento de datos interno las especificaciones señalan: el software debe contar con un módulo de control de calidad que permita la visualización y evaluación de los controles internos de forma constante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:37

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En virtud de que los principales fabricantes de equipos de gases arteriales han hecho un gran esfuerzo e inversión en pro de la seguridad y del medio ambiente, y en especial en la seguridad los usuarios, Ofreciendo Cartuchos sellados Bioseguros, por lo cual sugerimos amablemente contar con Cartuchos de reactivos sellados Bioseguros que garanticen la no manipulación de desechos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no es parte del requerimiento, sin embargo se aceptarán Cartuchos sellados Bioseguros debido a que facilita la no manipulación de desechos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptarán Cartuchos de reactivos sellados Bioseguros debido a que facilita la no manipulación de desechos.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:18:50

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

"Solicitan como documento adicional a presentar, Folleteria / manual de instrucciones de uso o inserto (original o copia simple).

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinacion con el area usuaria sirvan aceptar que en caso algunas especificaciones tecnicas no puedan ser sustentadas con folleteria o manual de instrucciones, acepten tambien la emision de cartas aclaratorias emitidas por el fabricante y/o dueño de la marca y/o representante legal de la marca.

Permitiendo asi una mayor pluralidad de postores."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las características que solicita el area usuaria para evidenciar con los documentos señalados garantizan el cumplimiento de las eett que son consideradas esenciales: REACTIVO: Presentación, metodología, accesorios (calibradores y controles) y muestra biológica.

EQUIPO: Tipo, metodología, rendimiento o performance, características, muestra, controles y calibradores. Se aceptará acreditar con cartas aclaratorias emitidas por el fabricante y/o dueño de la marca y/o representante legal de la marca SOLO 01 de las características esenciales del reactivo y del equipo. Por lo que se acoge parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:18:50

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

"Solicitan en el presente numeral que la *Folleteria de los reactivos insumos y consumibles (brochure, catalogo inserto) debe ser emitida por el fabricante, fabricante legal o dueño de la marca. De no contener alguna informacion se accepytara la carta aclaratoria del fabricante como sustento, lo cual no reemplaza la folleteria, solo es complementaria.

Considerando que en algunas ocasiones los fabricante pertenecen a un grupo de empresas o Holding empresariales y que por esta razon estos fabricantes NO pueden emitir documentos fuera de su pais de origen, sino que dichas cartas deben ser emitidas por el dueño de la marca o representante legal de la marca.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, permitan la presentacion de cartas aclaratorias emitidas por el fabricante y/o dueño de la marca y/o representante legal de la marca. Permitiendo asi una mayor pluralidad de psotores. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará acreditar con cartas aclaratorias emitidas por el fabricante y/o dueño de la marca y/o representante legal de la marca SOLO 01 de las características esenciales del reactivo y del equipo. Por lo que se acoge parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:18:50

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

"En la NOTA presenta en la pagina en mencion, indican que la *Folleteria para acreditar las especificaciones tecnicas del Analizador se puede presentar Folleteria de los reactivos insumos y consumibles (brochure, catalogo inserto) debe ser emitida por el fabricante, fabricante legal o dueño de la marca. De no contener alguna informacion se acepytara la carta aclaratoria del fabricante como sustento, lo cual no reemplaza la folleteria, solo es complementaria.

Considerando que en algunas ocaciones los fabricante pertenecen a un grupo de empresas o Holding empresariales y que por esta razon estos fabricantes NO pueden emitir documentos fuera de su pais de origen, sino que dichas cartas deben ser emitidas por el dueño de la marca o representante legal de la marca.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, permitan la presentacion de cartas aclaratorias emitidas por el fabricante y/o dueño de la marca y/o representante legal de la marca. Permitiendo asi una mayor pluralidad de postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará acreditar con cartas aclaratorias emitidas por el fabricante y/o dueño de la marca y/o representante legal de la marca SOLO 01 de las características esenciales del reactivo y del equipo. Por lo que se acoge parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:18:50

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

"Para el cuadro de especificaciones tecnicas del ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES PARA UCI, solicitan que la Folleteria para acreditar las especificaciones tecnicas del Analizador se puede presentar Folleteria de los reactivos insumos y consumibles (brochure, catalogo inserto) debe ser emitida por el fabricante, fabricante legal o dueño de la marca. De no contener alguna informacion se aceptara la carta aclaratoria del fabricante como sustento, lo cual no reemplaza la folleteria, solo es complementaria.

Considerando que en algunas ocasiones los fabricante pertenecen a un grupo de empresas o Holding empresariales y que por esta razon estos fabricantes NO pueden emitir documentos fuera de su pais de origen, sino que dichas cartas deben ser emitidas por el dueño de la marca o representante legal de la marca.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, permitan la presentacion de cartas aclaratorias emitidas por el fabricante y/o dueño de la marca y/o representante legal de la marca. Permitiendo asi una mayor pluralidad de postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará acreditar con cartas aclaratorias emitidas por el fabricante y/o dueño de la marca y/o representante legal de la marca SOLO 01 de las características esenciales del reactivo y del equipo. Por lo que se acoge parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:18:50

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

"Indican como Frecuencia de procesamiento anual por prueba. Donde se detalla el numero de pruebas que se necesitan para las pruebas de control de calidad (control de calidad interno y calibraciones)

Entendemos que este numero de pruebas seria de entrega adicional siempre en cuando la metodologia del fabricante indique que el paso de controles causa la disminucion de una prueba efectiva, y para otras metodologias cuyo paso de control de calidad y calibraciones no consume ninguna pruebas efectiva no habria la necesidad de realizar la entrega de pruebas adicionales.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, sirvan indicar si nuestra apreciacion es correcta. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación en la página 29 se detalla la frecuencia de procesamiento anual para cada prueba para que el proveedor de acuerdo a su metodología analítica realice el cálculo del número de pruebas que se necesitan para el control de calidad interno y calibraciones y deberá ser entregado como pruebas adicionales. Para aquellos analizadores que por su metodología no genere la disminución de pruebas efectivas para el control de calidad interno y calibraciones no será necesario entregar las pruebas adicionales,lo cual debe ser acreditado con la folleteria (brochure, catálogo, inserto)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para aquellos analizadores que por su metodología no genere la disminución de pruebas efectivas para el control de calidad interno y calibraciones no será necesario entregar las pruebas adicionales,lo cual debe ser acreditado con la folleteria (brochure, catálogo, inserto)

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:18:50

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

"En los factores de evaluacion indica que el plazo de entrega se le asiganara un puntaje de 10 puntos quien presente de 01 a 5 dias calendarios.

Considerando que esta condicion solo favoreceria de manera indirecta al actual proveedor instalado en la entidad, solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria sirvan modificar la evaluacion y otorguen el puntaje a partir de los 06 dias calendario como mejor plazo de entrega con puntaje adicional de 10 puntos."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, el area usuaria ha indicado que se solicitan los bienes en el menor tiempo posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica que los bienes de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 12 meses, sin embargo, no se precisa el plazo de entrega en días que se establecerá para cada una de las entregas, en ese sentido, solicitamos al Comité de Selección establecer el plazo de entrega de los bienes de la presente convocatoria de la siguiente manera:

Primera entrega (Equipo y reactivos): Un plazo de quince (15) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.
Para las siguientes entregas: Un plazo de cinco (5) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que este numeral 1.9 ha indicado el plazo de entrega total como suministro por doce (12) meses, siendo que la forma como se realizará esta especificada en el capítulo III del requerimiento numeral 11. SUMINISTRO, CRONOGRAMA y PLAZO DE ENTREGA, con plazos señalados. por lo que no se acoge su con

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En la página 46 de las Bases se indica que se requiere adjuntar el siguiente documento:

b) Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis)

Al respecto, en relación con el PROTOCOLO Y/O CERTIFICADO DE ANALISIS, considerando que estos documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen y no necesariamente tienen toda la información requerida por las entidades públicas, sin que ello afecte la finalidad de estos documentos, es más éstas son presentadas ante DIGEMID sin ninguna observación respecto al contenido o formalidad. Asimismo, es preciso señalar que la finalidad que persigue un protocolo de análisis o certificado de análisis es garantizar la calidad del producto, para lo cual se dejará constancia de los análisis a los que, por disposición del laboratorio del fabricante, han sido sometidos; no existiendo ninguna limitante en cuanto al contenido de esta para los dispositivo médicos; siendo perfectamente válida que se acepte que éstos sean en el formato propio del fabricante; siempre y cuando cumplan con el objetivo que dejar constancia del análisis del producto; por lo que ENTENDEMOS que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis emitidos por los fabricantes con la información que éstos declaren en el mismo y en sus propios formatos;

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto, de ser así se precise EXPRESAMENTE en las bases administrativas.
Caso contrario sería un restricción y limitación para la comercialización de productos de procedencia extranjera en el mercado nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, el literal b) del numeral 5 del capítulo III del requerimiento señala el contenido mínimo que debe consignar el documento PROTOCOLO Y/O CERTIFICADO DE ANALISIS (3er párrafo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En el literal e) de la página 48 se indica que se podrá presentar documentación emitida por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que se permitirá la presentación de CARTA DE FABRICANTE, a fin de acreditar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: e) Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se permitirá la presentación de CARTA DE FABRICANTE para acreditar SOLO 01 de las características esenciales del reactivo y del equipo: REACTIVO: Presentación, metodología, accesorios (calibradores y controles) y muestra biológica y; en el EQUIPO: Tipo, metodología, rendimiento o performance, características, muestra, controles y calibradores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En la página 62 de las Bases se indica que se consideran como bienes similares a los siguientes: reactivos y/o pruebas de inmunología.

Al respecto, cabe señalar que dichos reactivos no guardan una estrecha relación con los reactivos de gases arteriales, por lo que solicitamos SUPRIMIR que se consideren como bienes similares a los reactivos y/o pruebas de inmunología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Se ha considerado bienes similares a los siguientes: reactivos para gases, electrolitos y metabolitos, reactivos y/o pruebas de laboratorio de bioquímica e inmunología, ya que el reactivo de gases arteriales se encuentra dentro de dicho rubro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En el literal B, como factor de evaluación del plazo de entrega se indica el siguiente puntaje:

- De 01 hasta 05 días calendarios (10 puntos)
- De 06 hasta 10 días calendarios (7 puntos)
- De 11 hasta 20 días calendarios (5 puntos)
- De 21 hasta 29 días calendarios (1 punto)

Al respecto, acorde a nuestra solicitud del plazo de entrega, solicitamos al Comité de Selección establecer el puntaje de la siguiente manera:

- De 10 hasta 15 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra (10 puntos)
- De 16 hasta 25 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra (5 puntos)
- De 25 a más días (1 punto)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, el area usuaria ha indicado que se solicitan los bienes en el menor tiempo posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Solicitan en el punto de Folletería/Manual de instrucciones de uso Inserto

Solicitamos amablemente se acepte documentación emitida por el fabricante como carta de fabricante, insertos, catálogos, brochures, insertos, manuales en aras de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: E Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se permitirá la presentación de CARTA DE FABRICANTE para acreditar SOLO 01 de las características esenciales del reactivo y del equipo: REACTIVO: Presentación, metodología, accesorios (calibradores y controles) y muestra biológica y; en el EQUIPO: Tipo, metodología, rendimiento o performance, características, muestra, controles y calibradores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Solicitan en el punto de Folletería/Manual de instrucciones de uso Inserto, el cual acredite para los reactivos: Presentación, Metodología, Accesorios (Calibradores y Controles) y muestra biológica. Entendemos que dentro de los controles, aplica tanto para controles internos como para controles externos.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: E Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta la apreciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Solicitan en el punto de Folletería/Manual de instrucciones de uso Inserto, el cual acredite para el equipo en cesión de uso: Tipo, Metodología, Rendimiento / Performance, Características, Muestra, Controles y Calibradores, Soporte Técnico.

Entendemos que también se deberá de acreditar la antigüedad del equipo.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: E Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no se solicita acreditar la antigüedad del equipo en la propuesta. La acreditación será presentada en la ejecución contractual al momento del internamiento del equipo con la presentación del Anexo E y la documentación requerida en dicho anexo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Solicitan para el código 030105520 que el tiempo de expiración sea menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Sin embargo en la página 49, numeral 6.3 se detalla que de manera excepcional para productos que no cumplan con la vigencia solicitada se aceptará una vigencia no menor al 60% de vida útil especificado para el producto declarado por el fabricante.

Solicitamos amablemente se acepten sustentar la vida útil del producto 030105520 con documento del fabricante para poder acceder al la vigencia excepcional del 60% de la vida útil del producto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. se acepta sustentar la vida útil del producto 030105520 con documento del fabricante para poder acceder a la vigencia excepcional del 60% de la vida útil del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta sustentar la vida útil del producto 030105520 con documento del fabricante para poder acceder a la vigencia excepcional del 60% de la vida útil del producto.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones Técnicas de los reactivos, para ambos ITEMS (30105520 y 30103774) solicitan ¿Electrolitos¿.

Entendemos que el parámetro de calcio iónico es indispensable en ambos ITEMS.

Solicitamos precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el ITEM 30103774 el calcio iónico es opcional por tal motivo se está considerando como mejora tecnológica otorgando puntaje. Para el otro ITEM 30105520, que son pruebas para UCI, figura NA,K, CL y/o Ca iónico y siendo que somos un hospital de alta complejidad se debería contar con los parámetros señalados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones Técnicas de los reactivos, solicitan en la presentación de reactivos de los ítems 1 y 2 solicitan respectivamente:

30105520 - KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUÍNEOS ARTERIALES: ¿para el dosaje de Gases (pH,pO2, pCO2) y electrolitos (Na, K, CL, y/o, Ca++).

30103774 - KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS Y METABOLITOS ARTERIALES: ¿para dosaje de gases (pH,pO2, pCO2), electrolitos (Na, K, CL, Opcional Mg, Ca), hemoglobina y/o hematocrito, metabolitos (glucosa, lactato, opcional Urea y/o Creatinina) y Co-oximetría (O2Hb, HHb, COHb, methb)¿

Entendemos que los parámetros solicitados deben ser determinados directamente.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las especificaciones técnicas de los analizadores está detallado que parámetro se deben medir de forma directa:

30105520 - KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUÍNEOS ARTERIALES: para el dosaje de Gases (pH,pO2, pCO2) y electrolitos (Na, K, CL, y/o, Ca++).

30103774 - KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS Y METABOLITOS ARTERIALES: para dosaje de gases (pH,pO2, pCO2), electrolitos (Na, K, CL, Opcional Mg iónico, Ca iónico), hemoglobina y/o hematocrito, metabolitos (glucosa, lactato, opcional Urea y/o Creatinina)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Para ambos ITEMS Solicitan PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.

Entendemos que la entrega de estos programas será acorde a cada fabricante, considerando que algunos son de una sola entrega, y otros en mas de una sola entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la entrega de estos programas será acorde a cada fabricante, considerando que algunos son de una sola entrega, y otros en mas de una entrega.De acuerdo a lo indicado en el tercer párrafo del literal A. REQUERIMIENTO del numeral 4. del Capítulo III de la sección específica de las bases señala: EL PROVEEDOR DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO acreditado por la ISO 17043:2010 que permita realizar la evaluación inicial y permanente de los reactivos/ equipos adjudicados, el cual puede ser acreditado con la folleteria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que la entrega del programa de control de calidad extreno será acorde a cada fabricante, considerando que algunos son de una sola entrega, y otros en mas de una entrega.De acuerdo a lo indicado en el tercer párrafo del literal A. REQUERIMIENTO del numeral 4. del Capítulo III de la sección específica de las bases señala: EL PROVEEDOR DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO acreditado por la ISO 17043:2010 que permita realizar la evaluación inicial y permanente de los reactivos/ equipos adjudicados, el cual puede ser acreditado con la folleteria correspondiente.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

SOLICITAN PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO DE AMBOS ITEMS:
punto 4. De las Especificaciones Técnicas de los Analizadores en cesión de uso solicitan: ¿Lector de Código de barras para las muestras¿

Entendemos para ambos tipos de equipo que el lector de código de barras debe ser incorporado al analizador, con la finalidad de hacer más eficiente el área de trabajo y procesamiento de muestras.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

(VER PAGINA 26 Y 28)

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 4 **Literal:** B **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las especificaciones técnicas del petitorio de ESSALUD para los analizadores de gases, electrolitos y metabolitos y analizadores de gases y electrolitos se indica: "Lector de código de barras para las muestras", y siendo que no especifica mayor condición, se aceptará que dicho lector de codigo de barras este o no integrado al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptará que dicho lector de codigo de barras este o no integrado al equipo.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

SOLICITAN PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO DE AMBOS ITEMS:
punto 3. De las Especificaciones Técnicas de los Analizadores en cesión de uso solicitan: ¿20 o mas pruebas por hora¿

Entendemos que el Rendimiento/Performance solicitado de 20 o más pruebas por hora es para el modo de procesamiento normal/rutina del analizador.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

(VER PAGINA 26 Y 28)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** B **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcta su apreciación, lo solicitado en las EETT del equipo son de performace/rendimiento de 20 o mas pruebas por hora, no precisando otra condición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

SOLICITAN PARA LOS EQUIPOS EN CEISÓN DE USO DE AMBOS ITEMS:
punto 5. De las Especificaciones Técnicas de los Analizadores en cesión de uso solicitan:
¿Sangre arterial en jeringa heparinizada, Sangre en capilares heparinizados, Suero en viales¿

Entendemos que el procesamiento de la muestra debe ser realizado directamente desde el contenedor primario sin el uso de adaptadores, considerando que el trasvase de la muestra puede generar exposición de la muestra y riesgo de contaminación de esta o del personal que la procesa. Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

(VER PAGINA 26 Y 28)

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 4 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcto su entender. Se aceptará también para ambos equipos el uso de USB externo, ya que es una característica de ampliación de memoria del mismo equipo, para poder cumplir con la capacidad de archivo requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

SOLICITAN PARA LOS EQUIPOS EN CEISÓN DE USO DE AMBOS ITEMS punto 6. De las Especificaciones Técnicas de los Analizadores en cesión de uso solicitan:
¿Capacidad de Archivo de datos de 30 días o más¿

Entendemos que la capacidad de archivo de datos del analizador debe de realizarse en la memoria interna del analizador. Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

(VER PAGINA 26 Y 28)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases esta especificado para el analizador de gases, electrolitos y metabolitos se instalará 1 equipo de aire acondicionado de 18 000BTU en el laboratorio de emergencia, se deberá precisar en el anexo E. Para los analizadores de gases y electrolitos de UCI/UCIN se requiere aire acondicionado y se especifica la ubicación, no se ha especificado la potencia por que dependerá del ambiente es por ello que se acepta la visita de preinstalación para que de acuerdo a la dimensión del área y las condiciones determinen la potencia del aire acondicionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para los analizadores de gases y electrolitos de UCI/UCIN se requiere aire acondicionado y se especifica la ubicación, no se ha especificado la potencia por que dependerá del ambiente es por ello que se acepta la visita de preinstalación para que de acuerdo a la dimensión del área y las condiciones determinen la potencia del aire acondicionado.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

SOLICITAN PARA LOS EQUIPOS EN CEISÓN DE USO DE AMBOS ITEMS punto 7. De las Especificaciones Técnicas de los Analizadores en cesión de uso solicitan:
¿Equipo de aire acondicionado (ver nota)
Nota: Este requerimiento estará sujeto a confirmación del área usuaria final, considerando las condiciones ambientales del centro asistencial de destino¿

Entendemos que cada lugar o servicio dónde se instalarán los analizadores en cesión de uso deberán de cumplir las condiciones ambientales (Temperatura) mínimas requerida por el laboratorio.
Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto, y considerando que cada equipo tiene condiciones establecidas por cada fabricante, se realice una visita de preinstalación para acreditar si se requerirá o no la instalación del mismo, y de corresponder especificar la cantidad de equipos y potencia para el sistema de aire acondicionado, con la conformidad del área usuaria.

(VER PAGINA 26 Y 28)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcto su entender. Se aclara que para el analizador de gases, electrolitos y metabolitos y para el analizador de gases y electrolitos sanguíneos arteriales en relación al procesamiento de datos interno las especificaciones señalan: el software debe contar con un módulo de control de calidad que permita la visualización y evaluación de los controles internos de forma constante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

SOLICITAN PARA LOS EQUIPOS EN CEISÓN DE USO DE AMBOS ITEMS punto 8. De las Especificaciones Técnicas de los Analizadores en cesión de uso solicitan:

¿Controles Internos: proporcionar material de control en tres niveles como mínimo para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (Descrita en insertos o folletería presentada)¿

Entendemos que el área usuaria requiere que el equipo permita visualizar la gráfica de Levey Jennings para poder discriminar errores aleatorios y/o sistemáticos que alerten al usuario y permitan la correcta validación de resultados.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

(VER PAGINA 26 Y 28)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcto su entender. Se acepta para los controles internos en 3 niveles como mínimo o de acuerdo a la metodología del fabricante, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología descrita en la folletería. Considerar que es para los analizadores de gases,electrolitos y metabolitos y analizadores de gases y electrolitos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

SOLICITAN PARA LOS EQUIPOS EN CEISÓN DE USO DE AMBOS ITEMS punto 8. De las Especificaciones Técnicas de los Analizadores en cesión de uso solicitan:

¿Controles Internos: proporcionar material de control en tres niveles como mínimo para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (Descrita en insertos o folletería presentada)¿

Entendemos que se solicita como mínimo tres niveles para poder cubrir las 3 diferentes concentraciones posibles para evaluar el estado Ácido Base del paciente (Ácidosis, Normal, y Alcalosis).

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

(VER PAGINA 26 Y 28)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcta su entender, en el literal a. del numeral 5.2. del capítulo III del Requerimiento en su primer párrafo especifica el contenido del BPM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En documentos a presentar, literal e) solicitan el Certificado de Buenas Practicas de Manufactura.

Entendemos que se presentará el CBPM de todos los productos a entregar (reactivos, controles, calibradores, limpiezas)

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, se aclara que lo requerido se especifica en el mismo señalando: " Verificar las condiciones del numeral 5.1. del requerimiento", el cual se detalla en el literal b)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En documentos a presentar, literal e) no se ha detallado el Certificado de Análisis, sin embargo en el capítulo III si se menciona.

Solicitamos amablemente se incorpore dentro del capítulo II

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, se aclara que lo requerido se especifica en el mismo señalando: " Verificar las condiciones del numeral 5.1. del requerimiento", el cual se detalla en el literal b)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Solicitan Certificado de Análisis del producto Terminado.

Entendemos que este documento se ha de presentar para todos los productos a entregar: Reactivos, Controles, Calibradores, limpiezas, membranas y/o sensores,

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: B Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presentación del Certificado de análisis será por el producto: kit completo para gases, electrolitosy metabolitos sanguineos arteriales y para el kit completo para gases y electrolitos sanguíneos arteriales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La presentación del Certificado de análisis será por el producto: kit completo para gases, electrolitosy metabolitos sanguineos arteriales y para el kit completo para gases y electrolitos sanguíneos arteriales

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Solicitan Registro Sanitario

Entendemos que este documento se ha de presentar para todos los productos a entregar: Reactivos, Controles, Calibradores, limpiezas, membranas y/o sensores, o el documento que acredite que no requiere registro sanitario.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: B Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presentación del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario será para todos los reactivos, insumos que forman parte de la especificación técnica del objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La presentación del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario será para todos los reactivos, insumos que forman parte de la especificación técnica del objeto de la convocatoria.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:35

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Solicitan dentro de las mejoras técnicas para el laboratorio de Emergencia:

- Magnesio iónico (Mejora 1)
- BUN o UREA (Mejora 2)
- Creatinina (Mejora 3)
- Calcio iónico (Mejora 4)
- Bilirrubina Total (Mejora 5)

Considerando que si bien las mejoras técnicas no limitan la pluralidad de postores, considerando que este requerimiento es un ITEM paquete, solo dar mejoras para uno de los subitems no da equidad para la calificación de todos los postores, motivo por el cual solicitamos que para que la mejora sea considerada, esta debe cumplirse para ambos subitems.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** I **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su observación, lo requerido como mejoras y con ello calificar los factores de evaluación, se desprende de las condiciones opcionales requeridas en dicho equipo (Analizador de gases, electrolitos y metabolitos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null